



Kupní smlouva

I. Smluvní strany

Kupující	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
	Akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2333 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
IČO	26000202
DIČ	CZ26000202
DIČ pro účely DPH	CZ699004900
se sídlem	Purkyňova 446, 547 01 Náchod
zástupce	RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
bankovní spojení	KB Náchod a.s.
číslo účtu	78-8883900227/0100

dále jako „kupující“ a

Prodávající	Medinet s.r.o.
	Společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 18139 vedenou u Městského soudu v Praze
IČO	47538198
se sídlem	Vrchlického 334, Kročehlavy, 272 01 Kladno
zastoupený	Ing. Vojtěchem Kožnerem, jednatelem
bankovní spojení	Fio banka a.s., pobočka Kladno
číslo účtu	2800211200/2010

dále jen „prodávající“; prodávající a kupující dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“

II. Úvodní ustanovení

- 1) Smluvní strany uzavírají níže v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“ či „NOZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).
- 2) Smlouva je uzavírána na základně výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III – část 2: Dezinfektor a sušící skříň**“, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2023-021884 (dále jen „veřejná zakázka“).



- 3) Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
- 4) Předmět této smlouvy je realizován v rámci projektu s názvem „**Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod - UP Rychnov nad Kněžnou**“, registrační číslo **CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016341**, který je předmětem spolufinancování z prostředků EU a SR z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Odpovědné veřejné zadávání

- 5) Prodávající dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této smlouvy zajistí:
 - a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů a dále zejména dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb., přičemž prodávající se zavazuje přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí;
 - b) dodržování bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při používání čistících, mycích a technických prostředků a dalších materiálů používaných při poskytování sjednaných prací a služeb v souladu s ustanoveními zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), a dalšími obecně závaznými právními předpisy;
 - c) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délkou záruční doby;
 - d) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem;
 - e) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech;
 - f) podporu firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií.

III. Předmět koupě

- 1) Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu automatický dezinfektor pro 1ks flexibilního endoskopu na bázi kyseliny peroctové s příslušenstvím a 1 kusu sušící skříně po dezinfekci s příslušenstvím dle specifikace uvedené v přílohách č. 1a) a 1b) této smlouvy (dále jen „technická specifikace“) a převést na kupujícího vlastnické právo k nim.



- 2) Kupující se zavazuje k převzetí výše uvedeného předmětu koupě a zaplacení kupní ceny za podmínek dále uvedených.
- 3) Součástí předmětu koupě je též:
 - a) doprava do místa plnění, clo, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů (zejména výchozí elektrorevize, , apod.), ověření deklarovaných technických parametrů (zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky);
 - b) provedení instruktáže zdravotnického personálu kupujícího dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), včetně vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži zdravotnického personálu, přičemž osoba provádějící instruktáž je povinna zároveň předložit doklad vydaný výrobcem ZP prokazující její oprávnění k provádění takovéto instruktáže;
 - c) předkládání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k obsluze v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že každý dodávaný přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, a další dle zákona o zdravotnických prostředcích;
 - d) prohlášení o shodě (CE declaration) v listinné i elektronické podobě – nejsou přílohou této smlouvy;
 - e) dokumenty osvědčující registrace SÚKL za prodávajícího i všechny poddodavatele včetně osob/y provádějící záruční servis:
 - ea) registrace právnické nebo podnikající fyzické osoby SÚKL jako osoby provádějící servis zdravotnických prostředků, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, dle zákona o zdravotnických prostředcích v platném znění;
 - eb) registrace právnické nebo podnikající fyzické osoby SÚKL jako distributor obecných zdravotnických prostředků;
 - ec) rozhodnutí SÚKL o notifikaci zdravotnického prostředku, který je předmětem této VZ či jiný doklad, ze kterého bude zřejmá tato notifikace na SÚKL;prodávající se zavazuje všechny uvedené registrace udržovat v platnosti po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky; doklady uvedené v tomto odstavci nejsou přílohou této smlouvy.
 - f) předávací protokol, záruční a dodací list;
 - g) likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno.

IV. Cena a platební podmínky

- 1) Kupní cena za předmět koupě je stanovena v dále uvedené výši:



Položka	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
A: Automatický dezinfektor pro 1ks flexibilního endoskopu na bázi kyseliny peroctové – 1 kus	644.981,00	644.981,00
B: Sušící skříň po dezinfekci – 1 kus	712.856,00	712.856,00
A + B CELKEM		1 357 837,00
DPH CELKEM v Kč samostatně		285 146,00
Celková kupní cena v Kč včetně DPH		1 642 983,00

- 2) Sjednaná kupní cena zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení prodávající předpokládá při plnění předmětu zakázky, a to včetně rizik, zisků, dopravy a pojištění pro transport, poplatků, odstranění veškerých případných vad zjištěných při předání a převzetí předmětu koupě, záručního servisu včetně vyžadovaných technických kontrol a revizí, požadované dokumentace a dokladů, seznámení s funkcionalitami, obsluhou a budoucím provozem dodávaných přístrojů, vedlejších nákladů (např. kursových vlivů, obecného vývoje cen) apod.
- 3) Ke sjednané kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě odpovídající zákonné úpravě daně z přidané hodnoty v době zdanitelného plnění. Za zdanitelné plnění pokládají smluvní strany dodání celého předmětu koupě.
- 4) Sjednaná kupní cena bez DPH je konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Změna sjednané kupní ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. V případě nutnosti změny sjednané kupní ceny v souvislosti se změnou daňových předpisů dle věty předchozí není nutné změnu provést formou dodatku ve smyslu čl. IX odst. 5 této smlouvy.
- 5) Platba bude provedena na základě faktury vystavené prodávajícím do 15 dnů po dodání celého předmětu plnění a jeho protokolárním převzetí kupujícím, přičemž v předávacím protokolu bude deklarována funkčnost, bezvadnost a kompletnost dodávaných přístrojů. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. **Faktura musí dále obsahovat název a číslo dotačního projektu.**
- 6) Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení na adresu sídla kupujícího.
- 7) Faktura bude kupujícímu zaslána v elektronické podobě na adresu: fakturace@nemocnicenachod.cz.
- 8) Pokud faktura nebude obsahovat některé zákonné nebo v této smlouvě sjednané náležitosti, má kupující právo vrátit ji pět k opravě s tím, že prodávající vystaví novou bezchybnou fakturu, pro kterou pobeží nová lhůta splatnosti.
- 9) Záloha nebude poskytnuta.
- 10) Prodávající je povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, po dobu 10 let.



V. Termín a místo dodávky

- 1) Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě dle čl. III. této smlouvy nejpozději do 30. 11. 2023.
- 2) Místem plnění, resp. dodání se rozumí Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou, odd. interní.
- 3) Převzetí předmětu koupě nastane po provedené kontrole sjednaných technických podmínek dodávky, předvedení funkcionalit, seznámení s obsluhou a budoucím provozem dodávaných přístrojů, předání úplné dokumentace (dle zadávacích podmínek a technické specifikace) v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě.
- 4) Po předání předmětu koupě podepíší zástupci obou smluvních stran předávací protokol (vyhotoví prodávající), který bude podkladem pro vystavení faktury prodávajícím.

VI. Záruka, záruční podmínky a servisní podmínky

- 1) Předmět koupě má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému v této kupní smlouvě, tj. především není-li předmět koupě dodán v požadovaném množství, jakosti a provedení stanoveném zadávací dokumentací a technickou specifikací předmětu koupě.
- 2) Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době jeho předání.
- 3) Prodávající přejímá závazek (záruku za jakost), že předmět koupě bude po dobu záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu.
- 4) Záruční lhůta se sjednává na dobu **24 měsíců** od předání a převzetí předmětu koupě, není-li v technické specifikaci uvedena lhůta delší.
- 5) Do záruční lhůty se nezapočítává doba, po kterou není možno předmět koupě používat vlivem reklamované závady.
- 6) Záruka běží od okamžiku předání a převzetí každého jednotlivého přístroje.
- 7) Záruka se vztahuje na prokazatelné výrobní, montážní a materiálové vady předmětu koupě.
- 8) Veškeré vady předmětu koupě je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), které bude obsahovat co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Kupující bude vady předmětu koupě oznamovat na adresu: Medinet s.r.o., Vrchlického 334, 272 01 Kladno, e-mail: servis@medinetsro.cz, tel: 732236001 (kontaktní místo pro řešení reklamací a záručních oprav na území České republiky).
- 9) Záruční oprava je prováděna zcela bezplatně - kupujícímu nebudou účtovány náklady na spotřebovaný materiál, dopravu ani práci servisního technika.
- 10) Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí. Prodávající je dále povinen provádět během záruční doby bezúplatně a bez vyzvání:



- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace;
- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 65 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro;
- revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 67 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro;
- v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle atomového zákona;

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek. Pokud je pro provedení bezpečnostně technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně technické kontroly musí být prodávajícím provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím záruční doby. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku kupujícího.

- 11) Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží (zejména dle § 46 zákona o zdravotnických prostředcích, resp. dle § 66 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.
- 12) V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně do 48 hodin od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty uskutečněn v pracovní den mezi 7.30 – 16.30 hod. nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního dne, pokud lhůta 48 hodin uplyne v době po 16.30 hod. příslušného dne, nebo v mimopracovních dnech.
- 13) Prodávající je povinen postupovat tak, aby odstranil nahlášenou vadu či poruchu v co nejkratší době.
- 14) Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady nejpozději do 48 hodin od nástupu servisního technika na opravu dle předchozího odstavce v případě, že potřebné náhradní díly jsou na skladě kupujícího nebo prodávajícího. V případě, že je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do 120 hodin počítaných od nástupu servisního technika na opravu.
- 15) V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady dle odst. 14 tohoto článku prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta. V takovém případě se prodávající zavazuje, že poskytne kupujícímu bez zbytečného odkladu od uplynutí lhůty k odstranění vady až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží ve stejné jakosti, provedení a kvalitě, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.



VII. Přejchod vlastnického práva

- 1) Vlastnické právo přechází na kupujícího úhradou celkové kupní ceny.
- 2) Odpovědnost za škody na předmětu koupě a škody jím způsobené přechází na kupujícího dnem fyzického převzetí předmětu dodávky nebo její části.

VIII. Smluvní pokuty a ukončení smlouvy

- 1) Dostane-li se prodávající do prodlení se splněním dodací lhůty, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši ani na odstoupení od této smlouvy.
- 2) Při prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky (v Kč bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 3) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy s prodávajícím, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu kupujícího s vlivem na výši poskytnuté dotace. V takovém případě nelze uplatnit žádný nárok prodávajícího na náhradu škody nebo ušlého zisku, ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči kupujícímu.
- 4) Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti prodávajícím.
- 5) Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje:
 - a) skutečnost, že předmět koupě nebude splňovat parametry deklarované prodávajícím v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami,
 - b) prodlení s dodáním kterékoliv části předmětu koupě či s odstraněním vady, poruchy či nedostatku jakosti dle této smlouvy po dobu delší než 15 dnů,
 - c) prodlení s nástupem na opravu závady či poruchy po dobu delší než tři dny.
- 6) Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i částečně, v případě, že:
 - a) nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 2001 občanského zákoníku;
 - b) prodávající pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je prodávající povinen dle této smlouvy,
 - c) že prodávající uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
 - d) bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek prodávajícího; prodávající je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně kupujícímu,
 - e) prodávající vstoupí do likvidace.
- 7) Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než devadesát dnů.



- 8) Každé odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, přičemž písemný projev vůle odstoupit od této smlouvy musí být druhé smluvní straně doručen doporučeným dopisem na adresu sídla.
- 9) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy ani nároku na zaplacení smluvních pokut.

IX. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 2) Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný obecní soud kupujícího.
- 3) Prodávající je povinen kupujícímu neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost prodávajícího plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením však prodávající není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
- 4) Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ a dále zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Prodávající bere na vědomí, že změny této smlouvy ve smyslu tohoto ustanovení lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 7) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „registr smluv“), ve znění pozdějších předpisů, zajistí kupující.
- 8) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 9) Je-li tato smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 10) Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, podle s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.



- 11) Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032, pokud v českých právních předpisech není stanovena lhůta delší.
- 12) Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 13) V případě, že prodávající prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za prodávajícího. Kupující nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je prodávající povinen předem kupujícími sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti.
- 14) Prodávající dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 10 % hodnoty této smlouvy není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Prodávající se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně kupujícímu do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.
- 15) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejich obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 16) Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v registru smluv (veřejném informačním systému). Povinnost zveřejnění splní kupující, a to do 30 dnů od podpisu dohody.

- Příloha**
- č. 1a) Technická specifikace**
 - č. 1b) Technický popis**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č. 2 Relevantní vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace

Za kupujícího v Náchodě dne

Za prodávajícího v Kladně dne

.....

.....

RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady

Ing. Vojtěch Kožner, jednatel

Vyplněná příloha č. 3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název veřejné zakázky:

Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III – část 2: Dezinfektor a sušící skříň

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže ve sloupci „ANO / NE / Konkrétní specifikace / hodnota“. Dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele, NEBO u každého řádku, ve kterém je zadavatelem požadován parametr stanovený minimální či maximální hodnotou apod., dodavatel v tomto sloupci uvede konkrétní nabízený parametr.**

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v tomto sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Dále dodavatel v dalším sloupci napíše, **kde je uvedeno v technickém popisu** (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.).

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

A: Automatický dezinfektor pro 1ks flexibilního endoskopu na bázi kyseliny peroctové.			
Výrobce	Steelco S.p.A.		
Typ / Model	EW1		
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24		
Počet ks	1		
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	644 981 Kč		
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	644 981 Kč		
DPH v Kč celkem samostatně	135 446 Kč		
Cena v Kč včetně DPH celkem	780 427 Kč		
<u>Základní vlastnosti přístroje</u>			
číslo	specifikace	Splněno ANO / NE	Konkrétní specifikace / hodnota

1.1	Dezinfektor vyhovuje hygienickým a právním požadavkům EU a splňuje EN ISO 15883-1,4 ** v platném znění	ANO	EN ISO 15883-1,4 Produktový list strana 1
1.2	Kompatibilní a testovaný s kyselinou peroctovou.	ANO	Produktový list strana 1
1.3	Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu.	ANO	Produktový list strana 1
1.4	Akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů libovolných výrobců.	ANO	Produktový list strana 1
1.5	Ovládaní v českém jazyce.	ANO	Český jazyk Produktový list strana 1
1.6	Kontinuální monitoring těsnosti po celou dobu mycího procesu s automatickým zastavením při netěsnosti.	ANO	Produktový list strana 1
1.7	Integrovaný monitorovací systém průtoku a tlaku kanálu.	ANO	Produktový list strana 1
1.8	Vnitřní mikrobiologické filtry min. 1 μm + 0,2μm, životnost filtrů min. 6 měsíců.	ANO	(0,45 mikronů a 0,1 - mikronů) Produktový list strana 1
1.9	Termická samodezinfekce podle EN ISO 15883-4.**	ANO	EN ISO 15883-4 - Produktový list strana 1
1.10	Závěrečný postřik endoskopů leštícím přípravkem pro odstranění povrchové vody.	ANO	Pomocí lubrikantu Produktový list strana 1
1.11	Uchování dat o kompletním mycím cyklu v digitální podobě. Ukládání dat na USB disk.	ANO	USB Produktový list strana 1
1.12	Tiskárna pro vytištění záznamu o mycím cyklu.	ANO	Produktový list strana 1
1.13	Načítání kódu obsluhy a endoskopu pomocí čtečky čárových kódů nebo řešení pomocí RFID čipů na endoskopech a kartách personálu. V případě řešení pomocí čtečky čárových kódů je čtečka součástí dodávky. V případě řešení pomocí RFID čipů je součástí dodávky 8 ks čipových karet pro personál, 20 ks čipů pro endoskopy	ANO	Čtečka čárových kódů Produktový list strana 1
1.14	Dezinfektor kompatibilní s nabízenou sušicí skříní – jednotný ID systém pro čtečku při celém procesu mytí a uskladnění.	ANO	Produktový list strana 1
1.15	Předfiltrace vstupní vody – zbavení mechanických nečistot větších než 1 mikron.	ANO	systém třístupňové předfiltrace 0,2 / 1/ 10 mikron Produktový list strana 1
1.16	Součástí dodávky jsou koncovky pro připojení stávajících videoendoskopů na pracovišti: - k videoendoskopům Olympus* řady 160, 165, 180 a 190	ANO	Produktový list strana 1
Požadavky pro instalaci myčky v místě stavební připravenosti			
1.17	Studená nebo mixovaná voda, tlak 2 – 3 bar.	ANO	vstupní tlak vody 2–3 bar, kapacita 18-20 l/min List – Požadavky na stavební připravenost

1.18	Odpad DN50	ANO	20 DN – průměr trubek – „na pračkový sifon“ součástí je adaptér (redukce) List – Požadavky na stavební připravenost
1.19	Dezinfektor plněný předními dvířky (požadavek daný omezeným prostorem pro instalaci)	ANO	Přední plnění – Produktový list strana 1
1.20	Instalace bez nutnosti instalace bojleru na teplou vodu (požadavek daný omezeným prostorem pro instalaci)	ANO	Bez bojleru na teplou vodu Produktový list strana 1

* Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** Dodavatel je oprávněn navrhnout jiné řešení splňující rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebními protokoly vydanými uznanými orgány. Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské normy.

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

B: Sušící a skladovací skříň pro min. 8 ks flexibilních endoskopů po dezinfekci bez nutnosti následné opětovné dezinfekce			
Výrobce	Steelco S.p.A.		
Typ / Model	ED 200/1		
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24		
Počet ks	1		
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	712 856 Kč		
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	712 856 Kč		
DPH v Kč celkem samostatně	149 700 Kč		
Cena v Kč včetně DPH celkem	862 556 Kč		
Základní vlastnosti přístroje			
číslo	specifikace	Splněno ANO / NE	Konkrétní specifikace / hodnota
1.1	Sušící skříň splňuje požadavky stanovené normou ČSN EN 16442 **	ANO	ČSN EN 16442 Produktový list strana 2
1.2	Připojení na centrální rozvod vzduchu.	ANO	Produktový list strana 2
1.3	Uložení endoskopů na 30 dní bez nutnosti opětovné dezinfekce	ANO	Uložení až na 30 dní Produktový list strana 2
1.4	Sušící skříň s horizontálními koši/platy nebo vertikálními závěsy pro sušení	ANO	Horizontální uložení Produktový list strana 2

1.5	Akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů libovolných výrobců.	ANO	Produktový list strana 2
1.6	Dotykový displej pro snadnou obsluhu s indikací stavu procesu sušení, dobu uložení endoskopu, prázdný slot a chybu cyklu.	ANO	Produktový list strana 2
1.7	Signalizace průběhu sušení pro jednotlivé pozice pro endoskopy.	ANO	Produktový list strana 2
1.8	Tiskárna pro tisk protokolu k usušenému endoskopu.	ANO	
1.9	Stahování protokolu na paměťovou kartu a odeslání protokolu do NIS pomocí ethernetového připojení.	ANO	Paměťová karta, možnost připojení na STEELCO data (není součástí nabídky) Produktový list strana 2
1.10	Načítání kódu obsluhy a endoskopu pomocí čtečky čárových kódů nebo řešení pomocí RFID čipů na endoskopech a kartách personálu. V případě řešení pomocí čtečky čárových kódů je čtečka součástí dodávky. V případě řešení pomocí RFID čipů je součástí dodávky 8 ks čipových karet pro personál, 20 ks čipů pro endoskopy	ANO	Čtečka čárových kódů Produktový list strana 2
1.11	Kompatibilní myčka s nabízenou sušící skříní – jednotný ID systém pro čtečku při celém procesu mytí a uskladnění.	ANO	Produktový list strana 2
1.12	Součástí dodávky jsou úchyty/koše/plata a koncovky pro připojení: - k videoendoskopům Olympus* řady 160, 165, 180 a 190, kterými zadavatel disponuje na svém pracovišti	ANO	Produktový list strana 2

* Pokud se kdekoli v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** Dodavatel je oprávněn navrhnout jiné řešení splňující rovnocenným způsobem požadavky vymezené těmito technickými podmínkami. Tuto skutečnost dodavatel prokáže ve své nabídce, a to zejména technickou dokumentací výrobce nebo zkušebním protokolem vydaným uznaným orgánem. Uznanými orgány se rozumí zkušební a kalibrační laboratoře nebo certifikační a inspekční orgány splňující platné evropské normy.

Cena A + B v Kč bez DPH CELKEM	1 357 837 Kč
DPH v Kč celkem samostatně	285 146 Kč
Cena v Kč včetně DPH celkem	1 642 983 Kč

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma: ANO
- jedná se o zdravotnický prostředek dle zákona o zdravotních prostředcích v platném znění: ANO
- klasifikační třída zdravotnického přístroje: dezinfektor EW1: třída IIb

- | | |
|--|----------------------------------|
| | sušící skříň ED200/1: třída I |
| ➤ podléhá notifikaci SÚKL: | dezinfektor ANO, sušící skříň NE |
| ➤ uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): | není vyžadováno |

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.

Produktový list

Automatický dezinfektor endoskopů – Steelco EW1

Dezinfektor vyhovuje hygienickým a právním požadavkům EU a splňuje EN ISO 15883-1,4

Kompatibilní a testovaný s kyselinou peroctovou.

Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu.

Akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů libovolných výrobců.

Ovládaní v českém jazyce.

Kontinuální monitoring těsnosti po celou dobu mycího procesu s automatickým zastavením při netěsnosti.

Integrovaný monitorovací systém průtoku a tlaku kanálu.

Vnitřní mikrobiologické filtry (0,45 mikronů a 0,1 - mikronů), životnost filtrů min. 6 měsíců v závislosti na kvalitě vstupní vody

Účinná termická samo dezinfekce podle EN ISO 15883-4.

Závěrečný postřik endoskopů leštícím přípravkem pro odstranění povrchové vody tzv. Lubrikantem

Uchování dat o kompletním mycím cyklu v digitální podobě. Ukládání dat na USB disk.

Tiskárna pro vytištění záznamu o mycím cyklu.

Načítání kódu obsluhy a endoskopu pomocí čtečky čárových kódů – čtečka je součástí dodávky.

Dezinfektor je kompatibilní s nabízenou sušící skříní

Předfiltrace vstupní vody – zbavení mechanických nečistot větších než 1 mikron. - systém třístupňové předfiltrace 0,2 / 1/ 10 mikron -

plnění čelní stranou

provedení z nerezové oceli

dezinfektor bez nutnosti k napojení na bojler

Součástí dodávky jsou koncovky pro připojení stávajících videoendoskopů: Olympus* řady 160, 165, 180 a 190



Horizontální sušící skříň pro endoskopy – STEELCO ED 200/1

Sušící skříň splňuje požadavky stanovené normou ČSN EN 16442

Připojení na centrální rozvod vzduchu.

Uložení endoskopů až na 30 dní bez nutnosti opětovné dezinfekce

Sušící skříň s horizontálními koši/platy pro sušení

Akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů libovolných výrobců.

Dotykový displej pro snadnou obsluhu s indikací stavu procesu sušení, dobu uložení endoskopu, prázdný slot a chybu cyklu.

Signalizace průběhu sušení pro jednotlivé pozice pro endoskopy.

Tiskárna pro tisk protokolu k usušenému endoskopu.

Stahování protokolu na paměťovou kartu

Načítání kódu obsluhy a endoskopu pomocí čtečky čárových kódů, čtečka je součástí dodávky.

Kompatibilní myčka s nabízenou sušící skříň – jednotný ID systém pro čtečku při celém procesu mytí a uskladnění.

Součástí dodávky jsou úchyty/koše/plata a koncovky pro připojení: k videoendoskopům Olympus řady 160, 165, 180 a 190k



Požadavky na stavební připravenost

Sušicí skříň – STEELCO ED 200/1 - horizontální

- 1x elektrická přípojka: 230 V, 50 Hz, příkon / jištění 3,5k W / **16 A jistič – samostatný obvod**
- vlastní rozvod vzduchu ukončený redukčním ventilem a rychlospojkou na teflonovou hadici na průměr 8 mm
- Tlak vzduchu v rozvodech mezi 2 až 8 bar

Pokud nemocnice nedisponuje vlastním rozvodem vzduchu bude k sušicí skříni připojen námi dodaný kompresor, a tudíž není stavební připravenost viz výše potřeba

Produktový list

Automatický dezinfektor endoskopů – Steelco EW1

Dezinfektor vyhovuje hygienickým a právním požadavkům EU a splňuje EN ISO 15883-1,4

Kompatibilní a testovaný s kyselinou peroctovou.

Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu.

Akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů libovolných výrobců.

Ovládaní v českém jazyce.

Kontinuální monitoring těsnosti po celou dobu mycího procesu s automatickým zastavením při netěsnosti.

Integrovaný monitorovací systém průtoku a tlaku kanálu.

Vnitřní mikrobiologické filtry (0,45 mikronů a 0,1 - mikronů), životnost filtrů min. 6 měsíců v závislosti na kvalitě vstupní vody

Účinná termická samo dezinfekce podle EN ISO 15883-4.

Závěrečný postřik endoskopů leštícím přípravkem pro odstranění povrchové vody tzv. Lubrikantem

Uchování dat o kompletním mycím cyklu v digitální podobě. Ukládání dat na USB disk.

Tiskárna pro vytištění záznamu o mycím cyklu.

Načítání kódu obsluhy a endoskopu pomocí čtečky čárových kódů – čtečka je součástí dodávky.

Dezinfektor je kompatibilní s nabízenou sušící skříní

Předfiltrace vstupní vody – zbavení mechanických nečistot větších než 1 mikron. - systém třístupňové předfiltrace 0,2 / 1/ 10 mikron -

plnění čelní stranou

provedení z nerezové oceli

dezinfektor bez nutnosti k napojení na bojler

Součástí dodávky jsou koncovky pro připojení stávajících videoendoskopů: Olympus* řady 160, 165, 180 a 190



Horizontální sušící skříň pro endoskopy – STEELCO ED 200/1

Sušící skříň splňuje požadavky stanovené normou ČSN EN 16442

Připojení na centrální rozvod vzduchu.

Uložení endoskopů až na 30 dní bez nutnosti opětovné dezinfekce

Sušící skříň s horizontálními koši/platy pro sušení

Akceptuje všechny typy flexibilních endoskopů libovolných výrobců.

Dotykový displej pro snadnou obsluhu s indikací stavu procesu sušení, dobu uložení endoskopu, prázdný slot a chybu cyklu.

Signalizace průběhu sušení pro jednotlivé pozice pro endoskopy.

Tiskárna pro tisk protokolu k usušenému endoskopu.

Stahování protokolu na paměťovou kartu

Načítání kódu obsluhy a endoskopu pomocí čtečky čárových kódů, čtečka je součástí dodávky.

Kompatibilní myčka s nabízenou sušící skříň – jednotný ID systém pro čtečku při celém procesu mytí a uskladnění.

Součástí dodávky jsou úchyty/koše/plata a koncovky pro připojení: k videoendoskopům Olympus řady 160, 165, 180 a 190k



Požadavky na stavební připravenost

Sušicí skříň – STEELCO ED 200/1 - horizontální

- 1x elektrická přípojka: 230 V, 50 Hz, příkon / jištění 3,5k W / **16 A jistič – samostatný obvod**
- vlastní rozvod vzduchu ukončený redukčním ventilem a rychlospojkou na teflonovou hadici na průměr 8 mm
- Tlak vzduchu v rozvodech mezi 2 až 8 bar

Pokud nemocnice nedisponuje vlastním rozvodem vzduchu bude k sušicí skříni připojen námi dodaný kompresor, a tudíž není stavební připravenost viz výše potřeba

Požadavky na stavební připravenost

Automatický dezinfektor endoskopů STEELCO EW1

Rozměry: výška – 960 mm / hloubka 630 mm / šířka 600 mm

- 1x elektrická přípojka: 230 V, 50 Hz, příkon / jištění 3,5k W / **16 A**

- studená nebo mixovaná voda (teplota pro dodržení deklarovaných časů mytí je 35 °C) 20 DN – průměr trubek – „na pračkový sifon“ včetně adaptéru (redukce), který je součástí cenové nabídky

- vstupní tlak vody 2 - 3 bar, kapacita 18-20 l/min - pokud bude vyšší je možno řešit přidáním redukčního ventilu

- předfiltrace vstupní vody – zbavení mechanických nečistot větších než 1 mikron – dodá Medinet – není nutná žádná příprava ze strany nemocnice

- odpad ve výšce max. 40 cm od podlahy

- Tvrdost vody – Nefiltrovaná voda - 70 ppm CaCo₃

Závěrečný oplach - 15 ppm CaCo₃

Nejrychlejší mycí cyklus je zajištěn – Přípojkou přímo na teplou vodu zakončený 3,4“ pračkový roháček – naše napojení směšovacím ventilem

Požadavky na stavební připravenost

Automatický dezinfektor endoskopů STEELCO EW1

Rozměry: výška – 960 mm / hloubka 630 mm / šířka 600 mm

- 1x elektrická přípojka: 230 V, 50 Hz, příkon / jištění 3,5k W / **16 A**

- studená nebo mixovaná voda (teplota pro dodržení deklarovaných časů mytí je 35 °C) 20 DN – průměr trubek – „na pračkový sifon“ včetně adaptéru (redukce), který je součástí cenové nabídky

- vstupní tlak vody 2 - 3 bar, kapacita 18-20 l/min - pokud bude vyšší je možno řešit přidáním redukčního ventilu

- předfiltrace vstupní vody – zbavení mechanických nečistot větších než 1 mikron – dodá Medinet – není nutná žádná příprava ze strany nemocnice

- odpad ve výšce max. 40 cm od podlahy

- Tvrdost vody – Nefiltrovaná voda - 70 ppm CaCo₃

Závěrečný oplach - 15 ppm CaCo₃

Nejrychlejší mycí cyklus je zajištěn – Přípojkou přímo na teplou vodu zakončený 3,4“ pračkový roháček – naše napojení směšovacím ventilem

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Dodávka přístrojů pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou III - část 2: Dezinfektor a sušící skříň
Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání:	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona.

Zadavatel z důvodu administrativních chyb mění body 6.4 zadávacích podmínek a přílohu č. 2 zadávacích podmínek – Návrh kupní smlouvy.

Bod 6.4 zadávacích podmínek se mění takto: vypouští se poslední věta „Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam poskytnutých dodávek vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude realizovat plnění, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.“, když dle § 83 odst. 2 zákona požadavek pro dodávky neplatí.

V čl. III. bodu 3b) návrhu kupní smlouvy je uveden odkaz na již neplatný zákon o zdravotnických prostředcích, tj. v této souvislosti **zadavatel mění přílohu č. 2 zadávacích podmínek (Návrh kupní smlouvy) s uvedením správného č. zákona → tato nová příloha je přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace.**

Zadavatel tímto nemění zadávací podmínky, pouze upravuje textace, v nichž se vyskytovaly administrativní chyby, tak, aby byly souladné s platnými zákony.

Všechny ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Příloha

Příloha č. 2 zadávacích podmínek – Návrh kupní smlouvy

Lhůta pro podání nabídek se nemění.