

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB

v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Obchodní firma: **BLOCK CRS a.s.**
IČO: 073 33 366
DIČ: CZ 07333366
Se sídlem: U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B 11061

Zastoupena: Pavlem Frydrychem, ředitelem divize projektový management na základě plné moci

Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: 1179668453/0300

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: [REDAKCE]

dále jen jako „poskytovatel“ na straně jedné

a

Název: **Městská nemocnice, a.s.**
IČO: 252 62 238
DIČ: CZ25262238
DIČ pro účely DPH: CZ699004900
Sídlem: Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1584
Zastoupena: Ing. Miroslav Vávra, CSc., předseda správní rady
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 273234793/0300

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: [REDAKCE]

dále jen jako „objednatel“ či „MNDK“ na straně druhé

Preambule

Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací objednatele, a to na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky s názvem: **Zařízení pro provoz sterilizace pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem** (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“).

Čl. 1 Postavení smluvních stran

- (1) Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci díla dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle této smlouvy.

Čl. 2 Předmět a účel smlouvy

- (1) Tato smlouva přímo závisí na potřebě **pozáručního servisu pro vybavení – 1 ks jednostranné myčky, 1 ks prokládací myčky**, které jsou blíže specifikovány v **příloze č. 1** této smlouvy a byly pořízeny na základě kupní smlouvy uzavřené rovněž ve výše uvedeném zadávacím řízení (dále jen „**kupní smlouva**“). Smluvní strany prohlašují, že všechny podmínky kupní smlouvy jsou jim v době uzavření této smlouvy známy.
- (2) Účelem této smlouvy je zajištění správné funkčnosti a bezpečnosti vybavení jako zdravotnických přístrojů, které jsou objednatelem používány k poskytování zdravotní péče.
- (3) Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele za sjednanou odměnu provádět na náklad poskytovatele pro objednatele pozáruční servisní služby k vybavení, jehož bližší specifikace tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce a nabídkou poskytovatele podanou do zadávacího řízení. Pozáručním servisem se rozumí provádění činností pro jednotlivá zařízení dle přílohy č. 1, přičemž obsah těchto činností se vykládá dle části osmé zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen „ZZP“) a v otázkách neupravených částí osmou ZZP rovněž dle dokumentace výrobce k zařízení. Servisní úkony neupravené v ZZP se vykládají dle této smlouvy a dle dokumentace výrobce k zařízení.
- (4) Účelem této smlouvy je zajištění neustálé provozuschopnosti vybavení a splnění požadavků právních předpisů na provoz tohoto vybavení u objednatele způsobem splňujícím medicínské a technické požadavky stanovené výrobcem a právními předpisy, korespondující s návodem k obsluze vybavení, jeho technickou specifikací a pokyny výrobce, spočívající zejména v následujících úkonech (dále jen „**pozáruční servis**“)
 - provádění pravidelných **bezpečnostně technických kontrol a revizí** dle ZZP, tj. veškeré úkony v souladu s doporučením výrobce, včetně bezpečnostně technické kontroly (dále jen „BTK“), výměny dílů s pravidelnou periodou předepsaných na výměnu při BTK, kontroly elektrické bezpečnosti, garance termínů pro včasné provádění úkonů povinných ze zákona, vystavení povinných protokolů a dokumentace,
 - **pověření a proškolení** obsluhujícího personálu MNDK k provádění instruktáže/školení nově příchozích zaměstnanců MNDK, pokud to výrobce umožní, nebo poskytování instruktáže obsluhujícímu personálu dle ZZP při nástupu nových pracovníků autorizovanou osobou po celou dobu životnosti vybavení,
 - **dodávky veškerých nových, nepoužitých náhradních dílů při opravách vybavení** po dobu, kdy je poskytován servis dle této smlouvy,
 - **garance servisní odezvy dle čl. 4 této smlouvy,**
 - **příp. nutné aktualizace systémového SW u vybavení po dobu jeho životnosti.**

- (5) Součástí předmětu dle této smlouvy je i provádění oprav jakýchkoliv vad, které se projeví či nastanou v době poskytování servisu dle této smlouvy, nestanoví-li tato smlouva jinak (dále jen jako „**poskytování potřebných servisních služeb**“).
- (Pozáruční servis a poskytování potřebných servisních služeb společně jako „**servis**“).
- (6) **Vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do vybavení objednatelem nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ ve vybavení, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži poskytovatele, poskytovatel odstraní, náklady na toto odstranění vad však ponese objednatel.**
- (7) Veškerý servis dle této smlouvy bude prováděn **po ukončení záručního servisu dle kupní smlouvy na výše uvedené vybavení, a to v přímé návaznosti na ukončení záručního servisu. Smlouva bude platná po dobu 60 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**

Čl. 3

Rozsah servisu a místo plnění

- (1) Poskytovatel je povinen provádět pozáruční servis vybavení v rozsahu specifikovaném touto smlouvou. Poskytovatel je povinen provádět i veškeré další činnosti a garantovat dodávky veškerých náhradních dílů, jichž je za účelem dosažení účelu této smlouvy zapotřebí.
- (2) Místem provádění servisu jsou prostory v sídle objednatele, kde se vybavení nachází, nestanoví-li objednatel v konkrétní objednávce jinak. V případě, že není možné provádět servis v těchto prostorách či to charakter vady vybavení vyžaduje, je místem plnění pro účely provádění servisu provozovna poskytovatele. Poskytovatel si v tomto případě vybavení dopraví do své provozovny a zpět k objednavateli na své náklady.
- (3) Poskytovatel prohlašuje, že veškerý servis, BTK a opravy budou provádět pouze příslušně vyškolení pracovníci dle ZZP. Příslušná potvrzení, osvědčení, zápisy a jiné podobné listiny k prokázání splnění podmínek před kontrolními orgány (zejm. Státní ústav pro kontrolu léčiv) předá poskytovatel bezodkladně objednateli.

Čl. 4

Poskytování servisu

- (1) Požadavky objednatele na provedení servisu, s výjimkou provádění servisu spočívajícího v provádění pravidelných BTK servisovaného vybavení dle odst. 3 tohoto článku, budou vznášeny prostřednictvím objednávek zasílaných poskytovateli (dále jen „**objednávka**“), a to v pracovních dnech v čase od 8:00 do 17:00 (dále rovněž jen „**pracovní doba poskytovatele**“) písemně na elektronickou e-mailovou adresu [REDACTED] telefonicky na odpovědnou osobu provádějící servis:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]
[REDACTED]

Poskytovatel je povinen v pracovních dnech ve své pracovní době neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od obdržení objednávky, tuto skutečnost objednateli (resp. odpovědné osobě objednatele) potvrdit, a to na e-mailovou adresu s [REDACTED] včetně vymezení časové náročnosti na provedení požadavku dle objednávky, popř. si vyžadat od objednatele doplňující informace, které nezbytně potřebuje ke splnění svých povinností. Objednávka se má za potvrzenou okamžikem dohody smluvních stran ohledně jejího obsahu, včetně lhůt k provedení.

- (2) V havarijních případech lze objednávku provést telefonicky, písemné potvrzení objednávky se provede bez zbytečného odkladu následně.

- (3) Předpokládaná cena provedení servisní činnosti bude uvedena v potvrzení objednávky, při navýšení těchto nákladů musí být objednatel upozorněn a navýšení nákladů odsouhlasit.
- (4) Náhradní díly, pomocný materiál a případně kompletní výrobky, které bude nutno vyměnit, budou fakturovány dle skutečné spotřeby po odsouhlasení objednatelem.
- (5) Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy je poskytovatel povinen provádět BTK přístrojového vybavení:
 - v rozsahu a za podmínek stanovených výrobcem,
 - provádění veškerých kontrol či podobných úkonů vyžadovaných k provozu zařízení platnou legislativou či doporučeními a pokyny výrobce, zejm. pak bezpečnostně technické kontroly, kontroly elektrické bezpečnosti a apod.

Tyto bezpečnostně technické kontroly provádí poskytovatel bez vyzvání dle požadavků výrobce a v souladu s platnou legislativou. Termín a provedení bezpečnostně technické kontroly je poskytovatel povinen dohodnout s objednatelem nejméně **30 pracovních dnů** předem. Pokud poskytovatel neplní řádně a včas tuto povinnost, tak případné sankce a postihy od kontrolních orgánů jdou k jeho tíži a bude povinen objednateli nahradit škodu takto vzniklou, a to bez ohledu na příp. sjednané smluvní pokuty. Plánované odstávky vybavení nezbytné pro zajištění preventivní údržby, nezbytných bezpečnostně technických kontrol, zkoušek provozní stálosti, ověřování apod. ze strany poskytovatele nepřesáhnou **5 pracovních dnů** v roce. V ostatním platí pro provádění pravidelné údržby přístrojového vybavení stejné podmínky jako pro ostatní případy poskytování servisu.

- (6) Předmětem této smlouvy je rovněž provádění oprav veškerých vad vybavení, které se projeví či nastanou v době, kdy je poskytován servis dle této smlouvy. Pro odstranění nejasností se výslovně stanoví, že vadou vybavení se rozumí zejména jakékoliv omezení funkčnosti, bezpečnosti, využitelnosti či uživatelského komfortu vybavení bez ohledu na důvod tohoto omezení.
- (7) S prováděním oprav vybavení je poskytovatel povinen započít, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 48 hodin od jejího nahlášení**, pokud se nebude jednat o složitou závadu, která bude vyžadovat delší čas na přípravu. V takovém případě bude dohodnut jiný termín pro započítání s prováděním oprav.

Poskytovatel je povinen odstranit závadu a provést opravu přístrojového vybavení nejpozději **do 72 hodin** od nahlášení závady. Pakliže se jedná o závažnou závadu vyžadující delší termín pro opravu, zejména závadu, k jejímuž odstranění je nezbytné dodání náhradního dílu, který nemá poskytovatel k dispozici na skladě a musí tento díl objednat, jsou smluvní strany povinny v této lhůtě dohodnout jiný adekvátní termín (lhůtu) pro provedení takové opravy. Do lhůty pro odstranění závady se nezapočítává doba od objednání náhradního dílu do jeho naskladnění, případně doba odpovídající jiné prokazatelné překážce, nezaviněné poskytovatelem, bránící včasnému provedení opravy. Náhradní díl je poskytovatel povinen objednat nejpozději **do 72 hodin** od nahlášení závady.

Poskytovatel se zavazuje na vyzvání objednatele k (bezplatnému) **půjčení náhradního přístrojového vybavení vč. veškerého příslušenství, nezbytného k provozu zařízení**, srovnatelných nebo lepších parametrů, po dobu opravy, pokud nebude závada odstraněna, **do 72 hodin od nahlášení závady** bez ohledu na to, je-li oprava provedena v místě plnění, nebo v externím servisním středisku.

- (8) O provedení pozáručního servisu poskytovatelem na základě této smlouvy a objednávky bude vždy poskytovatelem **sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami, za objednatele odpovědným zástupcem zdravotnického oddělení** (dále jen „servisní výkaz“). Servisní výkaz bude obsahovat zejména specifikaci vybavení (min. název, typ, výrobní číslo a **evidenční číslo objednatele**), k němuž byl poskytován servis, popis, co bylo obsahem servisu a datum jeho provedení. Tento poskytovatel předá objednateli při předání a převzetí dle čl. 11 této smlouvy, nebo následně, nejpozději však do jednoho týdne od poskytnutí plnění na e-mail: s [REDACTED]
- (9) Poskytovatel je povinen v případě potřeby použití náhradních dílů při provádění servisu vybavení pořídit a použít pouze nové náhradní díly doporučené pro tyto účely výrobcem. V případě, že dojde

k porušení této povinnosti, odpovídá poskytovatel objednateli za veškeré škody vzniklé objednateli v souvislosti s použitím vybavení poté, co tuto svoji povinnost porušil, čímž není dotčena jeho povinnost k nápravě, ani nároky objednatele vyplývající z jiných ustanovení této smlouvy.

- (10) Poskytovatel se při poskytování servisu zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, požární, hygienické a ostatní aplikovatelné právní předpisy či jiné normy, jakož i interní předpisy objednatele a podmínky jeho provozního areálu.

Čl. 5

Prohlášení poskytovatele

- (1) Poskytovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že je v souladu s podmínkami stanovenými v ZZP oprávněn poskytovat služby, vykonávat činnosti, týkající se vybavení dle této smlouvy. **Výpis z registru zdravotnických prostředků o registraci osoby provádějící dovoz, distribuci a servis zdravotnických prostředků, tvořících předmět této smlouvy, či jiný doklad, ze kterého bude zřejmá registrace této osoby na SÚKL, tvoří Přílohu č. 4** této smlouvy. Poskytovatel je povinen objednatele informovat o jakékoliv změně registrace v Registru zdravotnických prostředků, která vznikne vydáním potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti, a to neprodleně, nejdéle však do 1 měsíce od nastalé změny, vztahující se k předmětu smlouvy. Pokud poskytovatel tuto svou povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- (2) Poskytovatel prohlašuje, že má k dispozici veškeré návody k obsluze vybavení, jeho technickou specifikaci, jakož i veškerou další dokumentaci, které je za účelem provádění servisu dle této smlouvy zapotřebí.
- (3) Poskytovatel se zavazuje zajistit utajování důvěrných a utajovaných informací všemi pracovníky a rovněž i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků objednatele, o kterých se poskytovatel v souvislosti se svou činností pro objednatele dozví nebo dostane do kontaktu, dále veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoliv smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Ustanovení tohoto článku se vztahují, jak na období trvání této smlouvy, tak na období po jejím ukončení.
- (4) Poskytovatel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- (5) Poskytovatel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na poskytování služeb, budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými mohli při poskytování služeb přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u poskytovatele.

Čl. 6

Další práva a povinnosti smluvních stran

- (1) Poskytovatel je povinen poskytovat servis, k němuž je zavázán, poctivě, s vynaložením veškeré pečlivosti, znalostí a odbornou péčí, které jsou s jeho povoláním spojeny. Je přitom povinen dbát

zájmů objednatele a chránit jeho dobrou pověst.

- (2) Při plnění závazků z této smlouvy plynoucích budou obě smluvní strany jednat ve smyslu zásad dobré víry a poctivého obchodního styku.
- (3) Poskytovatel zajistí v pracovní době poskytovatele bezplatnou **možnost přímé telefonické konzultace technického problému** s vybavením, a to osobou k tomu odborně příslušnou, **na tel. č. +420 724 516 605, +420 571 670 111** či elektronicky **na e-mailové adrese** [REDACTED] Odezva poskytovatele musí být nejpozději **do 24 hodin** od nahlášení problému.
- (4) Poskytovatel se zavazuje být během plnění závazků dle této smlouvy v potřebném spojení s objednatelem a pravidelně jej informovat o výsledcích plnění svých povinností.
- (5) Poskytovatel může pro plnění účelu této smlouvy smluvně spolupracovat s třetími osobami, které splňují požadavky příslušných právních předpisů, jiných norem či této smlouvy vztahujících se k provádění servisu. V takovém případě však odpovídá stejně, jako kdyby závazky z této smlouvy plnil sám.
- (6) Objednatel je povinen v rámci poskytování součinnosti umožnit poskytovateli plný přístup k vybavení. Objednatel se dále zavazuje provozovat vybavení v souladu s návodem k obsluze, instrukcemi a v souladu s odborným školením provedeným technikou poskytovatele.
- (7) V záležitostech poskytování informací poskytovateli a všech ostatních záležitostech vyplývajících z této smlouvy, je kontakt [REDACTED]
[REDACTED]
b. tel.: [REDACTED]
c. e-mail: [REDACTED] nebo jí pověřený pracovník
- (8) **Odpovědnou osobou poskytovatele** ve věcech plnění závazků dle této smlouvy je:
Jméno, příjmení: [REDACTED]
adresa: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- (9) Smluvní strany nejsou oprávněny provádět zápočty pohledávek bez souhlasu druhé smluvní strany. Pokud bude jedna strana dlužit druhé straně více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.
- (10) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení smlouvy.
- (11) Jakékoli zřízení zástavního práva k věci kupujícího se považuje za nesjednané s ohledem na ustanovení § 25 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
- (12) Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle této smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

Čl. 7

Cena servisu a platební podmínky

- (1) Ceny za servisní služby jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
- (2) V ceně za provedení bezpečnostně technické kontroly jsou zahrnuty veškeré úkony v souladu

s doporučením výrobce, včetně výměny dílů/servisních kitů s pravidelnou periodou předepsaných na výměnu při BTK, kontroly elektrické bezpečnosti, veškeré mzdové náklady a cestovní náklady servisního technika/techniků, vystavení povinných protokolů a dokumentace, pokud nejsou z provádění servisu dle této smlouvy výslovně vyjmuty.

- (3) Cena za provedení servisních činností/odborných oprav je stanovena dohodou smluvních stran na základě přijetí nabídky poskytovatele. Ceny jednotlivých úkonů, které jsou součástí servisních činností, jsou uvedeny v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena náhradních dílů bude vždy předmětem jednání.
V ceně servisních činností/odborných oprav nejsou zahrnuty náhradní díly zdravotnické techniky, vyjma dílů, které se povinně periodicky mění v rámci BTK.
- (4) Poskytovatel může navrhnout zvýšení ceny pouze v souvislosti se **změnou daňových právních předpisů** ve smyslu změny zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, nebo na základě písemné dohody smluvních stran.
- (5) Ceny (jednotkové ceny pozáručního servisu) uvedené v Příloze č. 2 smlouvy nebudou měněny po dobu platnosti smlouvy.
- (6) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- (7) Objednatel požaduje daňový doklad (fakturu) v elektronické podobě. Doručení proběhne na e-mailovou adresu [REDACTED]
- (8) Datum zdanitelného plnění je 1. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo poskytnuto plnění dle této smlouvy. Poskytovatel je tedy povinen daňové doklady (faktury) vystavovat měsíčně zpětně, tj. vždy za předchozí měsíc po poskytování servisu dle předmětu této smlouvy. Faktury budou objednatelům hrazeny bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v hlavičce této smlouvy.
- (9) Faktury jsou splatné ve lhůtě **60 (šedesát) dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Doba splatnosti je sjednána v souladu s ust. § 1963 odst. 2 občanského zákoníku s ohledem na povahu plnění předmětu této smlouvy, s čímž smluvní strany podpisem této smlouvy výslovně souhlasí.
- (10) Faktury budou objednatelům hrazeny bezhotovostním převodem na účet poskytovatele uvedený v hlavičce této smlouvy.
- (11) Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném k témuž datu. Na faktuře budou identifikovány smluvní strany, dále na ní bude uvedena specifikace vybavení (min. název, typ, výrobní číslo, evidenční číslo objednavatele), k němuž je poskytován servis, popis servisní činnosti, označení této smlouvy a příp. objednávky objednatel, podpis osoby oprávněné k vystavení faktury poskytovatele, je-li to technicky možné. K faktuře budou doloženy kopie příslušných podepsaných servisních výkazů jako její nedílná příloha za fakturované období.
- (12) V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo její kopii) objednatel oprávněn vrátit poskytovateli k opravě či doplnění a nedostává se do prodlení s úhradou faktury. Od doručení opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
- (13) Poskytovatel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 občanského zákoníku.

Čl. 8 Záruka

- (1) **Na servis** poskytuje poskytovatel záruku v délce trvání **6 měsíců** a na dodané **náhradní díly** poskytuje poskytovatel záruku v délce trvání **2 let**. Záruka na servis a na náhradní díly trvá rovněž po ukončení trvání této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen oznámit případné vady poskytnutého servisu bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl.
- (3) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Nároky z vad se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu.

Čl. 9 **Pojištění**

- (1) Poskytovatel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to ve výši minimálně **1 000 000 Kč**. Kopie pojistné smlouvy – respektive dokument potvrzující pojištění tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Poskytovatel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu po celou dobu platnosti této smlouvy.
- (2) Poskytovatel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného servisu; v případě změn prováděného servisu je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu poskytování servisu pojistné krytí požadované v odst. 1 tohoto článku smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu poskytování servisu dle této smlouvy je poskytovatel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů.
- (3) Jakékoliv škody z plnění vzniklé objednateli, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním dle tohoto článku, budou hrazeny poskytovatelem.
- (4) V případě, že objednatel nebo poskytovatel bude postupovat v rozporu s podmínkami stanovenými pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odškodnit za jakékoliv ztráty nebo nároky vyplývající z nedodržení pojistných podmínek.
- (5) V případě, že poskytovatel poruší povinnost uvedenou v odst. 1 tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Čl. 10 **Doba trvání a zánik smlouvy, přerušení poskytování servisu**

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu poskytování servisu uvedenou v čl. 2 odst. 7 této smlouvy.
- (2) Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě nebo její ukončení musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek měl vždy číslo nižší.
- (3) Tato smlouva může být ukončena pouze písemně, a to:
 - a) dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni;
 - b) odstoupením od této smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas ani po uplynutí dodatečně poskytnuté lhůtě 30 dnů;
 - c) odstoupením od této smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně.
- (4) Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10-ti dnů od odeslání,

považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

- (5) V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku.
- (6) Objednatel je oprávněn pozastavit poskytování plnění dle této smlouvy doručením písemné výzvy k pozastavení poskytování servisu poskytovateli (dále jen „**pozastavení poskytování servisu**“), a to do doby přesně stanovené ve výzvě, nebo do doručení písemného odvolání této výzvy. Za dobu, kdy je pozastaveno poskytování servisu, poskytovatel není povinen plnit dle této smlouvy, zejména není povinen odstranit závady, které se projeví v době.

Čl. 11

Předání a převzetí

- (1) Po řádném provedení servisu je poskytovatel povinen předat objednateli výsledek své činnosti a vystavit o tomto předání objednateli písemné potvrzení. Poskytovatel se zavazuje objednatele písemně či prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu [REDAKCE] vyzvat k převzetí výsledku své činnosti a sdělit objednateli konkrétní datum a čas předání **přiměřenou dobu předem s ohledem na prováděný servisní úkon (tj. alespoň 2 pracovní dny předem, pokud nejde o servisní úkon, prováděný v sídle objednatele)**, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné k převzetí. Pokud poskytovatel tuto lhůtu nedodrží, je objednatel oprávněn převzetí odmítnout. Na výzvu poskytovatele objednatel bez zbytečného odkladu zareaguje stejným způsobem, když určí osobu oprávněnou k převzetí výsledku.
- (2) Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí výsledku činnosti poskytovatele, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude vyhovovat oběma stranám.
- (3) Poskytovatel je povinen zároveň před předáním a převzetím výsledku své činnosti na své nebezpečí provést přezkoušení vybavení a jeho uvedení zpět do provozu za účelem zjištění, že servis byl řádně proveden. Provedením tohoto přezkoušení se poskytovatel nemůže dovolávat existence zjevných vad, ledaže prokáže, že zjevná vada musela být objednateli při provedení tohoto přezkoušení známa.
- (4) Předpokladem předání a převzetí výsledku činnosti poskytovatele je prokázání, že vybavení je po provedení servisu způsobilé plnit své funkce a má předepsané, příp. jinak obvyklé vlastnosti.
- (5) Objednatel je povinen převzít výsledek řádně provedeného servisu v místě plnění a v souladu s touto smlouvou. Objednatel je oprávněn převzetí výsledku činnosti poskytovatele odmítnout zejména v případě, že tento výsledek bude vykazovat vadu (vady) vybavení nebo použitého náhradního dílu, které byly předmětem servisní činnosti.

Čl. 12

Sankce

- (1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky.
- (2) V případě, že poskytovatel nedodrží termíny uvedené v článku 4 odst. 8 této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (slovy: pětset korun českých) za každý započatý pracovní den takového prodlení, a to v případě, že nedojde k zapůjčení náhradního přístrojového vybavení srovnatelných nebo lepších parametrů po celou dobu opravy.

- (3) V případě porušení povinnosti provádět bezpečnostně technické kontroly, opravy a instruktáž pouze vyškolenými pracovníky dle ZZP, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- (4) Pro případ porušení povinnosti použít při provádění servisu vybavení pouze nové náhradní díly doporučené pro tyto účely výrobcem, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti použít výhradně výrobcem doporučené náhradní díly nebo porušení povinnosti použít výhradně nové výrobce doporučené náhradní díly.
- (5) Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v čl. 5 odst. 3 této smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- (6) V případě prodlení poskytovatele s vypůjčením náhradního přístrojového vybavení srovnatelných nebo lepších parametrů po celou dobu opravy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** (slovy: pětset korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- (7) Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná po porušení uvedené povinnosti, na něž se vztahuje, do 10 dnů od doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený v hlavičce této smlouvy.
- (8) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, jež se hradí v plné výši bez ohledu na uhrazenou výši smluvní pokuty. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost poskytovatele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
- (9) Objednatel nepřipouští sjednání omezení rozsahu náhrady škody. Jakékoli vyloučení či omezení rozsahu náhrady škody způsobené výrobkem uvedené v dohodě se považuje za nesjednané.
- (10) Objednatel neakceptuje sjednání smluvních pokut ve svůj neprospěch, jakákoli ujednání o smluvních pokutách, které by měl hradit objednatel, se tedy ve smlouvě považují za nesjednané.

Čl. 13

Podmínky doručování

- (1) Veškerá komunikace smluvních stran v záležitostech vyplývajících z této smlouvy bude probíhat následujícími způsoby: prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel smluvních stran uvedené v hlavičce této smlouvy, prostřednictvím kontaktních osob poskytovatele, resp. objednatele, uvedených v hlavičce smlouvy, datovou schránkou, e-mailem či osobně v sídlech smluvních stran.
- (2) Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Při změně sídla podnikání smluvní strany je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit jí adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno a nastanou účinky doručení dle odst. 3 tohoto článku.
- (3) Pro účely této smlouvy se písemnost odeslaná prostřednictvím držitele poštovní licence považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem od odeslání (tímto ustanovením není dotčen čl. 10 odst. 4 této smlouvy upravující okamžik doručení písemnosti obsahující odstoupení od smlouvy), písemnost odeslaná e-mailem okamžikem potvrzení o jejím doručení adresátovi a písemnost odeslaná datovou schránkou okamžikem dočtením do datové schránky adresáta.

Čl. 14¹ Přílohy

- (1) Příloha č. 1: Doplněná technická specifikace
- (2) Příloha č. 2: Jednotkové ceny pozáručního servisu
- (3) Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
- (4) Příloha č. 4: Doklad osvědčující způsobilost k servisu zdravotnických prostředků (Výpis z registru zdravotnických prostředků o registraci osoby provádějící distribuci a servis obecných zdravotnických prostředků tvořících předmět VZ či jiný doklad, ze kterého bude zřejmá registrace této osoby na SÚKL)

V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před přílohami.

Čl. 15 Závěrečná ustanovení

- (1) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti ihned po uplynutí záruční doby dle kupní smlouvy v souvislosti s níž se tato smlouva uzavírá.
- (2) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech povinných náležitostí smluvního vztahu, založeného touto smlouvou, jakož i se zveřejněním celé této smlouvy. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání k uveřejnění do registru smluv na tom, že tuto smlouvu zasílá k uveřejnění do registru smluv objednatel. Objednatel bude ve vztahu k této smlouvě plnit též ostatní povinnosti, vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.
Poskytovatel barevně označil v textu této smlouvy pasáže, obsahující obchodní tajemství nebo jiné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které budou pro účely zveřejnění znečitelněny.
- (3) Veškeré změny, jež mají vliv na plnění závazků z této smlouvy (zejména změna obchodní firmy, sídla, statutárních orgánů oprávněných jménem společnosti jednat, odpovědných zástupců, přihlášení či odhlášení DPH, pověřeného pracovníka, místa dodávky, bankovního spojení apod.), budou oznámeny písemným doporučeným dopisem druhé smluvní straně nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
- (4) Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně předmětu plnění a nahrazuje veškeré předchozí dohody, smlouvy a jiná ujednání učiněná ve vztahu k tomuto předmětu plnění smluvními stranami v minulosti, ať již v písemné, ústní či jiné formě.
- (5) Smluvní strany stanoví, že pokud je smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou vykládat tuto smlouvu s ohledem na jednání stran v řízení, na základě, kterého byla smlouva uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky poskytovatele jako dodavatele, zadávací podmínky a odpovědi na případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.
- (6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu a tísně, jako správnou podepisují.

¹ Účastník příp. připojí jako další přílohu plnou moc, pokud smlouvu za prodávajícího podepisuje osoba na základě plné moci.

- (7) Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.
- (8) Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve kterých smluvní strany podnikají, na závazky založené touto smlouvou se vylučuje. Smluvní strany si rovněž potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- (9) Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřena elektronicky**.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své zaručené elektronické podpisy.

Poskytovatel:



.....
Pavel Frydrych
ředitel divize projektový management
na základě plné moci

Objednatel:



.....
Městská nemocnice, a. s.
Ing. Miroslav Vávra, CSc.
předseda správní rady

PLNÁ MOC

Společnost BLOCK CRS a.s., se sídlem U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 07333366, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, číslo vložky 11061, zastoupena Ing. Rudolfem Limberským, předsedou představenstva a Ing. Liborem Jurčou, členem představenstva (jako zmocnitel)

zmocňuje


zaměstnanec zmocnitele (jako zmocněnec)

k tomu, aby


zmocněnec zastupoval a jednal za zmocnitele v zadávacích řízeních zahájených veřejnými zadavateli dle příslušných ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to ve věci

- podpisu příslušných nabídek zmocnitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby s nabídkovou cenou do výše maximálně 25.000.000,- Kč včetně;
- podpisu smluv o dílo, kupních smluv či smluv obdobného charakteru za zmocnitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby a služeb s plněním do výše maximálně 10.000.000,- Kč včetně;
- podpisu smluv o smlouvách budoucích pro poskytnutí kvalifikace a ostatních smluv o smlouvách budoucích jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby s nabídkovou cenou do výše maximálně 10.000.000,- Kč včetně;
- podpisu ostatních dokumentů týkajících se poskytnutí certifikace, reference, čestného prohlášení jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby s nabídkovou cenou do výše maximálně 10.000.000,- Kč včetně;

Tuto plnou moc udělujeme jako členové statutárního orgánu zmocnitele s právem samostatně jednat v souladu se stanovami společnosti a vnitropodnikovými předpisy.

Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu ze strany zmocnitele a zmocněnce a pozbývá platnosti dnem 31.12.2023.

Ve Valašském Meziříčí dne 31.01.2023



BLOCK CRB a.s. BLOCK CRB a.s.

Tuto plnou moc přijímám s vědomím své odpovědnosti zmocněnce.

Ve Valašském Meziříčí dne 31.01.2023



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 155356481-259476-230227104244.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 155356481-259476-230227104252. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Valašské Meziříčí 1

Datum vyhotovení: 27.02.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: LUCIE SKLENÁŘOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



155356481-259476-230227104252

PG 8592 [WW AD]

Čisticí a dezinfekční přístroj

s dávkováním tekutých prostředků a horkovzdušným sušením DryPlus.



- Výkon/šarže, např. 8 síťové misky DIN nebo 1-2 MIC soupravy
- Bezpečnost díky kontrole – kontrola mycího tlaku a ostřík. ramen
- o 68 % nižší spotřeba vody ve srovnání s předchozím modelem*
- Účinné horkovzdušné sušení – DryPlus
- Absolutní bezpečnost – možné napojení na dokumentaci procesů

*Ve srovnání s programem VarioTD přístrojů G 7892

EAN: 4002515580257 / Číslo materiálu: 10124530 / Číslo starého materiálu: 62859201CZ

| | |
|--|--|
| Konstrukce a provedení | |
| Provedení | Voln# stojící p#stroj, podstavový, š#řka 60 cm |
| Vnější opláštění | nerex |
| Možnost podstavby | • |
| AutoClose – automatický zámek dveří | • |
| Bzučák, akustický signál na konci programu | • |
| Konstrukce se snadnou údržbou | • |
| Oblasti použití | |
| Vhodné pro nemocnice | • |
| Vhodné pro lékařské ordinace | • |
| Vhodné pro ambulantní operační kliniky | • |
| Vhodné pro hasiče a záchranné služby | • |
| Kapacita | |
| Síťové misky DIN na šarži [počet] | 8 |
| Gynekologická zrcátka na šarži [počet] | 42 |
| Mikrochirurgické sady na šarži [počet] | 1-2 |
| Anesteziologické sady na šarži [počet] | 2-3 |
| Duté instrumentárium na šarži [počet] | 44 |
| Údaje o výkonu | |
| Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min | 500 |
| Užitný objem mycího prostoru v l | 145,00 |
| Testované provozní hodiny | 15000 |
| Nejkratší čas programu (mytí a dezinfekce) v min | 22 |
| Maximální teplota oplachování ve °C | 93 |
| Ovládání | |
| Typ ovládání | TouchControl |
| Výběr programů | Touch on Metal |
| Tlačítka přímé volby | • |
| Maximální předvolba startu v hodinách | 24 |
| Programovatelné | programovatelné |
| Programy [počet] | 19 |
| Volná programová místa [počet] | 2 |
| Řízení hodnoty A0 | • |
| Indikace zbyvajících času | • |
| Indikace průběhu programu | • |
| Zabezpečení proti výpadku programu | • |
| Nastavitelné jazyky displeje | • |
| Základní elektroinstalace | |
| Elektrická přípojka | 3N AC 400V 50HZ |
| Topný výkon elektrického ohřevu v kW | 8,50 |
| Celkový příkon v kW | 9,30 |
| Jištění v A | 16 |
| Délka přívodního síťového kabelu v m | 1,80 |
| Možná varianta napětí 1 | |
| Elektrická přípojka | AC 230V 50HZ |
| Topný výkon elektrického ohřevu v kW | 2,50 |
| Celkový příkon v kW | 3,30 |
| Jištění v A | 16 |

PG 8592 [WW AD]

Čisticí a dezinfekční přístroj

s dávkováním tekutých prostředků a horkovzdušným sušením DryPlus.



EAN: 4002515580257 / Číslo materiálu: 10124530 / Číslo starého materiálu: 62859201CZ

| | |
|---|------------------------|
| Přípojka na vodu/odpad | |
| Studená voda [počet] | 1 |
| Studená voda pro kondenzátor par [počet] | 1 |
| Teplá voda [počet] | 1 |
| Potřebný průtokový tlak v kPa | 200-1000 |
| DEMI voda [počet] | 1 |
| Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm | 100 |
| Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l | 10,70 |
| Vypouštěcí čerpadlo [DN] | 22 |
| Integrovaný změkčovač vody | • |
| Systém ochrany proti poškození vodou | Waterproofsystem (WPS) |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 835 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 600 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 600 |
| Mycí prostor, užitná výška v mm | 520 |
| Mycí prostor, užitná šířka v mm | 530 |
| Hmotnost netto v kg | 78 |
| Sušicí agregát | |
| Integrovaný sušicí agregát | • |
| Ventilátor v kW | 0,30 |
| Topný registr kW | 2,20 |
| Vzduchový výkon v m ³ /h | 60 |
| Nastavení času v krocích po 1 minutě | 0-120 |
| Třída filtru HEPA | H13 |
| Stupeň filtrace filtru HEPA (podle DIN EN 1822) v % | 99,95 |
| Emisní hodnoty | |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Teplo vysálané do prostoru v MJ/h | 1,45 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 940 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 675 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 745 |
| Mycí prostor, hloubka horního koše v mm | 474 |
| Mycí prostor, hloubka spodního koše v mm | 520 |
| Hmotnost brutto v kg | 85 |
| Programy | |
| Vario TD instrumentárium – 4 síta | • |
| Vario TD instrumentárium – 6 sít | • |
| Vario TD instrumentárium – 8 sít | • |
| Vario TD AN | • |
| Vario TD MIC | • |
| Vario TD GYN | • |
| Vario TD ORL | • |
| Vario TD ORL + | • |
| Vario TD ORL optika | • |
| Speciál 93 °C – 10' | • |
| Oftalmologie | • |
| Oftalmologický vozík A207 | • |
| Kojenecké lahve | • |
| Operační obuv | • |

PG 8592 [WW AD]

Čisticí a dezinfekční přístroj

s dávkováním tekutých prostředků a horkovzdušným sušením DryPlus.



EAN: 4002515580257 / Číslo materiálu: 10124530 / Číslo starého materiálu: 62859201CZ

| | |
|---|---|
| Staniční pomůcky | • |
| Univerzální | • |
| Vybavení | |
| Kontrola dávkovaného množství | • |
| Rozhraní pro procesní dokumentaci (volitelně) | • |
| Rozhraní pro zákaznický servis | • |
| Rozsáhlé příslušenství (volitelně) | • |
| Možnosti připojení | |
| Sériové rozhraní RS 232 (volitelně) | • |
| Vybavení | |
| 1 dávkovač na leštidlo/dvířka | • |
| 1 dávkovací čerpadlo na tekutý mycí prostředek | • |
| Kondenzátor par | • |
| Kontrola mycího tlaku | • |
| Kontrola rotace ostříkovacích ramen | • |
| Vícekomponentní filtrační systém | • |
| Topné čerpadlo s variabilními otáčkami | • |
| Přímé připojení mycího koše | • |
| DryPlus | • |
| Zásobník na sůl ve dvířkách | • |
| Bezspárově svařovaný mycí prostor díky laserové technologii | • |
| Topná tělesa mimo mycí prostor | • |
| Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304) | • |
| Možnosti připojení | |
| WiFi přes DataDiary (volitelně) | • |
| Ethernetové rozhraní (volitelně) | • |
| Externí dávkovací moduly | • |
| Normy, zkušební a identifikační označení | |
| VDE značka (elektrická bezpečnost) | • |
| IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 20 | • |
| EN 61010-2-040 | • |
| Směrnice RoHS 2011/65/EU | • |
| Normy, zkušební a identifikační označení | |
| EN 61010-1 | • |

DOS K 85 flex

Dávkovací modul pro kanystr 5–10 l

pro automatické dávkování tekutých médií, s indikací prázdného stavu.



- Kontr. dávkování – vysoká bezpečnost procesu dle DIN EN ISO 15883
- Pro dávkování tekutého čisticího prostředku/neutral. prostředku
- 352 mm mm nasávací trubice pro 5–10 l kanystry s flexibilním uzávěrem
- Přest. sada nasáv. trubice pro kanystry 10–30 l u zákaz. servisu

EAN: 4002516357438 / Číslo materiálu: 11498880 / Číslo starého materiálu: 69747052D

| | |
|--|---------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty | • |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Produktová kategorie | |
| Dávkovací systém | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Rychlost čerpání v ml/60 s | 55 |
| Délka sací trubice v mm | 352 |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 1 |
| Nulový vodič | N |
| AC/DC | AC |
| Napětí ve V | 200-230 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Celkový příkon v kW | 0,01 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 0 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 0 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 0 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 160 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 198 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 478 |
| Hmotnost netto v kg | 2,25 |
| Hmotnost brutto v kg | 2,45 |
| Zkušební a identifikační označení | |
| CE | • |

XKM 3000 L Med
Komunikační modul
s ethernetovým rozhraním pro síťové propojení.



- Kruh. paměť pro max. 30 procesních a 2 grafické protokoly
- Přídavné komponenty pro přímé/ síťové připojení nejsou nutné
- Podpora DHCP pro automatické nastavení parametrů sítě
- Přenosová rychlost: 10/100 Mbit/s
- Délka připojovacího kabelu: 1,5 m; možné prodloužení kabelu

EAN: 4002515513392 / Číslo materiálu: 09902230 / Číslo starého materiálu: 68822101D

| | |
|---|-------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty | • |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Produktová kategorie | |
| Procesní/provozní dokumentace/komunikace | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Plast |
| Barva | Šedá |
| Oblasti použití | |
| Příprava pipet/ampulí | • |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Příprava podložních sklíčků | • |
| Příprava butyrometrů | • |
| Příprava lékárenských/infuzních lahví | • |
| Příprava anesteziologického instrumentária | • |
| Příprava MIC instrumentária | • |
| Příprava oftalmologického instrumentária | • |
| Příprava robotického instrumentária | • |
| Příprava gynekologického instrumentária | • |
| Příprava ORL instrumentária | • |
| Příprava stomatologického instrumentária | • |
| Příprava operační obuvi | • |
| Příprava mís | • |
| Příprava emitních misek | • |
| Příprava kojeneckých lahví | • |
| Příprava operačního instrumentária | • |
| Příprava dutého instrumentária | • |
| Příprava ortopedického operačního instrumentária | • |
| Příprava medulárních hřebů/vrtáků | • |
| Příprava táců/podnosů | • |
| Příprava síťových misek | • |
| Příprava odměrných válců | • |
| Příprava zásobníků, např. absorbérů CO ₂ | • |
| Příprava různých pomůcek | • |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 39 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 88 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 110 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 140 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 190 |

XKM 3000 L Med
Komunikační modul
s ethernetovým rozhraním pro síťové propojení.

EAN: 4002515513392 / Číslo materiálu: 09902230 / Číslo starého materiálu: 68822101D



| | |
|------------------------------------|------|
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 295 |
| Hmotnost netto v kg | 0,44 |
| Hmotnost brutto v kg | 0,61 |
| Zkušební a identifikační označení | |
| CE | • |

A 208
Vozík
pro optimální uložení 8 síťových misek.



- Vysoká kapacita: současně příprava 8 síťových misek DIN
- 4 dodatečné možnosti připojení pro duté instrumentárium
- Vyjímatelná úroveň zvětší v případě potřeby osazovací výšku

EAN: 4002515809242 / Číslo materiálu: 10616030 / Číslo starého materiálu: 69620800D

| | |
|---|--------------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktová kategorie | |
| Vozík na síťové misky | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Nerez, Plast |
| Barva | Nerez, Černá |
| Oblasti použití | |
| Příprava síťových misek | • |
| Kapacita | |
| Síťové misky DIN [počet] | 8 |
| Duté instrumentárium [počet] | 4 |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 397 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 529 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 546 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 270 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 525 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 540 |
| Hmotnost netto v kg | 4,40 |
| Hmotnost brutto v kg | 6,40 |

E 142

Nástavec

pro uložení různého instrumentária.



- 1 mm drátěné pletivo, 5 mm velikost ok, 5 mm rám
- Vybaveno 2 výkyvnými úchyty
- Max. zatížitelnost činí 10 kg

EAN: 4002511115972 / Číslo materiálu: 03830300 / Číslo starého materiálu: 69514201D

| | |
|--|-------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| G 7824 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Produktová kategorie | |
| Síťová miska | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Nerez |
| Barva | Nerez |
| Oblasti použití | |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Příprava gynekologického instrumentária | • |
| Příprava ORL instrumentária | • |
| Příprava operačního instrumentária | • |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 55 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 255 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 480 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 75 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 280 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 515 |
| Hmotnost netto v kg | 0,70 |
| Hmotnost brutto v kg | 0,86 |

A 203
Vozík
pro optimální uložení MIC instrumentária.



- Vhodné pro uložení mj. E 451, E 457, E 460, E 473, E 444

EAN: 4002515460726 / Číslo materiálu: 09862450 / Číslo starého materiálu: 69620300D

| | |
|---|-------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktová kategorie | |
| Vozík na MIC instrumentárium | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Nerez |
| Barva | Nerez |
| Oblasti použití | |
| Příprava MIC instrumentária | • |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 520 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 529 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 542 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 270 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 525 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 540 |
| Hmotnost netto v kg | 9,40 |
| Hmotnost brutto v kg | 11,00 |
| Dodávané příslušenství | |
| E 336 mycí pouzdro MIBO, Ø 11 mm, délka 121 mm [počet] | 3 |
| E 362 zaslepovací šroub [počet] | 2 |
| E 442 mycí pouzdro, Ø 11 mm, délka 121 mm, s víčkem Ø 6 mm [počet] | 15 |
| E 443 mycí pouzdro, Ø 11 mm, délka 121 mm, s víčkem Ø 10 mm [počet] | 5 |
| E 445 – 12 víček na mycí pouzdro E 442, otvor s Ø 6 mm [počet] | 1 |
| E 446 – 12 víček na mycí pouzdro E 443, otvor s Ø 10 mm [počet] | 1 |
| E 447 adaptér samičí, pro Luer-Lock samčí [počet] | 3 |
| E 448 silikonová hadice s adaptérem Luer-Lock samičím [počet] | 6 |
| E 449 adaptér samčí, pro Luer-Lock samičí [počet] | 5 |
| E 451 nástavec 1/6 síťová miska [počet] | 1 |
| E 452 injektorová tryska 2,5 x 60 mm [počet] | 3 |
| E 453 injektorová tryska 4 x 110 mm s přidržovací svorkou [počet] | 8 |
| E 454 injektorová tryska pro pouzdra trokarů 10–15 mm [počet] | 6 |

A 203
Vozík
pro optimální uložení MIC instrumentária.



EAN: 4002515460726 / Číslo materiálu: 09862450 / Číslo starého materiálu: 69620300D

| | |
|---|---|
| E 456 otevírací pružina pro MIC instrumentárium [počet] | 4 |
| E 464 úložný díl pro injektorovou trysku E 454 [počet] | 3 |

E 444

Nástavec

pro optimální uložení optických kabelů a odsávacích hadic.



- Kabely/hadice se vinou spirálovitě kolem bubnu
- H 202 mm mm, se sklopným úchytem 214 mm; Ø 145 mm mm

EAN: 4002512083966 / Číslo materiálu: 04637700 / Číslo starého materiálu: 69544401D

| | |
|--|-------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8592 | • |
| Produktová kategorie | |
| Nástavec/modul pro MIC instrumentárium | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Nerez |
| Barva | Nerez |
| Oblasti použití | |
| Příprava MIC instrumentária | • |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 202 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 138 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 112 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 140 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 150 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 260 |
| Průměr v mm | 145 |
| Hmotnost netto v kg | 0,27 |
| Hmotnost brutto v kg | 0,43 |

E 457

Nástavec

pro optimální uložení rozloženého MIC instrumentária.



- Vhodné např. pro 12 rukojetí a pracovních vložek
- Dno z drátěného pletiva s velikostí ok 3 mm, uzavřené bočnice
- Navařený držák pro 8–12 rukojetí, dělení variabilní
- Vybaveno 3 přepážkami pro uložení a aretování

EAN: 4002512067331 / Číslo materiálu: 04618030 / Číslo starého materiálu: 69545702D

| | |
|--|--------------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktová kategorie | |
| Nástavec/modul pro MIC instrumentarium | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Nerez, Plast |
| Barva | Nerez, Černá |
| Oblasti použití | |
| Příprava MIC instrumentária | • |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 192 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 490 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 62 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 120 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 320 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 540 |
| Hmotnost netto v kg | 1,75 |
| Hmotnost brutto v kg | 2,02 |

E 473/2

Sítka

s víkem, vhodné pro různé nejmenší díly.



- K zavěšení
- Se snadným zavíráním víka

EAN: 4002515811962 / Číslo materiálu: 10623720 / Číslo starého materiálu: 69547303D

| | |
|--|-------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty | • |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| PWD 8534 | • |
| Produktová kategorie | |
| Jiný nástavec | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Nerez |
| Barva | Nerez |
| Oblasti použití | |
| Příprava MIC instrumentária | • |
| Příprava stomatologického instrumentária | • |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 88,4 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 66 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 66 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 80 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 95 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 110 |
| Hmotnost netto v kg | 0,10 |
| Hmotnost brutto v kg | 0,14 |

A 310 Nástavec



- Pro uložení 8 kusů operační obuvi do velikosti 41
- Lze použít v horních koších A 101 a A 102

EAN: 4002515816349 / Číslo materiálu: 10632610 / Číslo starého materiálu: 69631000D

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktová kategorie | |
| Nástavec na operační obuv | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Nerez |
| Barva | Nerez |
| Oblasti použití | |
| Příprava operační obuvi | • |
| Kapacita | |
| Operační obuv [počet] | 8 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 75 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 405 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 435 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 100 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 425 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 450 |
| Hmotnost netto v kg | 0,50 |
| Hmotnost brutto v kg | 0,83 |

A 101

Horní koš

pro optimální uložení injektorových modulů nebo nástavců.



- Horní koš s dvěma přípojkami modulů
- Osaz. výška 160 +/-30 mm, os. šířka 475 mm, os. hloubka 443 mm
- Pro uložení až 2 injektorových modulů nebo nástavců
- S vestavěným ostříkovacím ramenem
- Automatické uzavření přípojky, když se nepoužívá
- Osazovací výška s modulem s plastovou opěrou činí 190 mm
- Rozměry pro osazení: šířka 489, délka 440 mm

EAN: 4002515460627 / Číslo materiálu: 09862340 / Číslo starého materiálu: 69610100D

| | |
|---|-------|
| Produktové zařazení | |
| Myčky s přívodem čerstvé vody | • |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| PG 8063 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Produktová kategorie | |
| Horní koš | • |
| Lafeta/nosič koše | • |
| Horní koš | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Nerez |
| Barva | Nerez |
| Oblasti použití | |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Příprava gynekologického instrumentária | • |
| Příprava ORL instrumentária | • |
| Příprava mís | • |
| Příprava emitních misek | • |
| Příprava operačního instrumentária | • |
| Příprava různých pomůcek | • |
| Příprava plicní automatiky | • |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 206 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 528 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 527 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 230 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 555 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 580 |
| Hmotnost netto v kg | 3,00 |
| Hmotnost brutto v kg | 3,79 |

A 151

Spodní koš

pro uložení běžných síťových misek DIN a různých nástavců.



- Osazovací výška závisí na zvoleném horním koši
- Osazovací šířka: 490 mm, osazovací hloubka: 498 mm

EAN: 4002515460689 / Číslo materiálu: 09862410 / Číslo starého materiálu: 69615100D

| | |
|--|--------------|
| Produktové zařazení | |
| Myčky s přívodem čerstvé vody | • |
| Mycí a dezinfekční automaty | • |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| PG 8058 | • |
| PG 8063 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Produktová kategorie | |
| Lafeta/nosič koše | • |
| Spodní koš | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Nerez, Plast |
| Barva | Nerez, Černá |
| Oblasti použití | |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Příprava gynekologického instrumentária | • |
| Příprava ORL instrumentária | • |
| Příprava stomatologického instrumentária | • |
| Příprava operační obuvi | • |
| Příprava mís | • |
| Příprava emitních misek | • |
| Příprava kojeneckých lahví | • |
| Příprava operačního instrumentária | • |
| Příprava síťových misek | • |
| Příprava různých pomůcek | • |
| Příprava plicní automatiky | • |
| Příprava ochranných dýchacích masek | • |
| Příprava nosného rámu pro dýchací přístroj | • |
| Kapacita | |
| Síťové misky DIN [počet] | 2 |
| Síťové misky SPRI [počet] | 1 |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 88 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 529 |

A 151

Spodní koš

pro uložení běžných síťových misek DIN a různých nástavců.



EAN: 4002515460689 / Číslo materiálu: 09862410 / Číslo starého materiálu: 69615100D

| | |
|------------------------------------|------|
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 522 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 120 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 545 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 555 |
| Hmotnost netto v kg | 1,80 |
| Hmotnost brutto v kg | 2,38 |

A 307

Nástavec

pro optimální uložení 20 operační obuvi do velikosti 48.



- Vhodné pro 20 operační obuv
- S držáky dlouhými vždy 265 mm
- Pro použití v lafetě spodního koše A 151
- Možná příprava operační obuvi do velikosti 48

EAN: 4002515460856 / Číslo materiálu: 09862590 / Číslo starého materiálu: 69630700D

| | |
|---|-------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty, medicína | • |
| Zařazení přístroje/příslušenství | |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Produktová kategorie | |
| Nástavec na operační obuv | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Nerez |
| Barva | Nerez |
| Oblasti použití | |
| Příprava operační obuvi | • |
| Kapacita | |
| Operační obuv [počet] | 20 |
| Základní elektroinstalace | |
| Počet fází | 0 |
| Napětí ve V | 0 |
| Frekvence v Hz | 0 |
| Celkový příkon v kW | 0,00 |
| Jištění v A | 0 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 279 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 390 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 360 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 300 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 395 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 480 |
| Hmotnost netto v kg | 1,46 |
| Hmotnost brutto v kg | 1,99 |

DS 610/1 - DS 610/2 Mycí a dezinfekční automaty na chirurgické nástroje



Plně automatický mycí a dezinfekční automat s předním plněním, s výklopnými dveřmi, dostupný **v jednodveřové nebo dvoudveřové prokládací verzi** a ve **standardní konfiguraci nebo s rychlým cyklem**.

Toto zařízení nabízí kompletní mytí a tepelnou dezinfekci a je vybaveno účinným systémem sušení horkým vzduchem, který zajišťuje dokonalé vysušení všech nástrojů i zkumavek po dezinfekci, a to díky přesnému rozvodu vzduchu ve všech zónách komory a na všech úrovních mycího vozíku.

2S verze s "rychlým cyklem" umožňují provedení celého cyklu za pouhých 35 minut, a to včetně předmytí, hlavního mytí, oplachu, tepelné dezinfekce a sušení, přičemž došlo k výraznému zlepšení provozní účinnosti a následnému snížení spotřeby energie.

Následující aplikace jsou realizovány prostřednictvím vyhrazených mycích vozíků a příslušenství: chirurgické nástroje, MIS nástroje, anestetické nástroje, oftalmologické nástroje, dentální nástroje, kontejnery, pryžová obuv pro personál, dětské lahvičky, laboratorní sklo ...

Speciální mycí vozík je vyhrazen pro validované zpracování robotických chirurgických nástrojů daVinci®.

Operaci vkládání a vykládání mycích vozíků lze provádět v ergonomické výšce a vyklápěcí dveře poskytují pohodlný prostor pro nakládání.

4 varianty

DS 610/1 jednodveřový mycí a dezinfekční automat
DS 610/2 dvoudveřový mycí a dezinfekční automat
(vhodný pro bariérové CSSD aplikace)

DS 610/1 1S "rychlý cyklus" - jednodveřový mycí a dezinfekční automat

DS 610/2 1S "rychlý cyklus" - dvoudveřový mycí a dezinfekční automat (vhodný pro bariérové CSSD aplikace)

Vysoká kapacita ošetření

Kapacita mytí až do:

- 10 DIN košů 480x250x50
- 5 ISO košů 485x344x50
- 5 SPRI 1 košů
- 2 DIN kontejnery 300x600x300

Standardní shody

Zařízení splňuje evropskou normu EN ISO 15883-1/2, požadavky CEN ISO/TS 15883-5. Klasifikovaný CE zdravotnický prostředek (předpis ES 93/42/CEE) č. 0051.

Rozměry

| DS 610/1 | DS 610/2 | DS 610/1 1S | DS 610/2 1S |
|--|---|---|---|
| Vnější ŠxHxV: 650mm x 687mm x 1840mm 25.59" x 27.05" x 72.44" | Vnější ŠxHxV : 650mm x 710mm x 1840mm 25.59" x 27.95" x 72.44" | Vnější ŠxHxV : 650mm x 687mm x 1960mm 25.59" x 27.05" x 77.16" | Vnější ŠxHxV : 650mm x 710mm x 1960mm 25.59" x 27.95" x 77.16" |
| ŠxHxV komory: 555mm x 580mm x 845mm 21.85" x 22.83" x 33.26" | ŠxHxV komory : 555mm x 580mm x 845mm 21.85" x 22.83" x 33.26" | ŠxHxV komory : 555mm x 580mm x 845mm 21.85" x 22.83" x 33.26" | ŠxHxV komory : 555mm x 580mm x 845mm 21.85" x 22.83" x 33.26" |
| Dveřní otvor ŠxV: 555mm x 690mm 21.85" x 27.17" | Dveřní otvor ŠxV : 555mm x 690mm 21.85" x 27.17" | Dveřní otvor ŠxV : 555mm x 690mm 21.85" x 27.17" | Dveřní otvor ŠxV : 555mm x 690mm 21.85" x 27.17" |

Konstrukce

- Rám je vyroben z nerezové oceli AISI 304 (DIN 1.4301).
- Panely jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304 (DIN 1.4301) s kartáčovaným povrchem.
- Rám dveří z nerezové oceli, stěny mycí komory z nerezové oceli AISI 316L (DIN 1.4404), vysoce průhledné HST temperované skleněné dveře - zvenčí.
- Mycí komora, mycí ramena, předehřívací nádrže a filtry na vodu jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 316 L (DIN 1.4404) s leštěným povrchem.
- Samočisticí záchytný žlábek se zaoblenými rohy – brání ukládání nečistot a růstu bakterií.
- Všechny komponenty jsou vyrobeny z nerezové oceli nebo z materiálu, odolného vůči agresivním chemikáliím.
- Vysoce kvalitní tepelná izolace minimalizuje spotřebu energie.

Standardní charakteristiky

Dolů sklápěné dveře na pantech

- Skleněné okno HST s dokonalou viditelností
- Dveře fungují jako nakládací platforma pro mycí vozíky – určeno pro snadnou nakládku i vykládku.
- Dokonalá izolace – snižuje tepelné ztráty a hluk

Mycí systém

- Vstříkovací systémy pro mytí a sušení horkým vzduchem jsou integrovány do téhož okruhu.

- 2 mycí postřikovací ramena jsou nainstalována v mycí komoře tak, aby byla zajištěna účinná distribuce vody a vzduchu uvnitř komory.
- Až čtyři další mycí ramena v dostupných mycích vozících
- Snadná demontáž mycích ramen pro čištění a údržbu
- Zařízení umožňuje automatické a přímé napojení na hydraulický okruh mycího vozíku. To umožňuje distribuci vody v rotačních ramenech a/nebo vstříkovacích systémech, určených pro ošetření dutých nástrojů. Tepelná dezinfekce na základě zvýšení teploty
- DI vody až na 93°C a udržení této teploty po zvolenou dobu, kterou lze nastavit v souladu se specifickými požadavky koncového zákazníka a zákonnými požadavky jednotlivých zemí.

Mycí komora

- Systém mycí komory je konstruován bez rohů, tím pádem je eliminována živná půda pro růst bakterií.
- Centrální samočisticí jímka, konstruovaná s oblými rohy, umožňuje velmi rychlou fázi vypouštění a zlepšuje systém recirkulace vody v průběhu ošetření.
- Tříúrovňový systém filtrace vody zachycuje usazeniny a brání jejich další cirkulaci, aby byly výsledky mytí dokonalé.

Dodávka vody

- Dodávky vody jsou řízeny průtokoměry
- 0 l (5.28 gal.) na jednu náplň komory

Předehřívací nádrže (pouze verze s rychlým cyklem)

- Dvě předehřívací nádrže (na vodu pro hlavní mytí a oplach (1) a na demineralizovanou vodu (2)) jsou konfigurovány s 6,0kW elektrickými topnými prvky (každá nádrž).
(1) (2)



- Předehřívací nádrže jsou přímo propojeny s mycí komorou velkými ventily, takže lze zkrátit dobu vkládání celého cyklu.
- Nádrž na předehřátou vodu o teplotě 60 °C (1) umožňuje zkrácení doby mytí a následně i celkové doby trvání cyklu. Zatímco v zařízení probíhá fáze mytí, nádrž na mycí vodu (1) se naplní oplachovou vodou a předehřeje se na 60 °C. Úspora času ohřevu v mycí komoře brání chladnutí a snižuje se tak energetická ztráta.
- Nádrž na demineralizovanou vodu, předehřátou na 85 °C (2), umožňuje radikální zkrácení času procesu tepelné dezinfekce a následně i celkové doby trvání cyklu.
- Celková doba cyklu, zahrnujícího předmytí, mytí a sušení, je zkrácena na 35 minut.
- Funkce a teploty předehřívacích nádrží lze měnit tak, aby co nejlépe vyhovovaly procedurám daného zákazníka.
- V souladu s procedurami zákazníka lze vodu, použitou pro dezinfekci v předchozím cyklu, recyklovat na vodu pro hlavní mytí a tak dosáhnout významné úspory energie, vody i času.

Cirkulační čerpadlo

- Vybaveno vysoce výkonným recirkulačním čerpadlem 0.75kW, s maximálním průtokem 600 l/min (158.50 gal. US/min)
- Odsávací / zpětné čerpadlo.

Systém filtrace vody

- Třístupňový (3) filtrační systém pomáhá chránit recirkulační i odsávací čerpadlo před nečistotami.
- Filtry lze snadno vyjmout a vyčistit.

Systém sušení horkým vzduchem

- Vzduch cirkuluje v komoře, přes mycí ramena komory a přes vstřikovací systém mycích ramen a vozíků.
- F5 (EN 779) předfiltr
- 4.0 kW topné prvky poskytují vzduch o teplotě až 140°C (184°F)
- Výkon ventilátoru sušicího zařízení až 250 m³/h (8.828 ft³/h)

Kondenzátor páry

- Brání tomu, aby se páry dostávaly do mycího prostoru při nastavené teplotě – lze naprogramovat na: 0°C - 93°C (32°F - 200°F)
- Kondenzátor páry je volitelným vybavením pro verze s "rychlým cyklem" (DS 610/1 1S a DS 610/2 1S)

Dávkování chemických látek

- Dvě (2) peristaltická čerpadla zajišťuje přesné dávkování kapalných chemikálií

Uskladnění chemických produktů

- Velký skladovací prostor ve spodní části pojme až tři 5 l (1.32 Gal US) kontejnery na chemikálie.
- Kontejnery na chemikálie jsou umístěny do zásuvky, opatřené zámkem.

Elektrický ohříváč

- Elektrické ohřívací prvky 7.5 kW zajišťují ohřev až na 93°C (200°F)
- Elektronický termostat
- Dvě (2) nezávislá teplotní čidla PT1 000: jedno je vyhrazeno pro řízení teplotního cyklu zařízení, druhé samostatně se používá pro řízení fáze dezinfekce a pro dokumentaci.
- V průběhu cyklu je mikroprocesorovým řídicím systémem kontrolováno delta měření teploty čidel.

Mikroprocesorový řídicí systém

- Mikroprocesor pro celkovou kontrolu a zobrazení jednotlivé fáze cyklu se zvýrazněním zbývajících času procesu.
- Možnost až 40 uložitelných programů, 20 standardních programů, 20 uživatelem definovatelných programů.
- 3 úrovně heslem chráněného programování.

Řídicí panel systému

- Dotekový řídicí panel (dotekové funkční plochy se stavovým led indikátorem), vyrobený z jednolitě skleněné plochy pro dokonalé čištění a dezinfekci a zajištění lepší ochrany operátora před kontaminací při provozu zařízení a volbě typu cyklu.



- TFT 3,5" - QVGA (320x240) grafický barevný display

Monitorování systému

- Zvukové a vizuální alarmy poskytují kvalitní kontrolu pro každý mycí cyklus
- Čidla hladiny vody
- Čidla kontrolují hladinu vody v komoře, aby se zabránilo přetečení
- RS 232 port pro připojení tiskárny a monitorování a validaci mycího cyklu.

Bezpečnostní charakteristiky

Dveře se zámekem

- Brání zásahu do mycího cyklu poté, co je zařízení spuštěno do provozu.

Spouštěcí dveře

- Odstraňují bezpečnostní rizika, související s dveřmi gilotinového typu.
- Vyvážené – pro bezpečný provoz.

Volitelné vybavení

Hlavní spínač napájení

Pomocné čerpadlo DI

- Zajišťuje náležitý tlak vody pro přívod demineralizované vody

Parní ohřev jímky

Boiler na předehřev DI vody

- Kapacita 18 l (4.7 gal.)
- 4.5 kW elektrické topné prvky
- Předehřev DI vody na naprogramovanou teplotu 0-93°C (32-200°F)

Změkčovač vody

(není k dispozici pro verze s "rychlým cyklem")

- změkčuje vstupní horkou i studenou vodu
- programovatelná regenerace s alarmem, upozorňujícím na málo soli

Systém automatického rozpoznání mycího vozíku

- Automatická identifikace typu mycího vozíku pro volbu souvisejícího cyklu ošetření.

Analogické čidlo na mycím okruhu pro kontrolu tlaku

Odsávací čerpadlo

- Nezávisle fungující odsávací čerpadlo pro účinné odčerpávání odpadní vody

Elektromagnetický ventil – chlazení odpadu

- Odpadní voda je chlazená na 60°C (140°F)

Tepelný výměník odpadní vody

(k dispozici pouze pro verze s "rychlým cyklem")

Dodatečná dávkovací čerpadla

- Dvě (2) dodatečná čerpadla pro dávkování dalšího typu chemikálií tak, aby byly splněny specifické požadavky na mytí

Průtokoměry

- Průtokoměry pro dodatečnou kontrolu chemikálií

Čidlo vodivosti

- Přesné měření hodnoty vodivosti v průběhu Závěrečného oplachu

Kondenzátor páry

(k dispozici pouze pro verze s "rychlým cyklem", celková výška zařízení 2390mm/94.09")

- Brání vstupu par do mycího prostoru

HEPA filtrace

- HEPA H14 filtr s celkovou účinností M.P.P.S. 99,995% (EN 1822)

Světlo uvnitř komory

Tiskárna

- Pro validaci mycích procesů – poskytnutí podrobných informací
- Integrovaná v čelním panelu myčky (ST2)

USB port

- USB port pro historické údaje o cyklech, parametry zařízení a stahování mycích programů. Umožňuje snadné aktualizace softwaru.

Síťové připojení


- Ethernetové připojení - zařízení X-fire

Seismické upevnění

- Ukotvení do podlahy

Příslušenství

Široká škála táců, polic, síťových košů pro chirurgické nástroje, MIS nástroje, anestetické nástroje, oftalmologické nástroje, pryžovou obuv pro personál, kontejnery, dětské lahvičky ...



For the validated reprocessing of robotic surgery instruments



Steelco S.p.a. -VIA BALEGANTE 27 - 31039 RIESE PIO X (TV)

Tel. 0039 0423 7561

Fax 0039 0423 755528

www.steelcospa.com

e-mail: steelco@steelcospa.com

Základní kapitál Euro 3.000.000 i.v. C.F., DIČ a registrační číslo pro Treviso: 04311220265 REA TV 339832

Rev.06



Validační podpůrná dokumentace a služby

Testování Instalační kvalifikace a provozní kvalifikace (IQ/OQ) lze provádět v prostorách zákazníka.

Čistící chemické prostředky

K dispozici je široká škála chemických čisticích prostředků.

Programování a průběh cyklu

Uživatel může vytvářet jedinečné programy, které budou splňovat jeho jedinečné potřeby. Jsou uvedeny jednotlivé fáze, které lze naprogramovat a opakovat v nejrůznějších kombinacích.

- **Předmytí** – Uživatel si může nadefinovat počet předmytí, dobu trvání předmytí a vybrat si mezi studenou, horkou a DI vodou nebo namíchat vodu ze dvou zdrojů.
- **Mytí** - Uživatel si může nadefinovat délku mycího cyklu, dávkování čisticího prostředku a jeho teplotu, teplotu vody až do 93°C (200°F) a vybrat si mezi studenou, horkou a DI vodou nebo namíchat vodu ze dvou zdrojů.
- **Proplach komory v průběhu vypouštění** - Uživatel si může nadefinovat čas proplachu komory v průběhu jejího vypouštění.
- **Neutralizace** - Uživatel si může zvolit dobu trvání oplachu, přítomnost a množství neutralizačního prostředku, teplotu oplachu až do 93°C (200°F) a jaký typ vody bude použit – zda studená, teplá, DI voda nebo lze namíchat vodu ze dvou zdrojů.

- **DI oplach** – Uživatel může definovat dobu trvání DI oplachu, teplotu vody až do 93°C (200°F), přítomnost a množství oplachového prostředku.
- **Sušení** – programovatelné – od pomalého po rychlé sušení, až do teploty 140°C (284 °F). Provozní doba kondenzátoru páry.

Požadovaná připojení

Podrobnosti o připojení si prosím najdete v instalačním výkresu zvoleného modelu / verze.

Horká voda

Studená voda

DI voda

Přívod páry (pokud to konfigurace vyžaduje)

Vracení kondenzátu páry

(pokud to konfigurace vyžaduje)

Stlačený vzduch

(pokud to konfigurace vyžaduje)

Připojení na odpad

Připojení na odtah vzduchu

Požadavky elektro

• Celkový výkon

- 8.25 kW (standardní zařízení)
- 17. 0 kW (verze s rychlým cyklem)

- 400V/3-+N/50Hz
- 208V/3-+N/60Hz
- 480V/3-+N/60Hz
- Ostatní elektrická připojení jsou k dispozici tak, aby odpovídala požadavkům elektro na místě instalace.
- K dispozici je UL verze komponent

Steelco S.p.a. -VIA BALEGANTE 27 - 31039 RIESE PIO X (TV)

Tel. 0039 0423 7561

Fax 0039 0423 75528

www.steelcospa.com

e-mail: steelco@steelcospa.com

Základní kapitál Euro 3.000.000 i.v. C.F., DIČ a registrační číslo pro Treviso: 04311220265 REA TV 339832

6/6

Příloha č. 2 smlouvy: Jednotkové ceny pozáručního servisu v položkovém členění

Název zdravotnického prostředku nebo laboratorní techniky: myčka jednostranná (kapacita 8 DIN síť)
Model: MIELE PG 8592

Ceny za servisní práce v pozáruční době

| Servisní služba | Četnost | Kč bez DPH | hodnota DPH v Kč | Celkem Kč vč. DPH |
|--|---|------------|------------------|-------------------|
| Náklady na pravidelnou bezpečnostní technickou kontrolu za 1 ks zařízení dle předmětu plnění (cena zahrnuje veškeré úkony v souladu s doporučením výrobce, vč. výměny dílů, kontrolu elektrické bezpečnosti, veškeré mzdové a cestovní náklady servisního technika, vystavení protokolů a dokumentace) | <u>1x za rok dle doporučení výrobce</u> | 10 152 | 2 132 | 12 284 |
| Cena hodiny servisní práce (sazba za 1 hodinu práce pracovníka) <i>*pokud bude práce fakturována výkonovým ceníkem, bude tento ceník přílohou smlouvy</i> | | 1 600 | 336 | 1936 |
| Cena za dopravu do místa požadovaného servisu a zpět (cena za dopravu a čas strávený na cestě tam a zpět v případě servisu nebo pozáruční opravy) | | 1 420 | 298 | 1718 |

Název zdravotnického prostředku nebo laboratorní techniky: myčka prokládací (kapacita 10 DIN síť)
Model: Steelco – MIELE DS 610/2

Ceny za servisní práce v pozáruční době

| Servisní služba | Četnost | Kč bez DPH | hodnota DPH v Kč | Celkem Kč vč. DPH |
|--|---|------------|------------------|-------------------|
| Náklady na pravidelnou bezpečnostní technickou kontrolu za 1 ks zařízení dle předmětu plnění (cena zahrnuje veškeré úkony v souladu s doporučením výrobce, vč. výměny dílů, kontrolu elektrické bezpečnosti, veškeré mzdové a cestovní náklady servisního technika, vystavení protokolů a dokumentace) | <u>1x za rok dle doporučení výrobce</u> | 13 253 | 2783 | 16 036 |
| Cena hodiny servisní práce (sazba za 1 hodinu práce pracovníka) | | 1 600 | 336 | 1936 |

**pokud bude práce fakturována výkonovým ceníkem, bude tento ceník přílohou smlouvy*

| | | | |
|---|-------|-----|------|
| Cena za dopravu do místa požadovaného servisu a zpět (cena za dopravu a čas strávený na cestě tam a zpět v případě servisu nebo pozáruční opravy) | 1 420 | 298 | 1718 |
|---|-------|-----|------|

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

| | |
|---------------------------------|--|
| Pojistitel: | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 47116617 |
| Pojistník: | BLOCK CRS, a.s. se sídlem U Kasáren 727, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, Česká republika, IČO: 07333366 |
| Pojištěný: | BLOCK CRS, a.s. se sídlem U Kasáren 727, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01, Česká republika, IČO: 07333366 BLOCK Real Estate s.r.o., se sídlem U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 08037001 FOR Clean, a.s., Vrbovská cesta 39, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO 36234923 BLOCK a.s., se sídlem U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 18055168 BLOCK Technology a.s., Josefa Sousedíka 372, 755 01 Vsetín, IČO 09754580 a autorizované osoby vykonávající činnost pro pojistníka/pojištěné |
| Číslo pojistné smlouvy: | 7721154440 |
| Rozsah pojištění: | Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání, |
| Limit pojistného plnění: | 100 000 000,- CZK (5 000 000 Kč pro BLOCK Real Estate s.r.o.; 50 000 000 Kč pro FOR Clean, a.s.) |
| Rozsah pojištění: | Pojištění profesní odpovědnosti – projektová činnost ve výstavbě, |
| Limit pojistného plnění: | 20 000 000,- CZK |
| Spoluúčast: | 50 000,- CZK, není-li ve smlouvě ujednáno jinak |
| Princip Pojištění: | Loss occurrence |

Územní platnost: Celý svět vyjma USA a Kanady (Evropa pro FOR Clean, a.s. a Česká republika pro BLOCK Real Estate s.r.o.)

Pojistná doba: 27.06. 2022 – 22.05. 2025

Toto potvrzení je podepsáno elektronickými prostředky ve smyslu příslušných právních předpisů.

Brno,

.....
za pojistitele

.....
za pojistitele



**STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV**

Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Telefon: +420 272 185 111
Fax: +420 271 732 377

E-mail: posta@sukl.cz
Web: www.sukl.cz

ADRESÁT
BLOCK CRS a.s.
Hana Zákravská

ADRESA
U Kasáren 727
Valašské Meziříčí-Valašské Meziříčí
757 01

Číslo jednací
sukl77092/2022

Spisová značka
sukls62629/2022

Vyřizuje / e-mail
Ing. Lenka Voltrová
lenka.voltrova@sukl.cz

Datum
19. 4. 2022

POTVRZENÍ SPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48, jako správní orgán příslušný na základě § 9 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, nebo na základě § 9 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 268/2014 Sb."), s ohledem na ustanovení § 74 odst. 4 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje tímto splnění ohlašovací povinnosti níže uvedené osoby.

| | |
|-------------------|---|
| Registrační číslo | 079599 |
| IČ | 07333366 |
| Název | BLOCK CRS a.s. |
| Sídlo | U Kasáren 727, 75701 Valašské Meziříčí, Česká republika |
| Kontaktní osoba | Hana Zákravská , zakravska@blockcrs.cz , +420724358448 |

Seznam činností

- distributor obecných zdravotnických prostředků

Platnost registrace osoby pro výše uvedené činnosti činí pět let ode dne vydání tohoto potvrzení.

Ing. Petr Vykypěl
vedoucí Oddělení registrací a notifikací
Odbor zdravotnických prostředků

Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 710284_006120 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 2 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 1028199796 byla systémem přenesena dne 19.04.2022 v 12:30:12. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 21.04.2022 v 11:15:35. Datová zpráva byla opatřena elektronickou značkou, zaručenou elektronickou pečeti založenou na certifikátu pro elektronickou pečeť vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru, nebo uznávanou elektronickou pečeti. Údaje o elektronické značce nebo pečeti: číslo certifikátu **01 58 A7 2E**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky**. Elektronická značka nebo pečeť byla označena časovým razítkem. Datum a čas **20.04.2022 08:37:05**, číslo kvalifikovaného časového razítka nebo kvalifikovaného elektronického časového razítka **01 40 72 07**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.**

Odesílající datová schránka:

Název: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Adresa: Šrobárova 49/48, 10000 Praha 10, CZ

ID datové schránky: qwfai2m

Typ uživatele: Nežjištěno


Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 21.04.2022 v 11:15:38. Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 21.04.2022 10:08:23. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis **00 B6 2F D0**, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru **I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu **Ing. Petr Vykypěl, Státní ústav pro kontrolu léčiv**. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 21.04.2022 v 11:15:38. Údaje o časovém razítku: datum a čas **19.04.2022 12:04:48**, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko **00 B4 AD 42**, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem **I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s.**

Vystavil: Česká pošta, s.p.

Pracoviště: Valašské Meziříčí 1

Česká pošta, s.p. dne 21.04.2022

terá autorizovanou konverzi dokumentu provedla:



147953059-259476-220421111524

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



ADRESÁT
MIELE, spol. s r.o.
Ing. Petr Talaš**ADRESA**
Holandská 879/4
Brno-Štýřice
639 00

VÝPIS Z REGISTRU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 (dále jen „Ústav“), jako správní orgán příslušný dle § 9 písm. b) zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“), eviduje v Registru zdravotnických prostředků ke dni 04.10.2022 následující údaje:

Identifikace zdravotnického prostředku

Evidenční číslo: 00572594
Druh zdravotnického prostředku: Obecný zdravotnický prostředek
Typ evidence zdravotnického prostředku: Notifikace obecného zdravotnického prostředku
Obchodní název zdravotnického prostředku: Mycí a dezinfekční automat Steelco
UDI-DI:
Jedná se o příslušenství? Ne
Jedná se o systém zdravotnických prostředků? Ne
Riziková třída zdravotnického prostředku: IIb
Číslo certifikátu: 909/MDD
Číslo notifikované osoby: 0051 - IMQ - Istituto Italiano del Marchio di Qualita S.P.A
Určený účel použití zdravotnického prostředku v českém jazyce: Mycí a dezinfekční automat je zdravotnický prostředek, který slouží k čištění a dezinfekci chirurgického instrumentária, anesteziologických pomůcek, operační obuvi, kontejnerů, kojeneckých lahví, nádob, laboratorního skla, dalších pomůcek a zařízení.
Existuje výrobcem přidělené katalogové číslo? Ne

Varianty zdravotnického prostředku

| Doplněk názvu | Katalogové číslo | Identifikační kód |
|---------------|------------------|-------------------|
| DS 600/1 | | 0001 |
| DS 610/1 | | 0002 |
| DS 600/2 | | 0003 |
| DS 610/2 | | 0004 |
| DS 600/1 D | | 0005 |

| | | |
|----------------|--|------|
| DS 610/1 D | | 0006 |
| DS 600/2 D | | 0007 |
| DS 610/2 D | | 0008 |
| DS 610/1 1S | | 0009 |
| DS 610/1 2S | | 0010 |
| DS 610/2 1S-2S | | 0011 |
| DS 610/2 2S | | 0012 |

Informace o výrobc

Název výrobce: Steelco S.p.A.
Ulice: Via Balegante
Číslo popisné: 27
Obec: Riese Pio X
PSČ: 31039
Stát: Itálie

Seznam příloh

| Typ přílohy | Název souboru | Popis |
|---|------------------------|-------|
| Poslední verze návodu k použití v českém jazyce | Návod k obsluze DS 6xx | |

Výše uvedený zdravotnický prostředek je notifikován následujícími osobami:

| Registrační číslo | Osoba | Činnost osoby k ZP | Platnost od | Platnost do |
|-------------------|---------------------|--|-------------|-------------|
| 004191 | MIELE, spol. s r.o. | distributor obecných zdravotnických prostředků | 27.11.2018 | 31.03.2026 |

ADRESÁTMIELE, spol. s r.o.
Ing. Petr Talaš**ADRESA**Holandská 879/4
Brno-Štýřice
639 00

VÝPIS Z REGISTRU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 (dále jen „Ústav“), jako správní orgán příslušný dle § 5 odst. 1 ve spojení s § 74 odst. 8 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prostředcích“), eviduje v Registru zdravotnických prostředků ke dni 09.05.2023 následující údaje:

Identifikace zdravotnického prostředku

| | |
|--|--|
| Evidenční číslo: | 00241226 |
| Druh zdravotnického prostředku: | Obecný zdravotnický prostředek |
| Typ evidence zdravotnického prostředku: | Notifikace obecného zdravotnického prostředku |
| Obchodní název zdravotnického prostředku: | Mycí a dezinfekční automat Miele |
| UDI-DI: | |
| Jedná se o příslušenství? | Ne |
| Jedná se o systém zdravotnických prostředků? | Ne |
| Riziková třída zdravotnického prostředku: | IIb |
| Číslo certifikátu: | 294819 MR2 |
| Číslo notifikované osoby: | 0297 - DQS Medizinprodukte GmbH |
| Určený účel použití zdravotnického prostředku v českém jazyce: | Mycí a dezinfekční automat je zdravotnický prostředek, který slouží k čištění a dezinfekci chirurgického instrumentária, anesteziologických pomůcek, operační obuvi, kontejnerů, kojeneckých lahví, nádob, laboratorního skla, dalších pomůcek a zařízení. |
| Existuje výrobcem přidělené katalogové číslo? | Ne |

Varianty zdravotnického prostředku

| Doplněk názvu | Katalogové číslo | Identifikační kód |
|---------------|------------------|-------------------|
| PG8592 | | 0001 |

Informace o výrobcí

Název výrobce: Miele & Cie. KG

Ulice: Carl-Miele Strasse
Číslo popisné: 29
Obec: Gütersloh
PSČ: 33332
Stát: Německo

Seznam příloh

| Typ přílohy | Název souboru | Popis |
|---|---------------|-------|
| Poslední verze návodu k použití v českém jazyce | Návod PG8592 | |

Výše uvedený zdravotnický prostředek je notifikován následujícími osobami:

| Registrační číslo | Osoba | Činnost osoby k ZP | Platnost od | Platnost do |
|-------------------|------------------------|--|-------------|-------------|
| 004191 | MIELE, spol. s r.o. | distributor obecných zdravotnických prostředků | 07.12.2018 | 31.03.2026 |
| 008248 | HOSPIMED, spol. s r.o. | distributor obecných zdravotnických prostředků | 20.02.2020 | 21.01.2026 |

ADRESÁTMIELE, spol. s r.o.
Ing. Petr Talaš**ADRESA**Holandská 879/4
Brno-Štýřice
639 00

VÝPIS Z REGISTRU ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Státní ústav pro kontrolu léčiv, se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 (dále jen „Ústav“), jako správní orgán příslušný na základě § 5 odst. 1 a § 5 odst. 2 písm. c) ve spojení s § 74 odst. 7 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prostředcích“), eviduje v Registru zdravotnických prostředků ke dni 16.03.2023 následující údaje:

| | |
|-------------------|--|
| Registrační číslo | 004191 |
| IČ | 18829503 |
| Název | MIELE, spol. s r.o. |
| Sídlo | Holandská 879, 63900 Brno, Česká republika |
| Kontaktní osoba | Ing. Petr Talaš , petr.talas@miele.cz , +420606794197 |

Seznam činností:

- distributor obecných zdravotnických prostředků
 - Zdravotnické prostředky:
 - 00572594, Mycí a dezinfekční automat Steelco
 - 00624016, Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy Steelco
 - 00241226, Mycí a dezinfekční automat Miele
 - 00241488, Mycí a dezinfekční automat Discher
 - 00241357, Mycí a dezinfekční automat Miele
 - 00491946, Mycí a dezinfekční automat Discher
 - 00241269, Mycí a dezinfekční automat Miele
 - 00241314, Mycí a dezinfekční automat Miele
 - 00241330, Mycí a dezinfekční automat Miele
 - 00241410, Mycí a dezinfekční automat Miele
 - 00241218, Mycí a dezinfekční automat Miele
 - 00241381, Mycí a dezinfekční automat Miele
 - 00241293, Mycí a dezinfekční automat Miele
 - 00765177, Myčka podložních mís Miele
 - 00765169, Ultrazvuková čistička Steelco
 - 00247038, neodisher SeptoClean
 - 00251192, neodisher Septo DN
 - 00832237, Parní sterilizátor Steelco
 - 00871228, Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy Steelco BP 100 HXL
 - 00904069, Mycí a dezinfekční automat Steelco

- 00912114, Mycí a dezinfekční automat Steelco PWD 8628
 - 01063695, Mycí a dezinfekční automat Steelco DS900/DS1000
 - 01063708, Velkokapacitní mycí a dezinfekční automat Steelco LC 70/LC 80
 - 01063724, Velkokapacitní mycí a dezinfekční automat Steelco LC 20 provedení pro termickou dezinfekci
 - 01063732, Velkokapacitní mycí a dezinfekční automat Steelco LC 20 provedení pro chemickou dezinfekci
 - 01063740, Autokláv pro dezinfekci matrací Steelco
 - 01124312, Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy Steelco BP 100
- osoba provádějící servis obecných zdravotnických prostředků

Výrobce: **Miele & Cie. KG**

Přílohy:

| Typ přílohy | Název souboru | Popis |
|---|---|--------------------------|
| Kopie autorizace od výrobce pro osobu, která doklad o školení odborné údržby vydala | Prohlášení o výhradním zastoupení MieleCZ | |
| Další - specifikujte | prohlášení školení Miele | prohlášení školení Miele |
| Kopie dokladu o školení odborné údržby | Miele certifikát Talaš | |

Výrobce: **Steelco S.p.A.**

Přílohy:

| Typ přílohy | Název souboru | Popis |
|--|--------------------------|-------|
| Kopie dokladu o školení odborné údržby | Steelco certifikát Talaš | |

Výrobce: **DISCHER Technik GmbH**

Přílohy:

| Typ přílohy | Název souboru | Popis |
|---|----------------------------------|-------|
| Kopie autorizace od výrobce pro osobu, která doklad o školení odborné údržby vydala | Discher certifikát Talaš překlad | |