

Technická specifikace

Název VZ:	Přístroj na měření složení těla pro Oblastní nemocnici Jičín II
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V220	Přístroj na měření složení těla	1
		Určení stavu hydratace pacienta (změření a zobrazení jak hydratace, tak i dehydratace v poměru k suché váze dialyzovaného pacienta)	
		Rozložení tekutin v těle pacienta (rozložení tekutin v intra- a extracelulárním prostoru)	
		Tělesné složení pacienta (svalová tkáň, tuková tkáň, nutriční stav pacienta)	
		Přehledný ovládací SW s možností exportu dat	
		Možnost měření pacientů s (bipolárními) kardiostimulátory	
		Fungování přístroje bez připojení k elektrické síti pomocí integrované baterie	
		Možnost měření PD pacientů s naplněným i vyprázděným peritoneem	
		Možnost zobrazení celkového převodnění v litrech	
		Validace na referenční metody DEXA, bromidová diluce, deuteriová diluce, celotělové kalium	
		Měření použitím 50 frekvencí střídavého elektrického proudu	