



UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ VODY  
A KOTEVNÍCH ŠROUBŮ

Kóta "X" je uvedena na hlavním výkrese.  
Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.  
VÝKRES JE POUZE INFORMATIVNÍ (je určen pro jeden z možných typů zařízení)

NÁZEV:

PANEL SPRCHOVÝ

Č. VÝKRESU:

**418221**

# PANEL SPRCHOVÝ

## POPIS:

Přístroj slouží k mytí pacientů na sprchovacích lůžkách, invalidních vozících a k míchání dezinfekčních roztoků pro desinfekci těchto lůžek, vozíků v centrálních sterilizacích apod.

## INSTALAČNÍ PŘÍVODY:

**d** Přívod studené vody - pračkový ventil Ø 1/2".

**e** Přívod teplé (max. 60°C) vody – pračkový ventil Ø 1/2".

**1.- 2.- 3.** Hmoždinky Ø 8 mm

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

Studená voda ..... - tlak ..... max. 8,0 bar  
- průtok ..... min. 0,3 l/s

Teplá voda ..... - tlak ..... max. 8,0 bar  
- průtok ..... min. 0,3 l/s

## POZNÁMKA:

Všechny míry jsou uvedeny v mm od čisté (obložené) zdi nebo podlahy.  
Vodoinstalace a kanalizace musí být provedeny dle platných EN.

Č. VÝKRESU:

**418221**