

Příloha č. 10 d) Prohlášení ke splnění technických podmínek - ultrazvukový diagnostický přístroj

| Technické podmínky a požadavky | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--|
| p. číslo | Popis požadovaného parametru | Splněno: ANO/NE | Komentář k naplnění požadovaného parametru (v případě použití jiného řešení než jaký je uveden v popisu odůvodnit) |
| Základní parametry | | | |
| 1. | Mobilní, jednoduše přenosný s jednoduchou obsluhou | | |
| 2. | Největší přípustný rozměr vlastního ultrazvukového modulu 400mm (bez eventuální dokovací/dobíjecí stanice) | | |
| 3. | Hmotnost vlastního ultrazvukového modulu max. 4 kg (včetně baterie, bez sondy) | | |
| 4. | Barevný LCD displej o uhlopříčce minimálně 6'' | | |
| 5. | Start z vypnutého stavu do 30s | | |
| 6. | Provoz z interní baterie nezávisle na externím zdroji | | |
| 7. | Minimální doba provozu na baterii 60 minut | | |
| 8. | Interní paměť pro archivaci dat (obrázků a smyček) v obvyklých formátech (JPEG, MPEG) | | |
| 9. | Možnost exportu snímků a smyček přes USB port | | |
| 10. | Pracovní režimy minimálně B-mode a barevné mapování toku krve (Doppler) | | |
| 11. | Součástí dodávky musí být dobíjecí/dokovací stanice (je-li nezbytnou součástí) s AC adaptérem | | |
| 12. | Součástí dodávky musí být kabeláž včetně USB kabelu na propojení s PC a software pro komunikaci s PC | | |
| Základní parametry sondy | | | |
| 1. | Využitelnost pro vyšetření srdce a břicha | | |
| 2. | Hloubka vyšetření aspoň 20 mm | | |
| Ostatní požadavky | | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | Součástí dodávky musí být návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické verzi | | |
|----|--|--|--|