

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku v otevřeném řízení dle § 56 a násl. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

„Pořízení vysokofrekvenčního elektrického generátoru pro COS NRK“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Jednající: RNDr. Bc. Jan Mach, předseda správní rady
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: otevření řízení, v nadlimitním režimu

Vážený,

níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze strany zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení, a to na základě obdržené žádosti účastníka.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK dne 28.11.2023 v 14:30:07, tj. řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ.

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technických parametrech požaduje Zobrazení nastavených údajů prostřednictvím ovládacího a informačního barevného dotykového displeje s úhlopříčkou min. 7". Námi nabízený generátor disponuje barevným ovládacím dotykovým displejem o úhlopříčce 5,7", který zajišťuje dostatečné grafické rozlišení zobrazovaných parametrů a komfortní nastavení požadovaných hodnot. Bude zadavatel akceptovat tento parametr?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat dotykový displej o velikosti 5,7", tj. displej s úhlopříčkou minimálně 14 cm. V kontextu uvedeného zadavatel reviduje znění Přílohy č. 3 _Splnění technických podmínek_REVI.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek, a to po celou její původní lhůtu.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 02.01.2024 do 08:30 hodin.

Zadavatel příkládá v rámci tohoto vysvětlení zadávací dokumentace aktualizovanou Přílohu č. 3 _Splnění technických podmínek_REVI se zapracovanými výše uvedenými změnami.

V Náchodě dne

RNDr. Bc. Jan Mach
Předseda správní rady
Oblastní nemocnice Náchod a.s.