

Technická specifikace

Název VZ:	Monitory vitálních funkcí pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V614	Monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2) včetně stolku	4

Modulární monitor základních životních funkcí
Integrovaný barevný dotykový displej min. 12"
Rozlišení displeje min. 1280x720
Ovládání pomocí dotykové obrazovky
Zobrazení min. 12 křivek současně
Trendy grafické i numerické min. 96 hod.
Min. rozsah měřených parametrů: EKG z 3-5ti svodů, multisvodová analýza ST segmentu, respirace, NIBP dvou hadicovým připojením, SpO2 technologií Masimo nebo TruSignal, 2x teplota, 2x IBP, 2x EtCO2 (sidestream) nebo samostatný modul
Měření arytmií jako: Asystolie, V Fib, V Tach, A Fib, Pausa, Tachy, Brady, možnost měření neuromuskulárního přenosu elektromyografií (NMT), možnost měření BIS, SPI (surgical Pleth Index)
Vyjímatelné dobíjitelné akumulátory na min. 4 hod. (v typické konfiguraci: EKG, doba cyklu NIBP 15 min, SpO2, jas displeje 70 %) transportního provozu
Hmotnost max. 4,5 kg
Ovládání v českém jazyce
Stolek pro monitor s uchycením
Veškeré příslušenství nutné pro zahájení provozu
Možnost připojení do stávající centrální stanice CACS v3 od GE Healthcare

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
2	V615	Systém Holter TK	4

Neinvazní přenosný přístroj pro měření krevního tlaku pro každodenní použití v nemocnicích a ambulancích
Normy BHS a AAMI
24 nebo 48 hodinové souvislé sledování krevního tlaku / srdečního rytmu, oscilometrická metoda, postupná deflace
Analýza vývoje tlaku, grafický výstup (LCD displej)
Libovolné nastavení intervalů měření
1x manžeta dospělá, 4x akumulátor, dobíječka, SW

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
3	V618	Monitor vitálních funkcí (EKG/RESP, NIBP, SpO2) vč. kloubového držáku na stěnu	2

Modulární monitor základních životních funkcí

Integrovaný barevný dotykový displej min 12"

Rozlišení displeje min. 1280x720

Ovládání pomocí dotykové obrazovky a otočného ovladače

Zobrazení min. 12 křivek současně

Trendy grafické i numerické min. 96 hod.

Min. rozsah měřených parametrů: EKG z 3-5ti svodů, multivodová analýza ST segmentu, respirace, NIBP dvou hadicovým připojením, SpO2 technologií Masimo nebo TruSignal, 2x teplota, 2x IBP, 2x EtCO2 (sidestream) nebo samostatný modul

Měření arytmií jako: Asystolie, V Fib, V Tach, A Fib, Pausa, Tachy, Brady, možnost měření neuromuskulárního přenosu elektromyografií (NMT), možnost měření BIS, SPI (surgical Pleth Index)

Vyjímatelné dobíjitelné akumulátory na min. 4 hod (v typické konfiguraci: EKG, doba cyklu NIBP 15 min, SpO2, jas displeje 70 %) transportního provozu

Hmotnost max. 4,5 kg

Ovládání v českém jazyce

Otočný držák na stěnu

Veškeré příslušenství nutné pro zahájení provozu

Možnost připojení do stávající centrální stanice CACS v3 od GE Healthcare