

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

“Myčka podložních mís LDN Jaroměř“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,

níže Vám v souladu se zadávací dokumentací, ze strany zadavatele Oblastní nemocnice Náchod a.s., poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávku, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, kontaktní osobě zadavatele dne 21.04.2024 v 09:54:58 hod, tj. ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení.

Úplné znění dotazu č. 1 účastníka ze dne 21.04.2024:

Zadavatel v technické specifikaci uvádí: "Instalační údaje vycházejí ze skutečného stavu a dodavatel je musí respektovat". Zadavatel nikde v dokumentaci neprokázal, jaký je skutečný stav stavební připravenosti, zejména s ohledem na likvidaci stávající technologie a předpokládaný stav infrastruktury. Z tohoto důvodu žádáme o vyjasnění této informace, tzn. zveřejnění technického výkresu prostoru, kam bude myčka podložních mís nainstalována a přesného zakreslení veškerých přípojných bodů, tzn. přívodu teplé a studené vody, odpadu a elektřiny.

Současně žádáme o zvážení umožnění prohlídky místa instalace.

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí:

"Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek."

S ohledem na skutečnost, že veřejná zakázka byla zveřejněna v sobotu 19.4.2024 a lhůta pro podání nabídek končí v pátek 26.4.2024, požadujeme prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby byla dodavatelům dána možnost odpovídajícího vyhodnocení odpovědi zadavatele na případné dotazy a žádosti o upřesnění. Podle našeho názoru zde není dán dostatečný prostor pro oboustrannou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem s ohledem na to, že lhůta pro podání žádosti o podání vysvětlení vyprší již první pracovní den, kdy je zadání zveřejněno.

Odpověď č. 1 zadavatele ze dne 21.04.2024:

Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu účastníka činí následující rozhodnutí:

- 1) Bude uskutečněna prohlídka místa plnění. Prohlídka se bude konat dne 26.04.2024 v 10:00 hodin, v LDN Jaroměř, Národní 551 01 Jaroměř.

Kontaktní osobou pro prohlídku místa plnění je Hrachový Jan, tel. 604 610 570.

Sraz v 09:55 před budovou LDN Jaroměř.

Zájemci o prohlídku místa plnění se nahlásí na email: svobodova.katerina@nemocnicenachod.cz.

Sraz účastníků prohlídky místa plnění bude 5 minut předem, před hlavním vstupem do LDN Jaroměř. Všichni účastníci prohlídky místa plnění se zapíší a vlastnoručně podepíší do Listiny účastníků prohlídky místa plnění.

- 2) Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to o celou její původní délku.


Zadavatel na základě vlastního zjištění upřesňuje technický požadavek na výšku myčky. Maximální výška instalovaného zařízení (myčky) **nesmí být vyšší než 91 cm**, a to z důvodu, že na stávajícím zařízení (myčkou) je umístěna skříň, kterou oddělení denně využívá. Na základě uvedené zadavatel reviduje znění přílohy č. 2_tehnická specifikace, toto revidované znění je přílohou tohoto vysvětlení.

Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, bude zadavatel prodloužovat lhůtu pro podání nabídek, a to o celou původní lhůtu, tj. lhůta pro podání nabídek bude prodloužena o 7 dní.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 02.05.2024, do 10:00 hodin.

V Náchodě dne 24.4.2024


.....
Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ONN a.s.

| |
|--|
| OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. Purkyňova 446 547 01 NÁCHOD 55 |
|--|