

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu

“Myčka podložních mís LDN Jaroměř“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: zakázka malého rozsahu

Vážení,

níže Vám v souladu se zadávací dokumentací, ze strany zadavatele Oblastní nemocnice Náchod a.s., poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce na dodávku, a to na základě žádosti uchazeče o veřejnou zakázku.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, kontaktní osobě zadavatele dne 26.04.2024 v 12:07:35 hod, tj. ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení.

Úplné znění dotazu č. 1 účastníka ze dne 26.04.2024:

Chci se přihlásit do nabídkového řízení na dodávku myčky na podložní mísy do LDN Jaroměř. Zadávací dokumentace se nyní změnila v technické specifikaci.

Byla doplněna o bod, požadující maximální výšku zařízení 91 cm.

Zároveň je požadavek na „Prostor pro umístění nádoby s detegrentem (o obsahu min. 4,5 l)“

Jsem dlouholetý jediný český výrobce tohoto zařízení a mám s touto velikostí letité zkušenosti.

Výše uvedený požadavek se mně jeví jako nereálné vzhledem k nutné velikosti mycího prostoru – musí se tam vejít podložní mísa na stojato a velikost prostoru pro detergent (nebo změkčovadlo) v kanystru 4,5l.

Prosím o prozkoumání těchto požadavků.

Odpověď č. 1 zadavatele ze dne 26.04.2024:

Zadavatel trvá na parametru maximální výšky zařízení (myčky) včetně prostoru pro umístění detergentu. Na relevantním trhu existuje několik zařízení, které splňují tento požadavek.


Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na povahu shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 02.05.2024, do 10:00 hodin.

V Náchodě dne 26.4.2024




Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ONN a.s.