

# Technická specifikace

Název VZ:	<b>Aplikační křesla pro Oblastní nemocnici Jičín II</b>
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]
1	V429	Křeslo aplikační	16

Polohovací křeslo k použití ve zdravotnictví pro podávání infúzí a odběru krve
Zdravotnický prostředek tř. I (pravidlo 13 podle přílohy VIII nařízení (EU) 2017/745)
Výškově nastavitelné elektromotorem
Nosnost min. 200 kg
Stavitelné odběrové područky
Opěrka nohou
Podhlavník
Zadní hlavový nárazník s madlem pro převoz
4 motory - zádová a sedací část, nožní část a nastavení výšky
Dálkové ruční ovládání
Nastavení do Trendelenburgovy, nástupní a horizontální polohy jediným tlačítkem
Kryt podvozku, nebo provedení ochrany motorů min IPX6
Kolečka $d_{min}$ 100 mm (samostatně bržděná)
Záložní baterie
Koš na odkládání osobních věcí
Integrovaný infuzní držák vč. teleskopické infúzní tyče, možno použití na obou stranách křesla
Zdravotnická koženka
Bezešvé čalounění
Integrovaný držák na papírové role
Barevné řešení - přesný dekor bude vyzorkován před započítím realizace a bude odsouhlasen zadavatelem