

Vysvětlení č. 3 zadávací dokumentace

ve veřejné zakázce na dodávky v otevřeném řízení v podlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon či ZZVZ)

název veřejné zakázky	„Oblastní nemocnici Trutnov a.s. – endoskopické vybavení pro gastroenterologii“	
předpokládaná hodnota veřejné zakázky 3.600.000,- Kč bez DPH		
 zadavatel	<p>Oblastní nemocnice Trutnov a.s. sídlo: Maxima Gorkého 77, 541 01 Trutnov, Kryblice IČ, DIČ: 260 00 237, CZ699 004 900 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2334 osoba oprávněná jednat: Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., předseda správ. rady ve věci zadávacího řízení: Ing. Petr Kozák, prokurista a technický náměstek tel., e-mail: +420 720 979 060, kozak.petr@nemtru.cz ID Datové schránky: 724ff9k</p>	
evidenční číslo zakázky ve VVZ Z2024-032595		
profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_1356.html (dále jen „E-ZAK“)		
klasifikační kódy CPV	331 00 000-1 - zdravotnické přístroje 331 68 100-6 - endoskopy	
osoba pověřená zadavatelskou činností:	<p>INGENIRING KRKONOŠE a.s. sídlo: Horská 634, 541 01 Trutnov IČ: 274 724 93 zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2327 osoba oprávněná: Ing. Ludvík Blažek, člen představenstva tel., e-mail: +420 731 020 021, blazek@ingeniring.cz ID Datové schránky: 3kkeizk</p> <p style="color: red; text-align: center;"><i>Pověřená osoba zadavatele není ve střetu zájmů, splňuje požadavek nepodjatosti a jakkoliv se předmětného zadávacího řízení neúčastní</i></p>	

Zadavatel obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

zadavatel dle své odpovědi akceptoval skutečnosti uvedené v Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. ze dne 25.7.2024 v bodě 2.2 ohledně spektra uvažovaných technologií čipů na distálním konci poptávaných endoskopů na základě důvodů uvedených v Žádosti o vysvětlení. V upravené technické specifikaci zůstala uvedena možnost nabídky videogastroskopu i videokolonoskopu s oběma technologiemi, a to jak CMOS, tak i CCD. Může zadavatel vzhledem k výše uvedenému potvrdit, zda trvá pouze na nabídce endoskopů s nejmodernějšími CMOS čipy a úprava neproběhla z důvodu administrativní chyby nebo akceptuje i technologicky zastaralejší provedení s CCD čipem?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel přiznává administrativní chybu a upravuje zadávací podmínky.

Lhůta pro podání nabídek a Jiná ustanovení zadávacích podmínek se, v souladu se zněním zákona, nemění.

V Trutnově dne, 26. 7. 2024

.....
Ing. Petr Kozák, prokurista a technický náměstek

Přílohy vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace:

5_ON TU_endoskopy_techické požadavky zadavatele_úprava _2