

## Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

<b>Veřejná zakázka</b>	<b>Multifunkční křesla</b>
<b>Ev. č. VVZ</b>	Z2024-034890
<b>Zadavatel</b>	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
<b>Způsob zadání</b>	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

---

**Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatelů doručené dne 12. 8. 2024.**

### **Dotaz č. 1**

V „Příloze č. 2 Technické podmínky\_Multifunkční křeslo“ zadavatel požaduje:

Celkové vnější rozměr – č. 1.6: „délka max. 2200 mm“.

Dotaz – bude zadavatel akceptovat „délku max. 2278 mm?“

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Ano, zadavatel bude akceptovat „délku max. 2278 mm“. Na základě této odpovědi zadavatel upravuje Přílohu č. 2 zadávací dokumentace\_Technické podmínky.

### **Dotaz č. 2**

Další požadavky – č. 1.10: „zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 55 - 90 cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál“.

Dotaz – bude zadavatel akceptovat „zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 59 – 97 cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál?“

### **Odpověď na dotaz č. 2**

Ano, zadavatel bude akceptovat zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 59 – 97 cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál. Na základě této odpovědi zadavatel upravuje Přílohu č. 2 zadávací dokumentace\_Technické podmínky.

**Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.**

### **Lhůta pro podání nabídek**

S ohledem na charakter změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. **Lhůta pro podání nabídek končí 16. 9. 2024 v 10:00 hod.**

V Náchodě

RNDr. Bc. Jan Mach  
předseda správní rady

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.****Název veřejné zakázky: Multifunkční křesla****Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

**Technická specifikace****Dodavatel vyplní zvýrazněná pole**

<b>Křeslo určené pro krátkodobé i dlouhodobé poskytování zdravotní péče na urgentním příjmu</b>			
<b>Výrobce</b>			
<b>Typ / Model</b>			
<b>Záruka v měsících (min. 24 měsíců)</b>			
<b>Počet ks</b>		<b>4</b>	
Cena v Kč bez DPH za 1 kus			
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů			
DPH v Kč celkem samostatně			
Cena v Kč včetně DPH celkem			
<b>Základní vlastnosti přístroje</b>			
<b>číslo</b>	<b>specifikace</b>	<b>ANO / NE Konkrétní specifikace / hodnota</b>	<b>Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)</b>
1.1	stabilní a jednoduše čistitelná sloupová konstrukce křesla		
1.2	antibakteriální bezešvé polstrování		
1.3	nosnost křesla min. 200 kg		

Rozměry ložné plochy			
1.4	délka min. 2100 mm		
1.5	šířka min. 590 mm		
Celkové vnější rozměry			
1.6	délka max. <del>2200 mm</del> 2278 mm		
1.7	šířka max. 910 mm		
Další požadavky			
1.8	polohování zádového dílu		
1.9	polohování nožního dílu		
1.10	zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu <del>55 – 90 cm</del> 59 – 97 cm pro bezpečný nástup a ergonomickou polohu pro personál		
1.11	polohování zádového dílu min. 70°		
1.12	polohování nožního dílu min. 30°		
1.13	plně elektricky polohovatelná ložná plocha – náklon ložné plochy, zádový a pánevní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů		
1.14	mechanické, snadno dostupné CPR		
1.15	integrováná opěra nohou elektricky nastavitelná personálem i pacientem		
1.16	integrované postranice odklápěcí, umožňující bezproblémový pohyb pacienta na a z křesla		
1.17	funkce Trendelenburg min. 12° nastavitelná pomocí jednoho tlačítka		
1.18	ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování (aktivační tlačítko) a přednaprogramovanými polohami (min. Trendelenburg, nástupní poloha a horizontální poloha)		
1.19	pojezdová kola o velikosti min. 150 mm, s centrální brzdou pouze za hlavou		
1.20	5. kolečko pro lepší manévrování		
1.21	transportní madlo u hlavy		
1.22	integrováná matrace tloušťky min. 10 cm		
1.23	svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel vč. jeho uchycení		

Příslušenství			
1.24	oboustranně integrovaný držák na infuzní stojany		
1.25	infuzní stojany		
1.26	polštářek plochý		
1.27	prostor pro odkládání osobních věcí pacienta (např. plastový box)		
1.28	DIN lišta		
1.29	držák role papíru		
1.30	záloková baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti		

\* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

#### Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- třída ZP – uveďte „není ZP“ nebo příslušnou třídu ZP (I, IIa, IIb, III, IVD): .....
- instruktáž – ANO/NE: .....
- požadované opakované činnosti (uveďte „NE“ nebo požadovanou periodu):
  - ✓ validace .....
  - ✓ kalibrace .....
  - ✓ elektrická revize .....
  - ✓ tlaková revize plyn. nádoby .....
  - ✓ kontrola nařízena výrobcem .....