

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 až 4

Změna zadávací dokumentace č. 1

pro zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky jednorázového rouškování**“ vedenou v nadlimitním režimu podle zákona o zadávání veřejných zakázek pod ev. č. **Z2025-009879**.

Dne 24.02.2025 obdržel zadavatel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění.

Tuto žádost zadavatel označuje pořadovým číslem 1 a její dílčí dotazy číslly 1a a 1b a poskytuje k ní následující vysvětlení.

Dotaz č. 1a:

„Dobrý den,

v zadávací dokumentaci na str. 8 požaduje zadavatel gramáž návleku na instrumentační stolek standardní min. 90g/m² (z toho PE folie 60g/m², netkaná textilie 30g/m²).

Můžeme nabídnout návlek na instrumentační stolek standardní, který běžně dodáváme, s gramáží PE folie 50g/m² a netkaná textilie 28g/m²)?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů

S pozdravem“

Odpověď 1a:

Danou technickou podmínku stanovil zadavatel na podkladě svých dlouhodobých zkušeností s užíváním tohoto materiálu a trvá na ní. Alternativu s nižší gramáží, uváděnou v dotazu, zadavatel připustit nemůže.

Důvodem pro stanovení tohoto požadavku je nutnost zajistit potřebou odolnost tohoto materiálu tak, aby obstál i během dvou a více hodinových operačních výkonů. Současně dle zkušeností zadavatele dochází u návleků s nižší gramáží k perforaci návleku během výkonu, a to zejména při užívání ortopedického instrumentária, které je relativně těžké.

Dotaz č. 1b:

„v zadávací dokumentaci na str. 8 požaduje zadavatel švy na rukávech operačních plášťů spojené laserem.

Můžeme nabídnout operační pláště, které mají švy svařované ultrazvukem?“

Odpověď 1b

Zadavatel připustí i švy spojené ultrazvukem.

Zadavatel dále dne 24.02.2025 obdržel zadavatel prostřednictvím profilu zadavatele další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění.

Tuto žádost zadavatel označuje pořadovým číslem 2 a poskytuje k ní následující vysvětlení.

Dotaz č. 2:

„Dobrý den,

v příloze č. 2 ZD - Cenová tabulka pro část 2 VZ se zadavatel odkazuje na obrázky roušek č. 1 - 9, ale v Příloze č.2 - Cenová tabulka pro část 2 VZ ani v žádné jiné příloze obrázky vyobrazeny nejsou.

Žádáme tímto zadavatele o poskytnutí vyobrazení požadovaných roušek.

Dále prosíme zadavatele o upřesnění, v případě roušky s otvorem, jaké umístění otvoru zadavatel požaduje, zda centrální nebo excentrický. V případě, že zadavatel poskytne vyobrazení roušek, není informace o umístění otvoru nutná.

Předem děkujeme“

Odpověď 2:

Zadavatel uveřejňuje jako součást zadávací dokumentace obrázky roušek a setů.

V této souvislosti zadavatel uveřejňuje i nové znění přílohy č. 2 zadávací dokumentace, kde jsou odkazy na obrázky doplněny i pro část 1 veřejné zakázky.

Zadavatel dále dne 25.2.2025 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění.

Tuto žádost zadavatel označuje pořadovým číslem 3 a poskytuje k ní následující vysvětlení.

Dotaz č. 3:

„Dobrý den,

v příloze číslo 2 se tabulka odkazuje na obrázky jednotlivých roušek, ale bohužel obrázky v žádném dokumentu nejsou.

Prosíme o vyjádření případně odkaz na obrazovou přílohu“

Odpověď č. 3:

Viz odpověď č. 2.

Zadavatel dále dne 25.2.2025 obdržel prostřednictvím profilu zadavatele další žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění.

Tuto žádost zadavatel označuje pořadovým číslem 4 a poskytuje k ní následující vysvětlení.

Dotaz č. 4:

Dobrý den,

v příloze č.2 - Cenová tabulka, část 2 - Roušky zadavatel požaduje :

U položky č. 2 Rouška operační 50x60 cm. Můžeme nabídnout roušku o rozměru 50x70cm?

U položky č. 4 Rouška operační 75x90cm. Můžeme nabídnout roušku o rozměru 75x100cm?

U položky č. 5 Rouška operační 45x75cm. Můžeme nabídnout roušku o rozměru 50x70cm?

U položky č. 6 Rouška operační 75x90cm s otvorem 6x8cm a u položky č. 7 Rouška operační 75x90 cm s otvorem průměr 7cm. Můžeme nabídnout roušku o rozměru 75x100cm s otvorem 6x8cm místo kulatého otvoru průměru 7cm?

U položky č.10 Rouška operační 50x60 cm s otvorem 5cm. Můžeme nabídnout roušku s otvorem 7cm?

U položky č. 12 Rouška operační velká 193x315 cm, s otvorem 15x15 cm. Můžeme nabídnout roušku o rozměru 240x340 cm s otvorem o průměru 15cm?

U položky č. 14 Rouška U samolepící 245x280cm s nástřihem 10x95cm. Můžeme nabídnout roušku o rozměru 240x300 cm s nástřihem 9x120cm?

Odpověď č. 4:

Zadavatel trvá na zachování procentuální odchylky uvedené v zadávací dokumentaci. Tato představuje z pohledu potřeb zadavatele maximum možného.

Změna zadávací dokumentace č. 1

V návaznosti na výše uvedené zadavatel upravuje zadávací dokumentaci následovně:

- zadavatel v čl. 4.2 zadávací dokumentace (Technické podmínky pro Část 1 – jednorázové operační sety) pod marginální rubrikou *Kvalita operačních plášťů* kvalita operačních plášťů upravuje část textu tak, že do něj přidává podtrženou pasáž: „*Pláště mají barevné značení lemu u krku dle typu pláště. Jsou z SMS materiálu s gramáží 40 g/m² ± 15 %. Švy na rukávech spojeny laserem nebo ultrazvukem.*“
- zadavatel uveřejňuje nové znění přílohy č. 2 zadávací dokumentace, ve které jsou i pro část 1 veřejné zakázky doplněny odkazy na obrázky,
- zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o přílohu č. 7 (obrázky).

Dle názoru zadavatele nevyžaduje povaha této změny, resp. doplnění zadávací dokumentace prodloužení lhůty pro podání nabídek. A to zejm. s přihlédnutím k tomu, že do konce lhůty zbývá k dnešnímu dni stále cca měsíc.

V Hradci Králové dne 27.2.2025

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.