

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

pro zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Dodávky jednorázového rouškování**“ vedenou v nadlimitním režimu podle zákona o zadávání veřejných zakázek pod ev. č. **Z2025-009879**.

Dne 14.3.2025 obdržel zadavatel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění.

Tuto žádost zadavatel označuje pořadovým číslem 6 a její dílčí dotazy čísla 6a a 6i a poskytuje k ní následující vysvětlení.

Dotaz č. 6a:

„U setů č. 5, 34 a 36:

Zadavatel požaduje:

- *Elektrokoagulace kabel 320 cm, délka rukojeti 14,5 cm, třípólové konektory.*

Nabízíme:

- *Elektrokoagulace kabel 320 cm, délka rukojeti 16,5 cm, třípólové konektory.*

Umožní nám zadavatel tuto délku rukojeti použít i do setů 5, 34 a 36?

Dovolujeme si poznamenat, že délku rukojeti 16,5 cm zadavatel požaduje do ostatních setů, kromě výše uvedených a jedná se o standardní délku.“

Odpověď 6a:

Ano.

Zadavatel délku 16,5 cm připustí jako technicky rovnocennou.

Dotaz č. 6b:

„Set č. 44. SET s U – rouškou VI.

Zadavatel požaduje:

- *1ks ROUŠKA U zónová 305 cm x 193 cm, s nástřihem "U" 10 cm x 101 cm*

Můžeme nabídnout:

- *ROUŠKA U zónová 280 cm x 225 cm, s nástřihem "U" 10 cm x 100 cm*
- *ROUŠKA U zónová 300 cm x 200 cm, s nástřihem "U" 10 cm x 80 cm*
- *ROUŠKA U zónová 300 cm x 245 cm, s nástřihem "U" 10 cm x 95 cm Umožní nám zadavatel použít do setu některou z nabízených roušek?*

Odpověď 6b:

Ano, lze nahradit U rouškou 300x245 s nástřihem "U" 10x 95 cm.

Dotaz č. 6c:

Set č. 45. SET pro artroskopii ramene

Zadavatel požaduje:

- *1ks ROUŠKA ramenní 168 cm x 254 cm, dělená 10 cm x 53 cm*

Nabízíme:

- *ROUŠKA ramenní samolepící 150 cm x 200 cm, dělená 10 cm x 60 cm*

Zadavatel požaduje:

- *1ks ROUŠKA ramenní artroskopická 254 cm x 157 cm ve tvaru W, s vakem na jímání tekutin*

Nabízíme:

- *ROUŠKA oboustranná s extra savou zónou 260 cm x 225 cm ve tvaru W + vak k artroskopii ramene*

Obě požadované roušky jsou velmi specifické s nestandardními rozměry, a proto si dovoluujeme nabídnout standardně používanou, cenově výhodnější a s ohledem na sterilitu také bezpečnější roušku k artroskopii.

- *Rouška ramenní/artroskopická s vakem 360 x 225 cm, s otvorem 13 x 15 cm, se 2 integrovanými suchými zipy.*

Umožní nám zadavatel použití nabízených roušek nebo výměnu těchto roušek za monolitní ramenní/artroskopickou roušku?

Odpověď 6c:

Ano, lze nahradit- jednou rouškou ramenní/artroskopická s vakem 360 x225, s otvorem 13X 15 cm, se 2 integrovanými suchými zipy, pokud budou nabízeny dvě roušky trváme na rozměrech v ZD

Dotaz č. 6d:

Set č. 47. SET končetinový HK

Zadavatel požaduje:

- *1ks ROUŠKA ramenní artroskopická 289 x 360 cm, s otvorem 13 cm x 15 cm, s manžetou a sběrným vakem*

Nabízíme:

- *ROUŠKA ramenní artroskopická 245 x 420 cm, s otvorem 13 cm x 15 cm, s manžetou a sběrným vakem, se dvěma integrovanými suchými zipy*

- ROUŠKA ramenní artroskopická 225 x 360 cm, s otvorem 13 cm x 15 cm, s manžetou a sběrným vakem, se dvěma integrovanými suchými zipy
- ROUŠKA ramenní artroskopická 295 x 350 cm, s otvorem 5 cm x 7 cm, s manžetou a sběrným vakem, s integrovaným suchým zipem

Umožní nám zadavatel nabídnout některou z uvedených roušek?

Odpověď 6d:

Ano lze nahradit rouškou ramenní artroskopickou 225 x 360, s otvorem 13 x 15 cm, s manžetou a sběrným vakem.

Dotaz č. 6e:

Set č. 48. SET končetinový DK II

Zadavatel požaduje:

- 1ks ROUŠKA končetinová 228 cm x 300 cm, s oválným otvorem 8 cm x 6 cm ve středu

Nabízíme:

- ROUŠKA končetinová 225 cm x 320 cm, s oválným otvorem 7 cm x 5 cm ve středu

Umožní nám zadavatel nabídnout uvedenou roušku?

Odpověď 6e:

Ano, lze nahradit rouškou 225cm x 320 cm (je v toleranci), pouze u této roušky je možná změna velikosti oválného otvoru na 7cm x 5 cm.

Dotaz č. 6f:

Set č. 49. SET zákrokový malý II

Zadavatel požaduje:

- 1ks ROUŠKA s otvorem 211 cm x 241 cm, kruhový otvor 15 cm – ve středu, absorpční, zesílená

Nabízíme:

- ROUŠKA se samolepícím otvorem 200 cm x 240 cm, kruhový otvor 14,5 cm – ve středu, nezesílená
- ROUŠKA se samolepícím otvorem 200 cm x 300 cm, hranatý otvor 15 x 15 cm – excentricky, absorpční, zesílená Umožní nám zadavatel použít některou z nabízených roušek?

Zadavatel požaduje:

- 2ks UBROUSEK savý z celulózy 37 cm x 56 cm

Nabízíme:

- UBROUSEK savý z celulózy 30 cm x 33 cm

Umožní nám zadavatel použít velikost ubrousku 30x 33 cm?

Dovolujeme si poznamenat, že zadavatel požaduje u všech ostatních setů velikost ubrousku 30 x 33 cm, pouze u tohoto setu velikost 37 x 56 cm.

Odpověď 6f:

Ano, tuto roušku lze nahradit rouškou se samolepícím otvorem 200 cm x 300 cm, hranatý otvor 15 x15 cm - excentrický, absorpční, zesílená a ubrousek.

Ano, lze nahradit 30 x33 cm (jde standartní velikost).

Dotaz č. 6g:

Set č. 81 SET základní břišní operace

Zadavatel požaduje:

- *2ks DRÉN silikonový CH14, délka 50 cm, RTG kontrastní*

Nabízíme:

- *DRÉN silikonový CH15, délka 50 cm, RTG kontrastní*

Umožní nám zadavatel do setu použít tento typ drénu? Jedná se o standardní velikost drénu používaného při tomto typu operací.

Odpověď 6g:

Ne. Mezi drénem CH14 a CH15 je z pohledu potřeb zadavatele rozdíl.

Dotaz č. 6h:

Set č. 88 SET LAVH + TLH

Zadavatel požaduje:

- *1ks KATETR sací CH14, 4,67 mm, délka 50 cm*

Nabízíme:

- *KATETR sací CH14, 4,67 mm, délka 40 cm*

Umožní nám zadavatel použít do setu tuto délku katetru?

Odpověď 6h:

Ano, z pohledu potřeb zadavatele se jedná o rovnocenné varianty.

Dotaz č. 6i:

U setů č. 87, 88, 89 a 92

Zadavatel požaduje:

- 3ks NÁPLAST 10 cm x 50 cm

Nabízíme:

- NÁPLAST 10 cm x 8 cm

Umožní nám zadavatel požit do těchto setů náplast o velikosti 10 x 8 cm?

Dovolujeme si poznamenat, že velikost náplasti 10 x 8 cm, kterou nabízíme, se na pooperační rány u těchto typů operací standardně používá. Zadavatelem požadovaný rozměr 50 cm se nám ze zkušenosti jeví jako příliš velký.

K dotazům si dovoluujeme poznamenat, že ze zadavatelem požadovaných 1532 komponent se rozměry našich komponent mírně liší pouze v 15 případech. Konkrétně:

- 3x délka rukojeti u elektrokoagulace (stejná komponenta)
- 6x rozměr roušky
- 1x velikost ubrousku
- 1x velikost drénu
- 1x délka katetru
- 3x velikost náplasti (stejná komponenta)

Odpověď 6i:

Jedná se o chybu v psaní v příloze zadávací dokumentace, správné požadavky jsou „náplast 10cm x 8cm – 3ks a lepicí páska 10cm x 50 cm – 1ks“.

Zadavatel uveřejňuje opravené znění cenové tabulky.

Zadavatel je toho názoru, že výše podaná vysvětlení zadávací dokumentace představují v řadě případů po obsahové stránce změnu, která může potenciálně rozšířit okruh dodavatelů.

V návaznosti na tuto skutečnost zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby znovu činila celou původní délku.

V Hradci Králové dne 19.3.2025

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.