


Kupní smlouva č. 105/2015

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Článek I. Smluvní strany

①	ON JC a.s.	Jméno	Podpis
Schválil	právní	PALENÍKOVÁ	
	příkazce operace	ŠIROVÝ	
	správce rozpočtu	KATL	

1. Prodávající: **Electric Medical Service, s.r.o.**

se sídlem: **Ledce 74, 664 62 Ledce**

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 13525

zastupuje: **Jaromír Malý**

bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., Brno**

číslo účtu: **7271120217/0100**

IČ: **49970267**

DIČ: **CZ 49970267**

2. Kupující: **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**

se sídlem: **Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín**

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328

zastupuje: **MUDr. Tomáš Jedlička, MHA, předseda představenstva**

bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Jičín**

číslo účtu: **78-8520790217/0100**

IČ: **26001551**

DIČ: **CZ26001551**

Článek II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění této kupní smlouvy je, za podmínek níže sjednaných:

1.1 závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), přičemž součástí dodávky budou i následující služby a činnosti:

- doprava do místa plnění
- instalace a uvedení do klinického provozu v místě plnění
- odvoz a likvidace obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění této smlouvy
- provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle příslušné platné legislativy
- připojení do nemocničního informačního systému / PACS kupujícího
- součinnost s kupujícím při získání povolení SÚJB k nakládání se zdrojem ionizujícího záření
- zaškolení obsluhy
- vystavení písemného protokolu o uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy
- předání funkční instalace bez vad a nedodělků kupujícímu
- předání uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě kupujícímu, zahrnující minimálně:
 - návod k obsluze v českém jazyce
 - protokoly o zkouškách a měřeních
 - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky
- případné další služby a činnosti, výše neuvedené, avšak specifikované v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (viz čl. III odst. 1.1 této smlouvy) a/nebo související s předmětem plnění
- převedení vlastnického práva k dodanému zboží na kupujícího

- 1.2 demontáž, odvoz a odborná likvidace stávající obměňované techniky zadavatele vč. vystavení protokolu o ekologické likvidaci, s podmínkou dle čl. XIV odst. 4 této smlouvy; stávající obměňovanou technikou zadavatele se v tomto případě rozumí pojízdný RTG přístroj s C-ramenem GE Stenoscop 2, v.č. NP08396
- 1.3 závazek prodávajícího zajistit bezplatné provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol instalovaného zboží během záruční doby, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce, včetně vystavení písemných protokolů (viz čl. XIII této smlouvy);
- 1.4 závazek kupujícího instalované zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu.

Článek III.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Podklady pro uzavření této kupní smlouvy jsou:
 - 1.1 Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "Pojízdný RTG přístroj s C-ramenem", vyhlášené zadavatelem dne 21.5.2015 (výzva zájemcům k podání nabídky včetně zadávací dokumentace) dle ust. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
 - 1.2 Nabídka prodávajícího č. JA2552015 ze dne 25.5.2015 (příloha č. 1 této smlouvy).

Článek IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, centrální operační sály - operační sál chirurgie.

Článek V.

Doba plnění, dodací podmínky

1. Prodávající předá kupujícímu instalované zboží v plném rozsahu dle čl. II. odst. 1.1 této smlouvy do 90 dnů ode dne podpisu této kupní smlouvy.
2. Den dodání zboží kupujícímu bude upřesněn a potvrzen na základě telefonické dohody obou smluvních stran minimálně 3 pracovní dny předem. K jednání jsou oprávněny následující kontaktní osoby:
 - a) za prodávajícího:
 - Jaromír Malý, tel.: 543 524 381
 - b) za kupujícího:
 - vedoucí pracovník oddělení, uvedeného v čl. IV, odst. 1 této smlouvy, příp. jeho odpovědný zástupce, tel. 493 582 111
3. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí fyzické převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího od zástupce prodávajícího nebo veřejného přepravce a potvrzení dodacího, příp. přepravního listu odpovědnou osobou kupujícího.
4. Odpovědná osoba kupujícího vyplní v dodacím, příp. přepravním listu datum dodání zboží kupujícímu a potvrdí jej otiskem razítka kupujícího a vlastnoručním podpisem.
5. Odpovědné osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží a potvrzení dodacího, příp. přepravního listu, jsou uvedeny v odst. 2b) tohoto článku.
6. Kupující je povinen provést vizuální kontrolu dodaného zboží co nejdříve a neprodleně informovat prodávajícího o případné nekompletnosti nebo zjevné vadě dodaného zboží nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne dodání zboží.
7. Kupující není oprávněn až do předání funkční instalace zboží dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy provádět jakoukoliv manipulaci s dodaným zbožím bez přítomnosti oprávněného pracovníka prodávajícího. V opačném případě přejímá kupující odpovědnost za případné škody, vzniklé na zboží v důsledku takového jednání kupujícího.

Článek VI.

Instalace a uvedení zařízení do provozu

1. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu provést instalaci dodaného zboží a jeho uvedení do provozu bezodkladně, jakmile bude místo plnění technicky i stavebně připraveno k instalaci.
2. Proávající se zavazuje provést instalaci dodaného zboží a jeho uvedení do provozu bezodkladně, jakmile mu bude instalace kupujícím umožněna.
3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně kupujícího nebude možné dodržet prodávajícím požadovaný termín zahájení plnění, je kupující oprávněn zahájení plnění posunout na pozdější dobu. Posouvá se tak adekvátně i termín ukončení plnění dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, přičemž doba potřebná k provedení činností zůstává nezměněna.
4. Po ukončení instalace dodaného zboží a jeho uvedení do provozu se prodávající zavazuje seznámit obsluhující personál kupujícího s určeným účelem použití a obsluhou instalovaného zboží a s bezpečnostními zásadami a technickými podmínkami pro jeho provoz a údržbu. Následné předání instalovaného zboží obsluhujícímu personálu kupujícího potvrdí odpovědní zástupci obou smluvních stran podpisem "Protokolu o uvedení zařízení do provozu".
5. "Protokol o uvedení zařízení do provozu" je písemným dokumentem, kterým se potvrzuje kompletnost dodaného zboží a uskutečnění všech souvisejících služeb a činností v rozsahu dle čl. II. odst. 1.1 této smlouvy. Protokol je platný pouze v případě, obsahuje-li jmenný seznam zaškoleného personálu s jeho vlastnoručními podpisy a je-li potvrzen odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Jedno vyhotovení stejné autentičnosti protokolu obdrží kupující.
6. Proávající je povinen předat kupujícímu funkční instalaci dodaného zboží, která bude prosta technických i právních vad a nedodělků, bránících jeho řádnému a bezpečnému užívání. V opačném případě nedojde k převzetí instalovaného zboží kupujícím do té doby, než budou veškeré vady a nedodělky prodávajícím odstraněny.

Článek VII.

Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za instalaci dodaného zboží v souladu s ust. zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jako na ceně maximální (nejvýše přípustné) pro rozsah plnění dle čl. II. odst. 1.1, 1.2 a 1.3 této smlouvy (dále jen „kupní cena“), jejíž výše činí:
Cena bez DPH: 1 480 000,- Kč
DPH 21%: 310 800,- Kč
Cena celkem vč. DPH: 1 790 800,- Kč
(slovy: jeden milion sedm set devadesát tisíc osm set korun českých)
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále jen "faktura"), vystavené prodávajícím po potvrzení "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Proávající zašle fakturu na adresu sídla kupujícího.
4. Doba splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání.
5. Proávající se zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat veškeré potřebné náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy, a rovněž název veřejné zakázky, uvedený v čl. III. odst. 1.1 této smlouvy. Fakturovaná částka musí přesně souhlasit s částkou, uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
6. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.



Článek VIII.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě, že prodávající nedodrží termín dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, s přihlédnutím k ust. čl. VI. odst. 3, má kupující právo požadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktury dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy, má prodávající právo požadovat na kupujícím úrok z prodlení dle § 2 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
3. Smluvním stranám nevzniká právo na náhradu škody, způsobené porušením povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta.

Článek IX.

Přechod nebezpečí škody

1. Riziko nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím dle čl. V. odst. 3 této smlouvy.

Článek X.

Nabytí vlastnického práva

1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny.

Článek XI.

Záruka na jakost

1. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícím na zboží dle čl. II. odst. 1.1 (příloha č.1) záruku na jakost po dobu 24 měsíců a po stejnou dobu bezplatný záruční servis instalovaného zboží. V případě, že doba použitelnosti vyznačená na obalu je kratší, má přednost ujednání smluvních stran v předchozí větě tohoto odstavce. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami.
2. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží, které se projeví během záruční doby při používání zboží k účelu, určenému výrobcem v souladu s návodem k obsluze. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou běžným opotřebením, nevhodnou manipulací, mechanickým poškozením, neoprávněným zásahem do konstrukce kupujícím či třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje na vady, způsobené vyšší mocí.
3. Kupující je povinen případné zjištěné závady během záruční doby neprodleně a prokazatelně oznámit prodávajícímu (telefonicky s následným potvrzením e-mailem nebo faxem).
4. Prodávající se zavazuje, že nástup na záruční servis bude uskutečněn do 24 hodin od prokazatelného nahlášení závady kupujícím.
5. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží používat v důsledku poruchy, tj. ode dne nahlášení závady do dne jejího úplného odstranění.
6. V případě, že doba záruční opravy zboží přesáhne 24 hodin od nástupu na servis a kupující nebude schopen zajistit provoz jinými prostředky, zavazuje se prodávající k bezplatnému zapůjčení záložního přístroje srovnatelných parametrů nejpozději do 24 hodin od nástupu na záruční servis. Podmínky výpůjčky budou sjednány příslušnou smlouvou o výpůjčce.
7. Ostatní práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se řídí, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícím na instalované zboží poskytování pozáručního servisu s dodávkami náhradních dílů po dobu nejméně 10-ti let ode dne podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti prodávajícím.
2. Za závažné porušení smluvní povinnosti prodávajícím se považuje:
 - a) skutečnost, že zboží nebude splňovat parametry deklarované uchazečem v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami; nebo
 - b) prodlení s dodáním kterékoliv části zboží či s odstraněním vady, poruchy či nedostatku jakosti dle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů; nebo
 - c) prodlení s nástupem na opravu závady či poruchy po dobu delší než tři pracovní dny.
3. Platnost této smlouvy v případě odstoupení od smlouvy končí dnem doručení projevu vůle prodávajícímu.

Článek XIII.

Pravidelné bezpečnostně technické kontroly

1. Proávající se zavazuje zajišťovat provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol instalovaného zboží v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce (dále jen "PBTk"), včetně vystavení písemných protokolů, v souladu s ust. § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích.
2. Výrobce doporučený interval provádění PBTk je 12 měsíců.
3. Pro stanovení termínu následné PBTk je rozhodující den podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, příp. den poslední provedené PBTk.
4. Provádění PBTk je službou, kterou zajistí prodávající na základě písemných objednávek kupujícího. Kupující se zavazuje, že bude prodávajícímu zasílat objednávky této služby s dostatečným předstihem, a to buď prostřednictvím České pošty, nebo formou e-mailové korespondence.
5. Za návaznost termínů PBTk odpovídá prodávající za předpokladu dodržování ust. odst. 4 tohoto článku kupující.
6. Náklady, spojené s prováděním PBTk, hradí během záruční doby prodávající.

Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Proávající se zavazuje, že dodané zboží, díly a materiály budou nové, nepoužité a nerepasované.
2. Proávající se zavazuje, že postup prací během plnění této smlouvy bude přizpůsoben provozu oddělení, uvedeného v čl. IV odst. 1 této smlouvy, a rovněž technicko - hospodářskému provozu kupujícího.
3. Proávající bere na vědomí, že kupující není povinen poskytovat jakoukoliv zvláštní materiální, ani personální výpomoc prodávajícímu při plnění této smlouvy (např. zapůjčování náradí, přepravní techniky, pomoc zaměstnanců kupujícího při stěhování apod.).
4. Demontáž, odvoz a odbornou ekologickou likvidaci stávající obměňované techniky zadavatele vč. vystavení protokolu o ekologické likvidaci zajistí prodávající až na základě výzvy zadavatele, která bude prodávajícímu doručena písemnou formou nejpozději do 4 měsíců od potvrzení "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
5. Seznam subdodavatelů, jejichž služeb bude prodávající využívat během plnění této smlouvy, je uveden jako příloha č. 2 této kupní smlouvy, včetně specifikací jednotlivých rozsahů plnění.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla sjednána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.
5. Pro projednávání a rozhodnutí sporů, vyplývajících z této smlouvy, jsou příslušné obecné soudy České republiky.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne: 15.6.2015


Electric Medical Service, s.r.o.
664 62 Ledce 74
DIČ: CZ49970267

.....
Za prodávajícího:
Jaromír Malý
jednatel
Electric Medical Service, s.r.o.

V Jičíně dne: 24 -06- 2015


Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Božanova 512, 506 43 Jičín
tel. 425 782 111

.....
Za kupujícího:

MUDr. Tomáš Jedlička, MHA,
předseda představenstva
ON Jičín a.s.

Přílohy:

1. Specifikace zboží a cenová nabídka
2. Seznam subdodavatelů

Příloha č. 1 kupní smlouvy č.

1. Specifikace zboží a cenová nabídka

Konfigurace a specifikace mobilního rtg. přístroje s C-ramenem

Nabízený model: GE OEC Brivo Plus 865

Výrobce: GE Medical Systems



Konfigurace:

- rtg. přístroj s C-ramenem
- pracovní stanice s 2 LCD monitory– ruční expoziční tlačítko
- nožní expoziční pedál
- DICOM 3.0
- laserový zaměřovač
- měřicí zařízení pro měření povrchové dávky na pacienta
- zaškolení (zaškolení bude provedeno v místě instalace)
- dokumentace

Technická specifikace:

RTG systém

Generátor:

- 40 kHz vysokofrekvenční generátor
- 2,2 kW monoblock
- Tepelná kapacita: 900,000HU
- Chladicí výkon: 12,500HU/min
- Napětí: až 110kVp
- Proud:
 - až 20mA ve skiagrafickém režimu
 - až 12 mA v režimu HLF
 - až 16 mA v režimu Digital spot

Rentgenová lampa

- Pevná anoda
- Dvě ohniska o velikosti:
 - 0,6 a 1,4 mm
- Celková filtrace 3.35 mm Al

Handwritten signature

- Tepelná kapacita anody: 76 000 HU
- Chladicí výkon anody: 37 000 HU/min.
- Indikace úrovně tepelné kapacity na monitoru

Virtuální kolimátor

- Zobrazení polohy clon na monitoru
- Nastavení clon bez záření
- Virtuální kolimace irisové clony
- Virtuální kolimace paralelní clony

Skioskopický režim

- Rozsah napětí: 40 – 110 kV
- Rozsah proudu: 0,1 – 4 mA
- Automatický i manuální režim

Skioskopický režim se sníženou dávkou

- Rozsah napětí: 40 – 110 kV
- Rozsah proudu: 0,1 – 2 mA
- Automatický i manuální režim

Skioskopický režim se zvýšenou dávkou

- Rozsah napětí: 40 – 110 kV
- Rozsah proudu: 0,1 – 12 mA
- Automatický i manuální režim

Pulsní skioskopický režim

- Rozsah napětí: 40 – 110 kV
- Rozsah proudu: 0,1 – 4 mA
- Počet pulsů: 1, 2, 4, 8 pps
- Automatický i manuální režim
- Může snížit dávku rtg. záření na pacienta i obsluhu

Pulsní skioskopický režim se sníženou dávkou

- Rozsah napětí: 40 – 110 kV
- Rozsah proudu: 0,1 – 2 mA
- Počet pulsů: 1, 2, 4, 8 pps
- Automatický i manuální režim

Pulsní skioskopický režim se zvýšenou dávkou

- Rozsah napětí: 40 – 110 kV
- Rozsah proudu: 0,1 – 12 mA
- Počet pulsů: 1, 2, 4, 8 pps
- Automatický i manuální režim

Režim Digital Spot

- Rozsah napětí: 40 – 110 kV
- Rozsah proudu: 0,1 – 16 mA
- Automatické nastavení expozičních parametrů a uložení snímku

Skiafický režim

- Rozsah proudu: až 20 mA
- Rozsah mAs: až 80 mAs
- Počítačově řízený expoziční čas

Video – zobrazovací systém

Významné funkce pro vysokou kvalitu zobrazení

- AutoTrak
 - Systém automaticky vyhledává uvnitř zobrazovacího pole známé anatomické tvary a poté nastaví optimální parametry pro snímání a zobrazení odpovídající části těla a jeho velikosti
 - Poskytuje jednotnou kvalitu obrazu v celém snímaném poli.
- Smart Window
 - automaticky nastavuje jas a kontrast obrazu v závislosti na aktuálním nastavení kolimátoru
- Smart Metal
 - umožňuje uživateli nastavit stupeň citlivosti jasu a kontrastu obrazu při vložení kovového předmětu do zobrazovaného pole

Zesilovač obrazu

- Tři režimy – velikosti – min. rozlišení na monitoru:
 - 9" – 23 cm – 2,2 lp/mm
 - 6" – 15 cm – 3,0 lp/mm
 - 4.5" – 11 cm) – 3,5 lp/mm

Wolframový kolimátor

- Účinněji ohraničuje expoziční plochu
- Snižuje rozptýlené záření
- Zvyšuje kvalitu obrazu – lepší čitelnost detailů

Mřížka

- 60L/cm, 10:1
- Snižuje efekt rozptýlené záření
- Zvyšuje kvalitu obrazu

Video kamera

- Vysoké rozlišení 1k x 1k CCD kamera
- Plně digitální rozhraní
- Proměnné řízení zisku

Monitory

- Dva 19" monochromatické medicínské monitory
 - možnost náklonu: 7° nahoru / 10° nahoru
 - možnost otočení: až o 180°
- Rozlišení 1280 x 1024 bodů
- Max. jas: 1000 cd/m²
- Max. kontrast: 900:1

Pracovní stanice

Zpracování obrazu

- Zpracování obrazu v rozlišení 1kx1k a 16ti bitové hloubce
- Dynamický filtr s eliminací pohybových artefaktů
 - Umožňuje uživatelsky nastavit úroveň redukce šumu pro vyšší kvalitu obrazu
 - Poskytuje optimální kvalitu obrazu i když ve snímaném poli dochází k pohybu
- Automatické digitální nastavení jasu a kontrastu
- Automatické digitální nastavení jasu a kontrastu
- Zvýraznění hran - kontur
- Negace obrazu
- Ukládání snímků do vnitřní paměti včetně možnosti automatického ukládání
- Záměna zobrazení levý/pravý monitor.
- Držení posledního snímku na monitoru
- Digitální zvětšení obrazu a funkce pro jeho prohlížení
- Stranové převrácení snímků
 - levá/pravá strana obrazu
 - horní/spodní strana obrazu
- Digitální rotace obrazu
 - Otáčení „živého“ i statického obrazu o 360°
 - Otáčení obrazu bez nutnosti další expozice
- Ochrana dat dle HIPAA
 - Ochrana heslem
 - Funkce pro okamžité ztmavení monitoru
 - Možnost úplného vymazu
- Vnitřní paměť pro uložení 100 000 snímků

Management vyšetření

- Údaje o pacientovi
 - Vložení ze seznamu vyšetření
 - Manuální vložení údajů přes klávesnici
- Zobrazení dávky rtg. záření a jejího souhrnu za celé vyšetření
- Možnost exportu i tisku Souhrnu rtg. dávky
- Rozhraní DICOM 3.0 - Basic
 - Store
 - Print
 - Work-list

- Send
- MPPS
- RDSR (Radiation Dose Structured Report)

Uživatelské rozhraní

- Celý systém je počítačově řízený s možností softwarového upgrade
- Ovládání přes dotykovou obrazovku (pravý 19" LCD monitor)
- Plně automatické funkce s minimálním vstupem obsluhy
- Možnost manuálního nastavení exp. parametrů
- Režim Emergency
 - Nevyžaduje heslo
 - Dostupné všechny základní zobrazovací funkce
- Ovládací prvky
 - Nožní pedál
 - Ruční expoziční tlačítko
- Integrovaná membránová klávesnice
- Pacientský adresář se snímky
 - Akvizice a prohlížení snímků
 - Export snímků
 - Import snímků
 - Mazání snímků
- Uživatelsky nastavitelné funkce
 - Nastavení pracovní stanice
 - Nastavení základních technik
 - Volba jazyka
 - Datum a čas
 - Nastavení rozhraní DICOM
- Prohlížecká stanice
 - Možnost samostatného provozu pracovní stanice jako prohlížecké stanice
 - Dostupnost všech prohlížeckých a DICOM funkcí
- Laserový zaměřovač
- USB port pro import/export snímků

Integrovaný záložní zdroj

- ochrana uložených snímků a patientských dat
- korektní vypnutí systému

Rozměry: C-rameno

- SID: 100 cm
- Volný prostor: 78 cm
- Osa paprsku k C-ramenu (vnitřní hloubka): 66 cm
- Orbitální pohyb C-ramene: 120° s 30° výkyvem
- Možnost horizontálního kyvu C-ramene: $\pm 12,5^\circ$
- Vertikální pohyb C-ramene: 44,5 cm
- Horizontální pohyb C-ramene: 20 cm
- Rotace C-ramene: 410°; $\pm 205^\circ$
- Délka: 179 cm
- Šířka: 78 cm
- Výška: 170,5 cm
- Hmotnost: 260 kg

Rozměry : Pracovní stanice

- Hloubka: 64 cm
- Šířka: 90 cm
- Výška: 167 cm
- Rotace monitorů: $\pm 90^\circ$
- Náklon monitorů: $+7^\circ/-10^\circ$
- Hmotnost: 170 kg

Požadavky na el.napájení

- 230 V, 10 A 50 Hz

Celková cena za předmět nabídky

Předmět nabídky	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
Pojízdný RTG přístroj s C-ramenem GE OEC Brivo Plus 865, 1 ks	1 480 000,-	310 800,-	1 790 800,-


Poznámka: Přístroj je dodáván jako nedělitelný celek a cena je uvedena za komplet, cenu jednotlivých částí nelze stanovit.

Kupní cena celkem bez DPH [Kč]: 1 480 000,- Kč

Kupní cena celkem včetně DPH [Kč]: 1 790 800,- Kč

V Brně 15.6.2015


Electric Medical Service, s.r.o. [®]
664 62 Ledce 74
DIČ: CZ49970267



Jaromír Malý
jednatel
Electric Medical Service, s.r.o.


Příloha č. 2 kupní smlouvy č.

2. Seznam subdodavatelů

Prodávající prohlašuje, že nebude k plnění dodávky používat žádných subdodavatelů a zakázku bude realizovat v celém rozsahu vlastními silami.

V Brně 15.6.2015


Electric Medical Service, s.r.o. ®
664 62 Ledce 74
DIČ: CZ49970267



Jaromír Malý
jednatel
Electric Medical Service, s.r.o.