

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 4

Veřejná zakázka **Operační stoly**

Zadavatel Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01
Náchod

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, a to na základě přijatého dotazu ze dne 2. 3. 2026.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

zadavatel požaduje u všech stolů nosnost stolu 450kg (pacient+příslušenství). Rozumí se tím tedy, že tato nosnost je požadována ve všech polohách operačního stolu (trendelenburg/antitrendelenburg + laterální náklony) ?

Odpověď na dotaz č. 1

ANO, zadavatel požaduje nosnost 450 kg ve všech polohách operačního stolu (trendelenburg/antitrendelenburg + laterální náklony).

Lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Luboš Mottl
člen správní rady