

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

v souladu s § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek
dne 6. 10. 2015 a Evidenčním číslem VZ 507146

Název veřejné zakázky: Oblastní nemocnice Jičín, a.s. - obměna gamakamery
pro odd. nukleární medicíny

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s.

IČ: 26001551

Kontaktní adresa: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

§1-2) odůvodnění účelnosti veřejné zakázky:

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:

Obměna stávající morálně i technicky zastaralé gamakamery SPECT. Pořízením systému SPECT/CT dojde ke zkvalitnění diagnostiky i zvýšení komfortu pacientů z okresu Jičín i přilehlých částí dalších okresů v regionu.

b) popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hybridního zobrazovacího systému SPECT/CT se dvěma plně digitálními detektory SPECT a integrovaným diagnostickým multidetektorovým CT zařízením pro pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizace, s využitím zejména v oborech interního lékařství, kardiologie, neurologie, onkologie, ortopedie, urologie a dalších oborech, se samostatnou akviziční stanicí a jednou vyhodnocovací stanicí a dalším příslušenstvím a SW vybavením. Součástí předmětu plnění jsou i související stavební a instalační práce a služby včetně vypracování kompletní technologické a stavební projektové dokumentace pro realizaci dodávky. Součástí předmětu plnění je i zajištění záručního servisu veškeré dodané techniky po dobu 24 měsíců a provádění pozáručního servisu dodaných zdravotnických prostředků po dobu 72 měsíců.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž uvedení dodaného přístrojového vybavení do provozu, instalace a zaškolení obsluhy včetně:

- zajištění dopravy do místa určení, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti
- poskytování bezplatného záručního servisu
- likvidace obalů a odpadu

Součástí dodávky požadovaných zdravotnických prostředků přístrojového charakteru musí být:

- návod na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD
- kopie prohlášení o shodě, příslušná dokumentace dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a doklady dle zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění, pro provoz nezbytné
- protokol o zaškolení obsluhy

Předmětem veřejné zakázky je též demontáž stávajícího přístrojového vybavení, jeho ekologická likvidace s vystavením protokolu o ekologické likvidaci a jeho předáním zadavateli, potřebná a nezbytná úprava pracoviště určeného pro provoz přístroje, instalace přístroje a

jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů a zaškolení minimálně 2 zaměstnanců zadavatele.

Předmětem plnění je dodávka nových zdravotnických přístrojů se zárukou min. 24 měsíců včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a zaškolení personálu (instruktáž dle § 64 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění)

Předmět zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky, především zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, a zákonem č. 18/1997 Sb., v platném znění (tzv. atomový zákon).

Nabízený přístroj s úplným vybavením musí být bez vad faktických a právních. Uchazeč musí na všechny nabízené stanovené výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doložit kopie prohlášení o shodě, uvést výrobce a třídu zdravotnického prostředku (pokud nejsou v češtině, tak včetně jejich překladů do českého jazyka).

c) popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:

Hybridní zobrazovací systém SPECT/CT je základním diagnostickým vybavením oddělení nukleární medicíny, bez kterého nelze zajistit poskytování zdravotní péče v rozsahu a na úrovni, odpovídající současným standardům v oblasti nukleární medicíny.

d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky

Předpokládaným termínem splněním veřejné zakázky je 30. 4. 2016

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky:

V případě nerealizace veřejné zakázky nebude realizována obměna stávající morálně i technicky zastaralé gamakamery SPECT. Hybridní zobrazovací systém SPECT/CT je základním diagnostickým vybavením oddělení nukleární medicíny, bez kterého nelze zajistit poskytování zdravotní péče v rozsahu a na úrovni, odpovídající současným standardům v oblasti nukleární medicíny. Rizika nerealizace veřejné zakázky: prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

§3) odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady:

a) zadavatel nepožaduje předložení seznamu významných dodávek více jak trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

b) nerelevantní

c) nerelevantní

d) nerelevantní

e) nerelevantní

f) zadavatel požaduje doklad prokazující shodu vydaných výrobcí, na všechny stanovené výrobky nabízené zdravotnické technologie, z důvodu posouzení splnění zadávacích podmínek.

§4) odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky

- a) nerelevantní
- b) nerelevantní
- c) nerelevantní
- d) nerelevantn
- e) nerelevantní
- f) nerelevantní

Obchodní podmínky jsou stanoveny přiměřeně k potřebám a rizikům VZ.

Obchodní podmínky odpovídají požadavkům zejména obchodního zákoníku a legislativě platné v ČR.

§5) odůvodnění vymezení technických podmínek

Technické podmínky reálně odpovídají potřebám zadavatele a rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky a vycházejí ze specifikace předmětu veřejné zakázky.

§6) odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je podle § 78, odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena bez DPH. Zadavatel všechny své požadavky zapracoval do obchodních podmínek a do zadávací dokumentace a vzhledem ke svým potřebám stanovil hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu.

§7) Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě průzkumu předběžného ohodnocení dodávky.

V Jičíně dne 6. 10. 2015