

Kupní smlouva č.

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Článek I.

Smluvní strany

1. Prodávající: Hospimed spol. s.r.o.
se sídlem: Malešická 2251/51, Praha 3, 130 00
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem soudem v Praze, oddíl C vložka 480
zastupuje: Ing. Radim Celecký, Ing. Věra Svobodová, Jana Doubravová
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
číslo účtu: 5274852/0800
IČ: 00676853
DIČ: CZ00676853

2. Kupující: **Oblastní nemocnice Jičín a.s.**
se sídlem: **Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín**
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2328
zastupuje: **MUDr. Tomáš Jedlička, MHA, předseda představenstva**
bankovní spojení: **KB, a.s., pobočka Jičín**
číslo účtu: **78-8520790217/0100**
IČ: **26001551**
DIČ: **CZ26001551**

Článek II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění této kupní smlouvy je, za podmínek níže sjednaných:
 - 1.1 závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „zboží“), přičemž součástí dodávky budou i následující služby a činnosti:
 - doprava do místa plnění
 - instalace a uvedení do klinického provozu v místě plnění
 - odvoz a likvidace obalových materiálů a odpadů, vzniklých během plnění této smlouvy
 - provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle příslušné platné legislativy
 - zaškolení obsluhy
 - vystavení písemného protokolu o uvedení zařízení do provozu a zaškolení obsluhy
 - předání funkční instalace bez vad a nedodělků kupujícímu
 - předání uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě kupujícímu, zahrnující minimálně:
 - návod k obsluze v českém jazyce
 - protokoly o zkouškách a měřeních
 - kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky

- odpojení stávající obměňované techniky zadavatele od přívodů médií (el. energie, voda, odpad) a její transport do předem stanovených prostor v areálu ON Jičín a.s. dle požadavku zadavatele; stávající obměňovanou technikou zadavatele se v tomto případě rozumí ORL vyšetřovací jednotka ATMOS C31 vč. mikroskopu
 - případné další služby a činnosti, výše neuvedené, avšak specifikované v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (viz čl. III odst. 1.1 této smlouvy) a/nebo související s předmětem plnění
 - převedení vlastnického práva k dodanému zboží na kupujícího
- 1.2 závazek prodávajícího zajistit bezplatné provádění odborné údržby instalovaného zboží během záruční doby, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce, včetně vystavení písemných protokolů (viz čl. XIII této smlouvy);
- 1.3 závazek kupujícího instalované zboží od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu.

Článek III.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Podklady pro uzavření této kupní smlouvy jsou:
- 1.1 Podmínky zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku "ORL vyšetřovací jednotka vč. příslušenství", vyhlášené zadavatelem dne 30.10.2015 (výzva zájemcům k podání nabídky) dle ust. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- 1.2 Nabídka prodávajícího č. 478 ze dne 3.11.2015 (příloha č. 3 této smlouvy).

Článek IV.

Místo plnění

1. Místem plnění je Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, oddělení ORL - ambulance.

Článek V.

Doba plnění, dodací podmínky

1. Prodávající předá kupujícímu instalované zboží v plném rozsahu dle čl. II odst. 1.1 této smlouvy do 8 týdnů ode dne podpisu této kupní smlouvy.
2. Den dodání zboží kupujícímu bude upřesněn a potvrzen na základě telefonické dohody obou smluvních stran minimálně 3 pracovní dny předem. K jednání jsou oprávněny následující kontaktní osoby:
- a) za prodávajícího:
- Tomáš Zalužanský tel. 702 001 522
- b) za kupujícího:
- vedoucí pracovník oddělení, uvedeného v čl. IV odst. 1 této smlouvy, příp. jeho odpovědný zástupce, tel. 493 582 111
3. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí fyzické převzetí zboží odpovědnou osobou kupujícího od zástupce prodávajícího nebo veřejného přepravce a potvrzení dodacího, příp. přepravního listu odpovědnou osobou kupujícího.
4. Odpovědná osoba kupujícího vyplní v dodacím, příp. přepravním listu datum dodání zboží kupujícímu a potvrdí jej otiskem razítka kupujícího a vlastnoručním podpisem.
5. Odpovědné osoby kupujícího oprávněné k převzetí zboží a potvrzení dodacího, příp. přepravního listu, jsou uvedeny v odst. 2b) tohoto článku.

6. Kupující je povinen provést vizuální kontrolu dodaného zboží co nejdříve a neprodleně informovat prodávajícího o případné nekompletnosti nebo zjevné vadě dodaného zboží nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne dodání zboží.
7. Kupující není oprávněn až do předání funkční instalace zboží dle čl. VI odst. 4 této smlouvy provádět jakoukoliv manipulaci s dodaným zbožím bez přítomnosti oprávněného pracovníka prodávajícího. V opačném případě přejímá kupující odpovědnost za případné škody, vzniklé na zboží v důsledku takového jednání kupujícího.

Článek VI.

Instalace a uvedení zařízení do provozu

1. Kupující se zavazuje umožnit prodávajícímu provést instalaci dodaného zboží a jeho uvedení do provozu bezodkladně, jakmile bude místo plnění technicky i stavebně připraveno k instalaci.
2. Prodávající se zavazuje provést instalaci dodaného zboží a jeho uvedení do provozu bezodkladně, jakmile mu bude instalace kupujícím umožněna.
3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně kupujícího nebude možné dodržet prodávajícím požadovaný termín zahájení plnění, je kupující oprávněn zahájení plnění posunout na pozdější dobu. Posouvá se tak adekvátně i termín ukončení plnění dle čl. V odst. 1 této smlouvy, přičemž doba potřebná k provedení činností zůstává nezměněna.
4. Po ukončení instalace dodaného zboží a jeho uvedení do provozu se prodávající zavazuje seznámit obsluhující personál kupujícího s určeným účelem použití a obsluhou instalovaného zboží a s bezpečnostními zásadami a technickými podmínkami pro jeho provoz a údržbu. Následné předání instalovaného zboží obsluhujícímu personálu kupujícího potvrdí odpovědní zástupci obou smluvních stran podpisem "Protokolu o uvedení zařízení do provozu".
5. "Protokol o uvedení zařízení do provozu" je písemným dokumentem, kterým se potvrzuje kompletnost dodaného zboží a uskutečnění všech souvisejících služeb a činností v rozsahu dle čl. II odst. 1.1 této smlouvy. Protokol je platný pouze v případě, obsahuje-li jmenný seznam zaškoleného personálu s jeho vlastnoručními podpisy a je-li potvrzen odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Jedno vyhotovení stejné autentičnosti protokolu obdrží kupující.
6. Prodávající je povinen předat kupujícímu funkční instalaci dodaného zboží, která bude prostá technických i právních vad a nedodělků, bránících jeho řádnému a bezpečnému užívání. V opačném případě nedojde k převzetí instalovaného zboží kupujícím do té doby, než budou veškeré vady a nedodělky prodávajícím odstraněny.

Článek VII.

Kupní cena a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za instalaci dodaného zboží v souladu s ust. zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, jako na ceně maximální (nejvýše přípustné) pro rozsah plnění dle čl. II odst. 1.1 a 1.2 této smlouvy (dále jen „kupní cena“), jejíž výše činí:

Cena bez DPH: 781 609,27 Kč

DPH: 164 137,95 Kč

Cena celkem vč. DPH: 945 747,22 Kč

(slovy: devět-set-čtyřicet-pět-tisíc-sedmset-čtyřicet-sedm-korun-dvacet-dva-haléřů)

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále jen "faktura"), vystavené prodávajícím po potvrzení "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
3. Prodávající zašle fakturu na adresu sídla kupujícího.
4. Doba splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. V případě pochybností se dnem doručení rozumí třetí den ode dne odeslání.
5. Prodávající se zavazuje, že jím vystavená faktura bude obsahovat veškeré potřebné náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy. Fakturovaná částka musí přesně souhlasit s částkou, uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
6. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího.

Článek VIII.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. V případě, že prodávající nedodrží termín dle čl. V odst. 1 této smlouvy, s přihlédnutím k ust. čl. VI odst. 3, má kupující právo požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že kupující nedodrží dobu splatnosti faktury dle čl. VII odst. 4 této smlouvy, má prodávající právo požadovat od kupujícího úrok z prodlení dle § 2 Nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
3. Smluvní strany sjednávají souběh nároků, a to na úhradu smluvní pokuty i případné vzniklé škody.

Článek IX.

Přechod nebezpečí škody

1. Riziko nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícímu dle čl. V odst. 3 této smlouvy.

Článek X.

Nabytí vlastnického práva

1. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího dnem úplného zaplacení kupní ceny.

Článek XI.

Záruka na jakost a podmínky záručního servisu

1. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu na zboží dle čl. II odst. 1.1 (příloha č. 1) záruku na jakost po dobu 60 měsíců a po stejnou dobu bezplatný záruční servis instalovaného zboží, který zahrnuje i bezplatné dodávky náhradních dílů. V případě, že doba použitelnosti vyznačená na obalu je kratší, má přednost ujednání smluvních stran v předchozí větě tohoto odstavce. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami.
2. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží, které se projeví během záruční doby při používání zboží k účelu, určenému výrobcem v souladu s návodem k obsluze. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou běžným opotřebením, nevhodnou manipulací, mechanickým poškozením, neoprávněným zásahem do konstrukce kupujícími či třetí osobou. Záruka se rovněž nevztahuje na vady, způsobené vyšší mocí.
3. Kupující je povinen případné zjištěné závady během záruční doby neprodleně a prokazatelně oznámit prodávajícímu (telefonicky s následným potvrzením e-mailem nebo

faxem). Kontaktní údaje pro hlášení závad: tel.: 225 001 532 e-mail: servis@hospimed.cz
fax: 225 001 522

4. Prodávající zajišťuje poskytování servisních výkonů běžně v pracovních dnech v době 6:00 - 19:00 hod.
5. Prodávající se zavazuje, že nástup na záruční servis bude uskutečněn do 24 hodin v pracovních dnech od prokazatelného nahlášení závady kupujícím. Příjem hlášení závad je prodávajícím zajištěn v době dle odst. 4 tohoto článku.
6. V případě, že doba záruční opravy zboží přesáhne 24 hodin od nástupu na servis a kupující nebude schopen zajistit provoz jinými prostředky, zavazuje se prodávající k bezplatnému zapůjčení záložního přístroje srovnatelných parametrů nejpozději do 24 hodin od nástupu na záruční servis. Podmínky výpůjčky budou sjednány příslušnou smlouvou o výpůjčce.
7. Záruka se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno zboží používat v důsledku poruchy, tj. ode dne nahlášení závady do dne jejího úplného odstranění.
8. Součástí záručního servisu je i provádění průběžných aktualizací instalovaného software na úroveň, zajišťující funkce přístrojů v souladu s aktuálními poznatky lékařské vědy a léčebné praxe.
9. Ostatní práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se řídí, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10. Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu na instalované zboží poskytování pozáručního servisu s dodávkami náhradních dílů po dobu nejméně 10-ti let ode dne podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti prodávajícím.
2. Za závažné porušení smluvní povinnosti prodávajícím se považuje:
 - a) skutečnost, že zboží nebude splňovat parametry deklarované uchazečem v jeho nabídce, požadované touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy nebo technickými normami; nebo
 - b) prodlení s dodáním kterékoliv části zboží či s odstraněním vady, poruchy či nedostatku jakosti dle této smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů; nebo
 - c) prodlení s nástupem na opravu závady či poruchy po dobu delší než 3 pracovní dny.
3. Platnost této smlouvy v případě odstoupení od smlouvy končí dnem doručení projevu vůle prodávajícímu.

Článek XIII.

Odborná údržba

1. Prodávající se zavazuje zajišťovat provádění odborné údržby instalovaného zboží v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce, včetně vystavení písemných protokolů, v souladu s ust. § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Výrobce doporučený interval provádění odborné údržby je 12 měsíců.
3. Pro stanovení termínu následné odborné údržby je rozhodující den podpisu "Protokolu o uvedení zařízení do provozu" oběma smluvními stranami dle čl. VI odst. 4 této smlouvy, příp. den poslední provedené odborné údržby.



4. Provádění odborné údržby je službou, kterou zajistí prodávající na základě písemných objednávek kupujícího. Kupující se zavazuje, že bude prodávajícímu zasílat objednávky této služby s dostatečným předstihem, a to buď prostřednictvím České pošty, nebo formou e-mailové korespondence.
5. Za návaznost termínů odborné údržby odpovídá prodávající za předpokladu dodržování ust. odst. 4 tohoto článku kupujícím.
6. Náklady, spojené s prováděním odborné údržby, hradí během záruční doby prodávající.
7. Termíny provádění odborné údržby budou telefonicky nebo e-mailem ohlášeny prodávajícím vždy s předstihem min. 5 pracovních dnů odpovědné osobě kupujícího a následně oboustranně odsouhlaseny.
8. Protokoly o odborné údržbě v originálním vyhotovení budou zasílány kupujícímu průběžně, a to vždy nejpozději do 14 dnů od provedení příslušné odborné údržby.

Článek XIV.

Ostatní ujednání

1. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy a že má splněny všechny povinnosti, které mu ukládá zák. č. 268/2014 Sb, o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží, díly a materiály budou nové, nepoužité a nerepasované.
3. Doba použitelnosti dodaného zboží dle ust. § 59 odst. 2 písm b) zák. č. 268/2014 Sb, o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena výrobcem na minimálně 10 let.
4. Prodávající se zavazuje, že postup prací během plnění této smlouvy bude přizpůsoben provozu oddělení, uvedeného v čl. IV odst. 1 této smlouvy, i provozu dalších oddělení, umístěných ve společném objektu, a rovněž technicko - hospodářskému provozu kupujícího.
5. Prodávající se zavazuje, že s ohledem na bezprostřední blízkost dalších zdravotnických oddělení provede taková opatření, která maximálně omezí prašnost a hluk v místě plnění po dobu nezbytně nutnou.
6. Prodávající bere na vědomí, že kupující není povinen poskytovat jakoukoliv zvláštní materiální, ani personální výpomoc prodávajícímu při plnění této smlouvy (např. zapůjčování náradí, přepravní techniky, pomoc zaměstnanců kupujícího při stěhování apod.).
7. Seznam subdodavatelů, jejichž služeb bude prodávající využívat během plnění této smlouvy, je uveden jako příloha č. 4 této kupní smlouvy, včetně specifikací jednotlivých rozsahů plnění.
8. Prodávající se zavazuje zaslat kupujícímu současně s fakturou dle čl. VII odst. 2 a 3 této smlouvy rovněž dokument, v němž bude kupní cena dle čl. VII odst. 1 této smlouvy zpracována formou položkového rozpočtu pro účetní účely kupujícího, v členění dle jednotlivých, samostatně ocenitelných položek dodávky. Samostatně ocenitelnými položkami dodávky se v tomto případě rozumí jednotlivé funkční celky nabízeného zboží, které mohou pracovat autonomně (navzájem nezávisle) a lze je účetně zařadit jako samostatná zařízení. Samostatně ocenitelnou položkou není v tomto případě např. spotřební materiál, zaškolení obsluhy ani další související služby a činnosti.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla sjednána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů právního řádu České republiky.
5. Pro projednávání a rozhodnutí sporů, vyplývajících z této smlouvy, jsou příslušné obecné soudy České republiky.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: 19.11.2015

HOSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA
130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
..DIČ: CZ00676853.....

Za prodávajícího:
Jana Doubravová, jednatel

V Jičíně dne: 23 -11- 2015


Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Božanova 512, 506 43 Jičín
tel. 493 582 111

Za kupujícího:
MUDr. Tomáš Jedlička, MHA,
předseda představenstva
ON Jičín a.s.

Přílohy:

1. Podrobná specifikace zboží
2. Tabulka technických podmínek - vyplněná příloha č. 2 výzvy k podání nabídky
3. Cenová nabídka
4. Seznam subdodavatelů a specifikace jednotlivých rozsahů plnění

Příloha č.1: Podrobná specifikace zboží


MODULA Europa – s připojením k rozvodům

1 ks



ilustrační obrázek

Mobilní kompaktní jednotka určená pro vyšetření v ORL ambulanci s připojením na domovní odpad a rozvod vody.



Technický popis:

Vysoce kvalitní, elektrolyticky pozinkovaná ocelová konstrukce se zárukou 20 let


- **Mobilní kompaktní jednotka** z elektrolyticky pozinkované oceli, antistatická kolečka
- **4x zásuvky** na nástroje, dokumentaci a ostatní materiál, nádoba s desinfekcí pro odkládání použitých nástrojů
- **Výsuvná psací a pracovní deska**
- **Zabudovaný odpadkový koš** s nožním ovládáním
- Elektronický řídicí a zobrazovací panel s **digitálními ukazateli, dotykový a omyvatelný**
- **Odkládací plochy na nástroje s osvětlením** – celkem dvě plochy o rozměrech 20x68cm tzn. celková odkládací plocha cca 0,3m²
- **Vrchní plocha vyhřívána**
- **Připojení na domovní odpad a rozvod vody**
- **Odsávačka s výkonem 40l/min.** s automatickým vyprazdňováním a výplachem sekretu do domovního odpadu a plynulou regulací a manometrem
- **Desinfekční proplach** odsávací hadice
- **Systém tlakové teplé vody 37°C** s tolerancí teploty max. +1°C napojený na domovní rozvod studené vody
- **Nádobka pod ucho, včetně držáku**

- **2x zabudované světelné LED zdroje** s výkonem odpovídajícím cca 150W – halogenové lampy s životností cca 30.000 hodin
- **Závěs na čelní lampu s automatickým zapínáním a vypínáním světla**
- **2x předeřhřívané toulce** na sterilní (čisté) optiky
- **3x dezinfekční toulce** pro rigidní endoskopy
- **Misky na nástroje – sada: 4x malá, 4x velká**
- **Zabudovaný ohřívač používaných zrcátek s aktivním ventilátorem** pro vyšší efektivitu ohřevu (zkrácení doby)
- **Odkládací box na použité nástroje s dezinfekčním roztokem**
- Sklápěcí kryt z akrylového skla (při sklopení schovaný za unitem)
- **Možnost volby barevného provedení viz tabulka vzorníku barev – prášková RAL barva**

Technické parametry vyšetřovací jednotky:

Napájení: 230 V (+ / - 10%)
 Frekvence: 50/60 Hz
 Spotřeba energie: max. 2,3 kVA (10A)
 MDD klasifikace: IIa
 Třída ochrany: I
 Krytí: B

Celková hmotnost: 160 kg
 Rozměry (ŠxVxH): 1123 x 970 x 545 mm
 Okolní teplota: od +15 ° C do +35 ° C



INSTALAČNÍ PLÁN PRO VYŠETŘOVACÍ JENOTKY HEINEMANN typ MODULA


Verze 6/2011

1. Připojení elektriky

Vyšetřovací jednotka Modula se připojuje do uzemněné zásuvky v samostatném okruhu (jistič 16A) umístěné v dosahu přívodního kabelu (délka 2,5m). Proudová spotřeba zařízení je 10A. Z tohoto důvodu se nedoporučuje do výše zmíněné zásuvky zapojovat další elektrospotřebiče, tzn. nepoužívat rozdvojku ani elektrický rozbočovač tzv. psa.

Je potřeba počítat s dalšími zásuvkami pro připojení patientského křesla s elektromotorickým nastavením výšky, diagnostického mikroskopu, elektrochirurgického přístroje, atd.

Do vyšetřovací místnosti je třeba nainstalovat proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA.




2. Připojení vody

Vyšetřovací jednotka Modula se připojuje na rozvod vody pomocí hadice s magnetickým ventilem, který zajišťuje uzavření přívodu při vypnutí zařízení. Délka přívodní a odpadové hadice je standardně 2,5 m.

Přívod vody: uzavírací kohout s vyústěním 3/8" s vnějším závitem, zalomený 90° podél zdi, ve výšce min. 30 cm nad úrovní podlahy. Důležitá je zřetelná identifikace polohy ZAPNUTO/VYPNUTO (např. poloha páčky). Tlak vody v rozvodu by měl být 3-4 bary.

Odtok vody: výpustní trubka ø 40 mm, spád > 2%, bez sifonu, zakončená 3/4" koncovkou zalomenou 90° podél zdi pro nasazení hadice s vnitřním ø 20 mm. Umístění ve výšce max. 30 cm nad podlahou.

Vzorník barev pro vyšetřovací jednotku:



Farbzuordnung

G. Heinemann Medizintechnik GmbH

06/28.11.2011

Standard colours (antibacterial coating with fine structure):



Mikroskop SOM 22-3

1 ks



Základní vlastnosti:

- moderní design
- bez vibrační montáž na ORL jednotku
- celokovová konstrukce
- světelný zdroj LED 5600K integrovaný do hlavičky mikroskopu
- komfortní ovládání
- automatické zapínání a vypínání světla v horní poloze mikroskopu
- špičková optika
- plynulá regulace osvětlení 30 - 100%
- automatické zapínání a vypínání světla
- 3-krokové zvětšení (6x, 10x, 17x)
- binokulár přímý
- korekce očních vad +/- 5 dioptrií
- jednostranný ovládací držák
- Rukojeť

Čelní světlo

1 ks



- Odlehčené
- Fokus 7 – 63 mm
- Vedení světla 0°

Světelný kabel

1 ks

- 0°
- Adaptér Wolf, Storz


Ekeltrokoagulace SMT BIPO 60

1 ks

SMT ESU 60 BIPO

Výkon max	60 W
Napájecí napětí	230 V / 50 Hz
Frekvence	460 kHz
Rozměry	160x250x80mm
Hmotnost	2,3 kg
Ovládání	nožní pneu. pedál
Režim	bipolár
Pracovní výstupy	řez, směsný řez, koagulace

Součástí dodávky je kompletní bipo příslušenství:
 ovl. jednotka, bipolární pinzeta a kabel, nožní spoušť, přívodní kabel



Vyšetřovací křeslo GOLEM E

1 ks

Pohodlné universální křeslo pro vyšetřování pacienta vsedě, pololehu i vleže. Moderní design s pohodlným čalouněním a šedými plastovými kryty. Pojízdné provedení s brzděnými kolečky Ø



75 mm. Čtyřdílná pracovní plocha s šířkou 480 mm je potažena bezešvou koženkou s barvou dle Vašeho výběru a rozdělena na hlavu, opěradlo, sedák a nohy. Hlavový segment je nastavitelný manuálně, nožní segment je manuálně výklopný pro polohu vleže. Možnost rotace křesla s pacientem $\pm 90^\circ$, jednoduchá aretace ve třech pozicích.

Křeslo má praktická elegantní snímatelná madla pro pacienta.

Ovládání elektropohonů je ručním ovladačem, na přání nožní šlapkou.


Zástavbové rozměry křesla asi 600 × 800 mm v sedě, 600 × 1 800 mm vleže.

Nosnost 150 kg, hmotnost 35 – 65 kg.

Technické parametry:

- vyšetření pacienta vsedě, **pololehu i vleže**
- výškově nastavitelné elektropohonem 510 - 710 mm
- kovová konstrukce, sklon zad nastavitelný manuálně +5° až +95°
- kovové části jsou kryty zdravotně nezávadným nástřikem vypalovací práškové barvy
- moderní design s pohodlným čalouněním koženkou s atestem pro použití ve zdravotnictví
- šedé plastové kryty
- pojízdné provedení s brzděnými kolečky Ø 75 mm
- všechny části jsou omyvatelné a dezinfikovatelné běžně používanými prostředky
- 4 - dílná pracovní plocha
- možnost rotace křesla s pacientem $\pm 90^\circ$, jednoduchá aretace ve třech pozicích.
- praktická elegantní snímatelná madla pro pacienta
- Nosnost 150 kg


Vzorník potahových materiálů:






HD Kamera MEDICAM PLUS

1 ks





Before



After

Technické parametry:

- Senzor Progressive scan Sony® 1/3" CCD
- Rozlišení 1280 x 960 pixels
- Interface USB 2.0
- Frame rate 25 fps
- USB pedál
- Rozměry 37 x 40 x 67 mm (LxHxW)
- Hmotnost 115 g
- Typ uchycení: C-Mount
- Software: Daisy
- EN 60601-1
- EMC: EN 60601-1-2
- Anti-moaré filtr pro flexibilní endoskopii
- Komplexní software pro archivaci
- Modul pro diagnostiku hlasivek



Dell Inspiron One 5348 Touch, černá

1 ks



Technické parametry:

Procesor

- Typ procesoru: **Intel Core i5 (Haswell)**
- Model procesoru: **4460S (2.9/3.4GHz)**
- Počet jader procesoru: **4**

Paměť

- Typ paměti: **DDR3**
- Frekvence paměti [MHz]: **1 600**
- Velikost operační paměti [GB]: **8**

Úložisko

- Optická mechanika: **DVD**
- Typ pevného disku: **HDD**
- Interní paměť [GB]: **1 000**
- Ot./min pevného disku: **5 400**
- Počet pevných disků: **1**
- Čtečka paměťových karet: **Ano**

Zobrazení a grafika

- Typ displeje: **dotykový, matný**
- Úhlopříčka displeje ["]: **23**
- Rozlišení displeje: **1920 x 1080 (Full HD)**
- Grafická karta: **AMD Radeon R7 265**
- Velikost grafické paměti [MB]: **2 048**
- Síť a komunikace

- Bluetooth: **Ano**
- Typ síťové karty: **GLAN, WLAN**
- Wi-Fi standardy: **b, g, n**

Rozhraní/porty

- HDMI: **Ano**
- Počet portů USB 3.0: **2**
- Počet portů USB 2.0: **5**
- Operační systém
- Operační systém: **Windows 10**
- Fyzické charakteristiky a napájení
- Barva: **černá**
- Klasifikace: **AiO PC**
- Maximální výkon zdroje [W]: **185**
- Výška [mm]: **385,8**
- Šířka [mm]: **574**
- Hloubka [mm]: **74,4**
- Hmotnost [kg]: **10,34**
- Další informace
- Výrobce: **Dell**
- Kód výrobce: **N4-5348-N2-40**
- EAN: **5397063717330**

Příloha č. 2 Výzvy zájemcům k podání nabídky

Technické podmínky

Zakázka: ORL vyšetřovací jednotka vč. příslušenství

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 26001551

<u>Požadavek / parametr</u>	<u>ANO / NE</u>	<u>Hodnota / Popis</u>
<u>Účel použití a obecné požadavky</u>		
Kompaktní jednotka, určená pro vyšetření v ORL ambulanci, s připojením k rozvodům vody a odpadu, včetně příslušenství	ANO	
<u>Technická specifikace</u>		
<u>Vyšetřovací jednotka</u>		
Mobilní provedení s antistatickými kolečky	ANO	
Celokovová konstrukce včetně pracovní plochy, materiál odolávající běžným dezinfekčním prostředkům	ANO	
Barevné provedení korpusu dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku RAL	ANO	
Obsluhující a řídicí elektronický panel s indikátory provozních hodnot a stavů, omyvatelný	ANO	
Min. 2x zásuvka na nástroje, dokumentaci a jiný materiál	ANO	3x zásuvka + 1x polička
Prostor pro umístění elektrokoagulace a videofetězce v korpusu jednotky nebo na integrované polici	ANO	Polička pro koagulační místo zásuvky
Odkládací pracovní plochy na lékařské nástroje s celkovou plochou min. 0,3m ² , částečně předehřívané	ANO	Horní polička vyhřívána
Výsuvná pracovní deska	ANO	
Integrovaný odpadkový koš s nožním ovládním	ANO	
Kontejner s dezinfekcí pro odkládání použitých nástrojů	ANO	
Komponenty pro připojení k rozvodu studené vody a odpadu	ANO	
Integrovaná odsávačka s výkonem min. 30 litrů/min. s automatickým vyprazdňováním a výplachem sekretu do odpadního řádu po každém použití, s plynulou regulací podtlaku a integrovaným manometrem	ANO	40 litrů/min.
Hadicový dezinfekční proplachovací systém s automatickým čištěním odsávacích hadic	ANO	
Modul tlakového vzduchu pro nástřík medikamentů s možností politizerace, včetně min. 3ks sprejových lahvíček na medikamenty	ANO	
Integrovaný regulátor tlakového vzduchu s manometrem	ANO	
Systém tlakové teplé vody 37°C na proplach ucha, napájený z rozvodu studené vody	ANO	
Nádobka pod ucho včetně držáku	ANO	
Min. 2 integrované světelné zdroje LED s výkonem odpovídajícím cca 150W halogenové žárovce	ANO	2x
Integrovaný závěs čelního světla s automatickým zapínáním a vypínáním zdroje světla	ANO	

Čelní lampa, připojitelná ke zdroji studeného světla pomocí světlovodného kabelu nebo k vyšetřovací jednotce pomocí el. napájecího kabelu (světlovodný kabel nebo el. napájecí kabel je součástí dodávky)	ANO	Čelní lampa se evetelným kabelem
Min. 2ks předeřhřivaného endoskopického toulce pro čisté rigidní endoskopy o průměru až 12mm	ANO	2 ks
Min. 3ks dezinfekční toulce pro použité rigidní endoskopy	ANO	3 ks
Sada misek na lékařské nástroje, umístěných na odkládacích pracovních plochách vyšetřovací jednotky	ANO	
Odklopný kryt nebo rolovací závěs pracovní plochy	ANO	Odklopný kryt
Integrovaný držák kamerové hlavy	ANO	Magnetický
Mikroskop		
Robustní celokovová konstrukce	ANO	
Bezvibrační upevnění na ORL vyšetřovací jednotku pomocí pohyblivého ramene	ANO	
Binokulár přímý	ANO	
Zvětšení min. 17x, min. 3 kroky	ANO	
Integrovaný světelný zdroj LED	ANO	
Integrovaná korekce optických vad	ANO	
Automatické zapínání a vypínání světla v horní poloze mikroskopu	ANO	+ - 5 dioptrií
Ovládací rukojeť	ANO	
Elektrokoagulace		
Vysokofrekvenční přístroj pro chirurgii měkkých tkání	ANO	
Bipolární provedení	ANO	
Výkon min. 60W	ANO	60 W
Nožní ovladač pro spouštění vř výkonu	ANO	
Min. rozsah pracovních režimů: řez, smíšený řez, koagulace	ANO	řez, smíšený řez, koagulace
1ks bipolární pinzeta s kabelem jako součást dodávky	ANO	
Napájení ze sítě 230V / 50Hz	ANO	
Vyšetřovací křeslo		
Univerzální křeslo pro vyšetření pacienta vsedě, pololehu i vleže	ANO	
Kovová konstrukce	ANO	
Pojízdné provedení s brzděnými kolečky o průměru min. 75mm	ANO	průměru 75mm
Čtyřdílná pracovní plocha s čalouněním v barevném provedení dle výběru zadavatele z nabídnutého vzorníku	ANO	
Šířka pracovní plochy min. 480mm	ANO	Šířka 480 mm
Výška sedacího dílu nastavitelná elektromotorem v rozsahu min. 510 - 710mm	ANO	elektromotorem v rozsahu min. 510 - 710mm
Sklon zádového dílu nastavitelný manuálně v rozsahu min. +5° až +95°	ANO	manuálně v rozsahu min. +5° až +95°
Hlavový díl nastavitelný manuálně	ANO	
Nožní díl manuálně výklopný pro polohu vleže	ANO	

2ks odnímatelná madla pro pacienta po bocích křesla		ANO	
Rotace křesla s pacientem v rozsahu min. ± 90° s možností aretace		ANO	
Ovládání výškového zdvihu sedacího dílu pomocí ručního ovladače		ANO	
Nosnost min. 150kg		ANO	
Plastové kryty podvozku a pohyblivých částí		ANO	150 Kg
Omyvatelnost a dezinfikovatelnost všech částí křesla		ANO	
		ANO	
Videořetězec			
USB HD kamera (kamerová jednotka integrovaná v kamerové hlavě) pro použití v medicíně, rozlišení min. 1280 x 960 pixelů		ANO	
"C-mount" výměnný adaptér pro připojení standardních vyšetřovacích rigidních i flexibilních optik		ANO	rozlišení 1280 x 960 pixelů F=28 mm
SW pro USB kameru s anti-moiré filtrem, vyvážení bílé barvy s paměťovou funkcí, manuální nastavení měřicího okna k regulaci jasu (3 velikosti), archivace		ANO	anti-moiré filtr, vyvážení bílé barvy s paměťovou funkcí, manuální nastavení měřicího okna k regulaci jasu (3 velikosti), archivace
"ALL IN ONE" PC, barevný monitor s dotykovou obrazovkou a úhlopříčkou min. 23", procesor min. INTEL Core i5 (příp. jeho ekvivalent), HDD min. 1TB, upevnění na pohyblivém rameni, vč. instalovaného operačního systému MS Windows 8 nebo výše, s možností připojení k počítačové síti		ANO	23", Core i5, HDD 1 TB, Windows 10, 8Gb RAM
Instalační práce a služby			
Požadována je dodávka tzv. "na klíč", tzn. musí obsahovat všechny související práce a služby, potřebné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky, zejména:		ANO	
v případě potřeby zajištění nezbytných stavebních úprav v místě plnění		ANO	
odpojení stávající obměňované techniky zadavatele od přívodů médií (el. energie, voda, odpad) a její transport do předem stanovených prostor v areálu ON Jičín a.s. dle požadavku zadavatele; stávající obměňovanou technikou zadavatele se v tomto případě rozumí ORL vyšetřovací jednotka ATMOS C31 vč. mikroskopu		ANO	
dodávka a instalace zařízení v místě plnění s připojením ke stávajícím přívodům médií (el. energie, voda, odpad)		ANO	
odvoz a likvidace veškerých obalových materiálů a odpadů, vzniklých ze stavebních i ostatních činností v rámci plnění veřejné zakázky		ANO	
výchozí elektrická revize všech dodaných a instalovaných elektrických zařízení, kterých se to týká		ANO	
provedení všech legislativně předepsaných zkoušek a měření, potřebných ke klinickému provozu		ANO	
prokazatelné zaškolení obsluhy v rozsahu, nezbytném pro plné využití zařízení		ANO	
uvedení zařízení do klinického provozu		ANO	
předání veškeré uživatelské dokumentace v tištěné i elektronické podobě zadavateli v min. rozsahu:		ANO	
- návod k obsluze v ČJ			
- protokoly o zkouškách a měřeních			
- kopie prohlášení o shodě, vydaných výrobcí, na všechny dodané stanovené výrobky		ANO	


předání kompletní funkční instalace bez vad a nedodělků zadavateli vč. vystavení a potvrzení předávacího protokolu poskytování záručního servisu na všechna dodaná zařízení po dobu min. 24 měsíců od oboustranného potvrzení předávacího protokolu	ANO	
po dobu záruky bezplatné provádění odborné údržby dle § 65 zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v rozsahu a intervalech dle doporučení výrobce	ANO	Záruka 60 měsíců.
po dobu záruky bezplatný update veškerého SW vybavení na aktuální verze	ANO	
další případné práce nebo služby, výše neuvedené, avšak nutné ke splnění předmětu plnění veřejné zakázky v plném rozsahu	ANO	
Zvláštní požadavky		
Zařízení včetně všeho příslušenství musí být instalováno ve stávajících prostorech ORL ambulance	ANO	
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřipustné.	ANO	
Součástí dodávky musí být seznam veškerého SW vybavení včetně jeho přesné specifikace, uvedení držitele autorských práv, předání licenčních certifikátů, licenčních čísel, licenčních ujednání apod.	ANO	
Uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během stavebních a instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytín, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je zhotovitel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	ANO	

Poznámka: Tyto čtyři listy budou přílohou č. 2 kupní smlouvy.

MUSPIMED, spol. s r.o.
ZDRAVOTNICKÁ TECHNICA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
DIČ: CZ00676853

V PRAZE dne: 19 - 11 - 2015


Jana Doubravová
(vč. razítka)

oprávněné jednat jménem či za uchazeče

DODAVATEL IČO : 00676853 DIČ : CZ00676853

HOSPIMED, spol. s r.o.

Malešická 2251/51

130 00 Praha 3

Tel.: 225001511

Fax 225001522

E-mail : hospimed@hospimed.cz

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 4

Bankovní spojení : 5274852/0800

ZÁKAZNÍK:
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512
50643 Jičín

Den vystavení 03.11.2015

Dodací lhůta Dle KS

Platební podmínky Dle KS

Záruční lhůta 60 měsíců

Platnost nabídky je do 30.12.2015

Nabídka na ORL vyšetřovací jednotka vč. příslušenství

Pozice	Název	kat. číslo	DPH	Množství	MJ	Cena bez DPH za MJ	Celkem bez DPH	Měna
001	Modula Europa	0100-30000	21%	1,00	ks	214 091,00	214 091,00	CZK
003	Držák na čelní lampu s automatickým vypínáním	0110-20080	21%	1,00	ks	8 474,44	8 474,44	CZK
004	Secretomatic - po každém odsátí je automaticky vše odsáto a vyčištěno	0120-10000	21%	1,00	ks	47 947,47	47 947,47	CZK
005	Hadícový proplachovací systém s automatickým čištěním sacích hadic	0120-30000	21%	1,00	ks	8 586,30	8 586,30	CZK
006	Vakuový regulátor	0120-50000	21%	1,00	ks	2 966,41	2 966,41	CZK
007	37 stupňů ohřátý vodní systém na proplach ucha	0130-10000	21%	1,00	ks	52 184,69	52 184,69	CZK
008	Malá miska proplachu s držákem	0130-50000	21%	1,00	ks	1 070,46	1 070,46	CZK
009	Tlakový vzduch včetně 3 rozprašovačů	0140-10000	21%	1,00	ks	36 573,89	36 573,89	CZK
010	Regulační ventil pro rozprašování	0140-50000	21%	1,00	ks	923,06	923,06	CZK
011	2 LED zdroje světla	0150-10600	21%	1,00	ks	39 027,01	39 027,01	CZK
012	Přehřívavý endoskopický toulec (1 kus) - pro optiky až 12mm Z původní celkové částky 604529,81 byla poskytnuta sleva 29,20% tj. 176539,00 .	0150-50010	21%	2,00	ks	3 389,77	6 779,54	CZK
014	Políčka na místo šuplíku	0110-21000	21%	1,00	ks	1,00	1,00	CZK
015	Microscope mount kit - vibration free pro KAPS	0110-70100	21%	1,00	ks	14 805,00	10 363,50	CZK
016	Univerzální mikroskop na ORL jednotku vč.příslušenství	SOM22-3	21%	1,00	ks	159 000,00	159 000,00	CZK
017	Čelní lampa	006-08372	21%	1,00	ks	24 908,00	17 435,60	CZK
018	Ohřívavé vrchní plochy pro instrumenty	0110-20020	21%	1,00	ks	8 663,00	6 064,10	CZK
019	Držák kamerové hlavy - magnet	0110-20082	21%	1,00	ks	756,00	756,00	CZK
020	Bipolární přístroj SMT ESU 60 BIPO s příslušenstvím	SMT	21%	1,00	ks	22 222,00	22 222,00	CZK
021	GOLEM ORL E	golem	21%	1,00	ks	39 990,00	39 990,00	CZK

Pozice	Název	kat. číslo	DPH	Množství	MJ	Cena bez DPH za MJ	Celkem bez DPH	Měna
022	Medicam Plus	9999	21%	1,00	ks	76 990,00	76 990,00	CZK
023	Dell Inspiron One Touch	9999	21%	1,00	ks	23 100,00	23 100,00	CZK
024	Rameno pro monitor	9999	21%	1,00	ks	2 500,00	2 500,00	CZK
025	Studený světelný kabel	0150-30000	21%	1,00	ks	6 284,00	4 398,80	CZK
026	Adaptér Storz, Wolf, Olympus	0150-31000	21%	1,00	ks	164,00	164,00	CZK

Součet 781 609,27 CZK

Celkem bez DPH 781 609,27 CZK

DPH 21% 164 137,95 CZK

Celkem s DPH 945 747,22 CZK

Při změně kurzu cizí měny (EUR, USD, CHF, SEK) vůči CZK o více než +/-5% (ČNB) si vyhrazujeme právo změny nabídnutých cen s ohledem na kurzový rozdíl

S uctivým pozdravem,

Zaluzanský Tomáš

e-mail: tomas.zaluzansky@hospimed.cz

tel.: 702 001 522



Příloha č.4: Seznam subdodavatelů a specifikace jednotlivých rozsahů plnění

Obchodní firma	BTL zdravotnická technika, a.s.
Sídlo:	Makovského náměstí 2, 616 00 Brno
IČ:	26884143
Plnění:	Více než 10%, Mikroskop KAPS

V Praze dne 19 -11- 2015

.....
Jana Doubravová jednatel

HOSPIMED, spol. s r.o.

ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA

130 00 Praha 3, Malešická 2251/51
Tel.: 225 001 511, Fax: 225 001 522
DIČ: CZ00676853



spol. s r.o.
lékařská a gastronomická technika

Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

Záruční a pozáruční servisní podmínky:

Poskytovaná záruční doba	Počet měsíců	60 měsíců
Záruční servis	Nástup na opravu v hod. od nahlášení	
	- v pracovních dnech	do 24 hodin
Pravidelné BTK 1x ročně	Po dobu záruky	ZDARMA
	Po záruce	2 600,-Kč/ 1ks ORL jednotky
Pozáruční servis	Nástup na opravu v hod. od nahlášení	
	- v pracovních dnech	do 24 hodin
Servis po dobu 10 let		
	Cena servisu v Kč/hod.	
	- v pracovních dnech	890,00 Kč/hod bez DPH
Doba na cestě		Není účtována
	Cestovné Kč/km :	12,50Kč/km bez DPH
Servisní organizace	Název a sídlo	Hospimed spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 Tel: 225 001 564, fax: 225 001 522
Náklady na provoz a údržbu:		
Garantujeme servisní podporu po dobu 10 let.		

Bc. Tomáš Zalužanský

Tel.: 00420 225 001 511, Fax: 00420 225 001 522, e-mail: hospimed@hospimed.cz, <http://www.hospimed.cz>
Bankovní spojení: česká spořitelna, Praha, číslo účtu 5274852/0800, IČO: 00676853, DIČ: CZ00676853

Jednatel: Ing. Radim Celecký, Ing. Věra Svobodová, Jana Doubravová
HOSPIMED, spol. s r.o. zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 16. listopadu 1990, oddíl C, vložka 480

Declaration of Conformity

We hereby confirm, that the products

ENT treatment unit „Modula mini“, REF: 0100-10000, Class IIa
ENT treatment unit „Modula Paris“, REF: 0100-20000, Class IIa
ENT treatment unit „Modula Europa“, REF: 0100-30000, Class IIa
ENT treatment unit „Modula Duo“, REF: 0100-40000, Class IIa

fulfill the requirements which are laid down in the guideline of the
Council for assimilation of law of the member states about medical products

- 93/42/EEC (2007/47/EEC)

This is declared in the name of the manufacturer

G. Heinemann Medizintechnik GmbH
Leibnizstraße 13-15
24568 Kaltenkirchen, Germany

Certified by:

MEDCERT Zertifizierungs- und Prüfungsgesellschaft für die Medizin GmbH
Pilatuspool 2 – 20355 Hamburg, Germany
Certificate-No.: 1224GB414120606, valid until 01. April 2017
Notified body ID: 0482

Declared by:

Mr. Frank Spillner
(Managing Director)

Kaltenkirchen, 01.11.2013

G. Heinemann
~~Medizintechnik GmbH~~
~~Leibnizstraße 13-15~~
~~24568 Kaltenkirchen~~
Tel. 04191 / 95 379 0
Fax 04191 / 95 379 55

Frank Spillner – Managing Director