

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zakázky:

"Obměna CT včetně příslušenství"

Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a předpokládaná cena zakázky

identifikační údaje zadavatele	Oblastní nemocnice Jičín a.s. sídlo: Bolzanova 512, 506 43 Jičín IČ: 260 01 551 zapsán v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vložka 2328 statutární orgán: Ing. Dana Kracíková, předsedkyně představenstva a ředitelka nemocnice, Ing. Josef Kubíček, místopředseda představenstva a provozně technický náměstek
zvolený druh zadávacího řízení	otevřené nadlimitní řízení
předpokládaná cena zakázky	13 233 000,- Kč
evidenční číslo veřejné zakázky	348498
evidenční číslo zakázky TED:	2013/S 057-093590

Odůvodnění

a) Účelnost veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu systému CT, tlakového injektoru a dodávka stavebních prací, souvisejících s plněním zakázky pro Oblastní nemocnici Jičín a.s.

b) Přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeče ve smyslu § 56, odstavec 1, písmeno a) předložením seznamu minimálně tří významných dodávek obdobných předmětu této veřejné zakázky, tedy dodávek obdobných zařízení včetně služeb s tímto spojených poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, a to bez omezení či předpisu výše finančního plnění. O řádném plnění požaduje zadavatel osvědčení objednatelů.

Požadavek na prokázání technických kvalifikačních předpokladů je stanoven nediskriminačně, tedy přiměřeně k velikosti dodávky, zákonným podmínkám a vede k výběru dodavatele, který bude schopen dodávku zrealizovat.

c) Vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele

Zadavatel stanovuje následující obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky:

- Doba plnění

Dodavatel je povinen uvést zařízení do provozu do 75 dnů od podpisu smlouvy.

- Záruční podmínky

Zadavatel stanovuje délku záruční doby na dodávku v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí zakázky. Součástí záručního servisu bude bezplatné provádění následujících činností:

- údržba, preventivní prohlídky a bezpečnostně - technické kontroly dle zák. č. 123/2000 Sb. v platném znění, v intervalech dle doporučení výrobce, včetně vystavení písemných protokolů
- reakční doba zhotovitele nejpozději do 12 hodin od nahlášení závady objednatelem, přičemž za zahájení opravy je považována i diagnostika závady prostřednictvím vzdáleného přístupu
- nástup servisního technika na opravu v místě plnění do 24 hodin v pracovních dnech od nahlášení závady objednatelem
- odstranění závady (tj. uvedení zařízení do plného provozu bez jakýchkoliv technických, diagnostických i jiných omezení) bez použití náhradního dílu v den nástupu na opravu
- odstranění závady (tj. uvedení zařízení do plného provozu bez jakýchkoliv technických, diagnostických i jiných omezení) s použitím náhradního dílu do tří pracovních dnů ode dne nástupu na opravu

- dodávky a instalaci všech náhradních dílů včetně rtg zářiče, který bude pokryt 100% zárukou v požadovaném období 24 měsíců (nelze uplatnit systém "pro rata")
- upgrade SW vybavení na aktuální verze

- **Smluvní pokuty**

Zadavatel požaduje, aby se dodavatel v návrhu smlouvy zavázal k poskytnutí smluvní pokuty pro případ prodlení s dodávkou a řádným a bezvadným plněním povinností týkajících se poskytované služby. Zadavatel požaduje za nesplnění termínu dodávky, prokazatelně zaviněné dodavatelem, minimální výši sankce 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Uchazeč je oprávněn navrhnout pokutu vyšší.

- **Platební podmínky**

Úhrada za dodávku a instalaci zařízení bude provedena na základě daňového dokladu, vystaveného po protokolárním předání a převzetí zakázky a uvedení systému do klinického provozu.

Splatnost daňových dokladů musí být minimálně 30 dnů od doručení faktury zadavateli. Uchazeč je oprávněn navrhnout delší dobu splatnosti.

- **Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídkovou cenou dodávky se rozumí cena, stanovená uchazečem za celý předmět plnění veřejné zakázky, vymezený zadavatelem v čl. 2.2. 3. a technickými podmínkami dle čl. 3 zadávací dokumentace a , v Kč bez DPH. Nabídková cena dodávky bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění celého předmětu veřejné zakázky – dodávky. Nabídková cena dodávky musí být uvedena v členění dle následující tabulky:

Zařízení	Cena bez DPH	Samostatně DPH	Celková cena s DPH
CT včetně příslušenství			

- **Podmínky překročení nabídkové ceny**

Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

Veškeré obchodní podmínky jsou stanoveny nediskriminačně, tedy přiměřeně k velikosti zakázky, zákonným podmínkám a vedou k získání dodavatele, který bude smluvně dostatečně vázán k dodávce zařízení.

d) Stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.

Zadavatel stanovil, že jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější bude zadavatelem ustanoven uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.

Jelikož zadavatel nepoužil hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídky, neodůvodňuje stanovení dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k jeho potřebám.

V Jičíně, 3. 5. 2013

Ing. Dana Kracíková,
předsedkyně představenstva a ředitelka nemocnice

Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512, 506 43 Jičín
tel. 493 582 111 ①