

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 2**Název veřejné zakázky:****Část veřejné zakázky:**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů, nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů. Přístroj musí splňovat minimální technické parametry specifikované zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Zadavatel upozorňuje, že u číselných technických parametrů je toleranční rozsah +/- 10% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostické a terapeutické využití).

V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně i technicky obdobných řešení.

Pokud je v technické specifikaci u parametru přístroje uveden požadavek na možnost přístroje, je tímto rozuměno schopnost přístroje vykonávat danou funkci v dodaném technickém provedení, tedy bez nutnosti dokoupení dalších komponentů, modulů, či příslušenství přístroje.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu, instalace, uvedení do provozu, instruktáže a dodání příslušné dokumentace, záručního servisu v délce 24 měsíců, dopravy a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.

Minimální technické požadavky:**PŘENOSNÝ ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ PRO ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ – 1 ks**

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota ANO/NE	Účastníkem nabízená skutečná hodnota
Specifikace		
Přenosný ultrazvukový přístroj s černobílým dopplerem	ANO	
Min. 15" LCD monitor s vysokým rozlišením	ANO	
PW pulsní doppler	ANO	
Micro scan zobrazení	ANO	
THI harmonické zobrazení	ANO	
Trapezoidní zobrazení	ANO	
Panoramatické zobrazení	ANO	

DICOM 3.0	ANO	
Kardiologický, GYN, OB, URL a další programy	ANO	
Současné měření EKG křivky	ANO	
3D zobrazení	ANO	
Možnost vlastních presetů a funkčních kláves	ANO	
Sondy	ANO	
Lineární sonda 5 – 12 MHz/46 mm	ANO	
Ostatní požadavky	ANO	
Nožní pedál	ANO	
Sonografický vozík	ANO	
Duplexní i Real Time triplexní	ANO	
CFM color doppler, DPI power doppler	ANO	
Černobílá tiskárna	ANO	