

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel: **Oblastní nemocnice Náchod, a.s.**
Sídlo: **Purkyňova 446, 547 01 Náchod**
IČ: **26000202**
DIČ: **CZ26000202**

Název veřejné zakázky:
„Nákup infuzní techniky pro pracoviště Broumov“

Evidenční číslo VZ přidělené ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-021116

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadavatel tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje pro infuzní pumpu rozsah rychlosti dávkování 1 - 1500 ml/h.

Peristaltická čerpadla infuzních pump technicky umožňují rychlosti v řádu několika litrů za hodinu, ale z hlediska fyziologické bezpečnosti nejsou vysoké rychlosti vhodné.

Dle doporučeného dávkování běžných léčivých přípravků je požadována rychlost dávkování v nižších stovkách mililitrů za hodinu, požadavek rozsahu rychlosti 1 - 1500 ml/h je z medicínského hlediska předimenzovaný.

Bude zadavatel akceptovat běžný rozsah rychlosti dávkování 1 – 1200 ml/h?

Odpověď na dotaz č. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat rozsah rychlosti dávkování 1 – 1200 ml/h. Tímto zadavatel upravuje Přílohu č. 2 ZD - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde se původně zadavatelem stanovený parametr u položky:

Infuzní pumpy musí mít rozsah dávkovací rychlosti minimálně 1 – 1.500 ml / hod.	ANO	
---	------------	--

zcela nahrazuje parametrem novým:

Infuzní pumpy musí mít rozsah dávkovací rychlosti minimálně 1 – 1.200 ml / hod.	ANO	
---	------------	--

Přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace je aktuální / platná Příloha č. 2 ZD.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje pro infuzní pumpu možnost použití infuzních setů se silikonovým segmentem bránící samovolnému průtoku infuze při nečinnosti infuzní pumpy a dobou použitelnosti 72 hodin.

Mohl by prosím zadavatel blíže specifikovat tento požadavek?

Požaduje zadavatel možnost použití infuzního setu se silikonovým segmentem s dobou použitelnosti alespoň 72 hodin s integrovanou svorkou bránící samovolnému průtoku infuze při vyjmutí setu z infuzní pumpy?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel trvá na svém požadavku, avšak bude akceptovat možnost použití infuzního setu se silikonovým segmentem s dobou použitelnosti alespoň 72 hodin s integrovanou svorkou bránící samovolnému průtoku infuze při vyjmutí setu z infuzní pumpy.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 24.8.2017 PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK. NABÍDKY SE PODÁVÁJÍ DO 9.10.2017 DO 12:30 HODIN. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK BUDE NÁSLEDOVAT IHNEDE PO SKONČENÍ TÉTO LHŮTY. OSTATNÍ INFORMACE ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNY.

V Náchodě dne 24.8.2017



Ing. Ivana Urešová, MBA
předsedkyně představenstva
Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

