

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
19

Kupní smlouva č. 336/130/2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2079 a násl. a § 1764 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

Juárezova 1071/17, Praha 6 - Bubeneč 160 00

IČ: 25099019

DIČ: CZ25099019

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 000166-0800060853/0300

Jednatel: Pavel Hanuš, předseda představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4492

Na straně jedné (dále jen „**Prodávající**“)

a

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446

547 69 Náchod

IČ: 26000202

DIČ: CZ26000202

Jednatel: Ing. Ivana Urešová, MBA - předsedkyně představenstva

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333

Na straně druhé (dále jen „**Kupující**“)

(Prodávající a Kupující společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je dodávka, instalace a uvedení do provozu, zaškolení 1 ks ultrazvukového přístroje pro ARO oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s., pracoviště nemocnice Rychnov nad Kněžnou typ: HITACHI model F37, jejichž přesná technická specifikace včetně příslušenství je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy, tvořící nedílnou součást této smlouvy, dále jen „Zboží“.
2. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Předmět smlouvy dodat Kupujícímu, nainstalovat jej a uvést do provozu, a Kupující se zavazuje za níže v této Smlouvě uvedených podmínek Předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj Kupní cenu.
3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání zboží:
 - návod k ovládání Zboží v českém jazyce (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě na CD/DVD ve formátu *.doc, *.rtf, nebo *.pdf),
 - 1x originální návod (možnost na CD/DVD)
 - 1x kompletní servisní manuál (možno na CD, DVD nosiči)
 - ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce.

II.

Kupní cena, Cena za dopravu a platební podmínky

1. Kupní cenu za Předmět smlouvy smluvní strany sjednaly ve výši **444.100,- Kč** bez DPH (slovy „čtyřistačtyřicetčtyřitisícstokorun“) (dále jen „Kupní cena“). Ke Kupní ceně bude účtována DPH ve výši dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
2. Sjednaná kupní cena zahrnuje kromě Zboží jeho dopravu, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, provedení funkční zkoušky, instruktáž obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá, bezpečnostně technické kontroly v průběhu záruční doby (vč. materiálu).
3. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě daňového dokladu – faktury vystavené Prodávajícím se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli, které nesmí předcházet předání Předmětu smlouvy.
4. Za okamžik zaplacení Kupní ceny smluvní strany považují den, kdy bude částka uvedená na faktuře připsána na účet Prodávajícího.
5. Faktura bude Kupujícímu zaslána v elektronické podobě na adresu: fakturace@nemocnicenachod.cz

III.

Dodací podmínky

1. Smluvní strany sjednaly, že Zboží bude dodáno do Místa dodání, kterým je **ARO oddělení Oblastní nemocnice Náchod, pracoviště nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou 516 23.** (dále jen „Místo dodání“).

K přechodu nebezpečí škody na Zboží přechází okamžikem dodání Zboží do Místa dodání dle odstavce 1. tohoto článku této Smlouvy, tedy v době dodání na konkrétní pracoviště dle pokynu Kupujícího. Dokladem o dodání Zboží je dodací list s označením Kupujícího a Prodávajícího, typu a množství Zboží a s uvedením data dodání.
2. Prodávající je povinen dodat Zboží do Místa dodání nejpozději do 6 týdnů od účinnosti kupní smlouvy. V případě, že Prodávající nesplní termín dodávky je Kupující oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý byť započatý den prodlení, tím však není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody.
3. Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží tři pracovní dny před plánovaným termínem dodání, a to paní Martě Francové a písemně na e-mail: francova.marta@nemocnicenachod.cz. Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Zboží převzít.
4. Součástí dodání Zboží je i provedení instalace Zboží v místě plnění a předvedení funkční zkoušky Zboží za přítomnosti zástupce ARO odd. prim. MUDr. Marcela Maršíka a zástupce odd. zdravotnické techniky Kupujícího a provedení instruktáže dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepiší a podepiší při dodání předávací protokol (protokol o předání a převzetí Zboží). Prodávající i Kupující jsou oprávněni v protokolu o předání a převzetí Zboží uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv (i zjevných) vad do protokolu o předání a převzetí Zboží neomezuje Kupujícího v právu oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby.

IV.

Záruka za jakost, záruční servisní služby zahrnuté v rámci kupní ceny

1. Záruční doba se sjednává v trvání **24 měsíců** (dále jen „Záruka“) a počíná běžet dnem podpisu Protokolu o uvedení zboží do provozu. Záruka se vztahuje na Zboží, veškeré náhradní díly, práci a výjezd servisního technika. Záruka se nevztahuje na závady způsobené svěvolným nebo neodborným zacházením, závady způsobené v důsledku chybné obsluhy nebo úpiného poškození Zboží v důsledku zásahu vyšší mocí (např. požáru, povodně apod.). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, projeví-li se vada v průběhu po této době do 24ti měsíců (tedy od sedmého měsíce včetně do konce záruční doby), platí vyvratitelná právní domněnka, že se na danou vadu záruka vztahuje. Prodávající nese důkazní břemeno při prokázání opaku (resp. při prokázání svévolné, neodborné manipulace, apod.). Prodávající je odpovědný za škody způsobené vadou výrobku, jakož i vadnou instalací a uvedením zboží do provozu.
2. Záruční servis provádí na území České republiky společnost Prodávajícího.
3. Záruční servis je prováděn po nahlášení závady na dispečinku servisního oddělení Prodávajícího, a to v pracovních dnech, přičemž nahlášení je možné učinit na tel. 221 595 135 nebo tel. 734 178 209. V případě, kdy oprava nebude nezbytně vyžadovat odeslání zboží do servisního střediska, bude oprava provedena formou výjezdu servisního technika do místa instalace zboží, a to nejpozději do 24 hodin po nahlášení. V případě, že oprava bude vyžadovat odeslání zboží do servisního střediska, zajistí tuto dopravu na své náklady prodávající, vč. odborné deinstalace a odpojení zboží ve výše uvedené lhůtě.
4. Prodávající se zavazuje bezplatně provádět pravidelné kontroly, preventivní péči, kalibrace, nastavení, aktualizaci vč. obvyklého vylepšení zařízení nutného s ohledem na vývoj systému, do kterého je případně zařízení začleněn, pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly dle ust. § 65 zákona č.268/2014 Sb., tedy údržbu předmětu smlouvy (BTK) dle četnosti uvedených výrobcem a požadovaných či doporučených výkonů včetně nainstalování spotřebního materiálu a náhradních dílů a to po celou dobu záruční doby, která je uvedena v odstavci 1 tohoto článku.

VI.

Odstoupení od Smlouvy, ukončení smlouvy

1. Smluvní strany mohou od této Smlouvy odstoupit ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů, které jsou v této Smlouvě výslovně uvedeny jako podstatné porušení smluvních povinností a smluvní strana, která neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a jejichž neplnění představuje podstatné porušení smluvních povinností dle této Smlouvy, byla na jejich neplnění písemně upozorněna druhou smluvní stranou s varováním, že pokud ve stanovené lhůtě tyto nedostatky neodstraní, odstoupí druhá smluvní strana od této Smlouvy. Lhůta, která má být stanovena k nápravě stavu jednou smluvní stranou druhé smluvní straně nesmí být kratší než 7 pracovních dnů a delší než 14 pracovních dnů ode dne doručení upozornění. Smlouva v takovém případě zaniká okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že za porušení podstatných povinností bude považováno zejména prodlení Kupujícího s úhradou jakékoliv částky dle této Smlouvy či prodlení Prodávajícího s dodáním zboží obojí delším jak 30 dnů a prodlení Prodávajícího s Uvedením zboží do provozu delším jak 10 dnů.

VII.

Důvěrné informace, mlčenlivost

1. Žádná smluvní strana této Smlouvy neprozradí žádné osobě, ani nepoužije nebo nevyužije pro jakýkoli účel žádné informace týkající se podnikatelské činnosti, jež získá nebo již získala („Informace důvěrného charakteru“) při realizaci této Smlouvy o druhé smluvní straně.

2. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost také o všech skutečnostech, jejichž vyjádření třetí osobě by mohlo přivodit druhé smluvní straně, případně osobám jednajícím s touto smluvní stranou ve shodě, nebo jejím zaměstnancům újmu. Povinnost mlčenlivosti platí pro smluvní strany i po skončení platnosti této Smlouvy, a to po celou dobu, kdy je takové porušení povinnosti mlčenlivosti způsobilé přivodit druhé smluvní straně újmu.
3. Výše uvedené povinnosti neplatí v případě plnění povinností Kupujícího vyplývajících ze zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím či jiné obdobné zákonné povinnosti (dle z.č. 137/2006 Sb., atd.).

VIII. Obchodní tajemství

Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy a veškeré skutečnosti v ní uvedené zveřejněny, a to včetně výše ceny, způsobu, místa a času plnění předmětu smlouvy.

Smluvní strany tedy prohlašují, že žádná část smlouvy **nenaplňuje** znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Registr smluv

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Oblastní nemocnice Náchod, který/á současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

VIII. Řešení sporů

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným obecným soudem strany žalovaného.

IX. Salvatorská doložka

Pro případ, že by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neplatným, popřípadě neúčinným, zůstává tím platnost příp. účinnost ostatních ustanovení této smlouvy nedotčena. Neplatné resp. neúčinné ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, aby bylo co nejvíce dosaženo hospodářského účelu této smlouvy zamýšlenému jejími účastníky.

X. Zástupci smluvních stran

1. Zástupci smluvních stran oprávnění jednat za smluvní strany jsou tyto osoby:

Kupující:

Zástupce pro technické záležitosti: Petra Dolková

email: dolkova.petra@nemocnicenachod.cz
Zástupce pro smluvní záležitosti: Ing. Ivana Urešová, MBA, předsedkyně představenstva

Prodávající:

Zástupce pro technické záležitosti: Bořek Kamil Bc, oblastní manažer prodeje divize ZT
email: borek@promedica-praha.cz, tel. 603 577 106

Zástupce pro smluvní záležitosti: Pavel Hanuš, předseda představenstva

Prodávající i Kupující jsou povinni neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o případných změnách v osobě svého odpovědného pracovníka a jakýchkoli jiných údajů podstatných pro vzájemné poskytování si informací.

XI. Doručování

1. Pro účely této Smlouvy se písemnou komunikací mezi Prodávajícím a Kupujícím rozumí komunikace prostřednictvím korespondence zasílané prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím e-mailu i telefaxu.
2. Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoliv jiných materiálů druhé smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé smluvní straně, na které je běžně přijímána korespondence resp. adresa uvedená v záhlaví této Smlouvy. E-maily se považují za doručené, pokud je doručení potvrzeno druhou smluvní stranou prostřednictvím automatického potvrzování odpovědi. Fax se považuje za doručený, je-li adresován jednatelem, zástupci nebo zplnomocněnému zástupci smluvní strany a vysílacím přístrojem je vydána potvrzenka o jeho úspěšném přenosu. Všechny zprávy a komunikace, na něž druhá smluvní strana reaguje, se považují za doručené.
3. Pro účely této Smlouvy se dnem doručení považuje: a) nejpozději třetí den uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě v případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl; b) při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím této písemnosti.

XII. Závěrečná ustanovení


1. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom jejím vyhotovení obdrží každý účastník této Smlouvy po jejím podpisu.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možno provádět pouze písemnými chronologicky očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Cenová nabídka
5. Veškerá ustanovení této Smlouvy a výkony v jejím rámci prováděné se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
6. Prodávající podpisem této smlouvy vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech podmínek tohoto smluvního vztahu.

7. Prodávající souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů (název společnosti, sídlo, IČO), konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
8. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují osobně nebo doporučenou poštou, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Povinnost smluvní strany doručit písemnost doporučeně druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi doručí proti podpisu. V případě nedoručení nabývá odstoupení od smlouvy účinnosti třetí den po prokazatelném odeslání oznámení o odstoupení na adresu druhé smluvní strany.
9. Každá smluvní strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně jakékoliv změny svých kontaktních osob a jakoukoliv změnu své doručovací adresy, jakož i sídla, a to formou doporučeného dopisu podepsaného osobou oprávněnou zastupovat příslušnou stranu. Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně uvedených údajů bez nutnosti uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí a souhlasí s ním. Smluvní strany rovněž prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, pravou a úplnou vůli, prostou omylu a že tuto smlouvu neuzavírají v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.


V Praze dne 23-11-2017


V Náchodě dne 9. 11. 2017

Prodávající:


PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Karežova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 223099019
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Pavel Hanuš
předseda představenstva

Kupující:


Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Ing. Ivana Uřešová, MBA
předsedkyně představenstva



PŘÍLOHA Č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

odrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky) – část 1

veřejné zakázky: Pořízení ultrazvukového přístroje
 veřejné zakázky: 1 – přístroj pro ARO oddělení, pracoviště Rychnov n. K.

žadatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů, nepřipouští možnost
 vyřazení repasovaných přístrojů. Přístroj musí splňovat minimální technické
 podmínky specifikované zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Zadavatel
 dále uvádí, že u číselných technických parametrů je toleranční rozsah +/- 10% za
 splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostické a terapeutické
 účely).

žadatel, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy
 na konkrétní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb,
 platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné,
 ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro
 účely veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně i technicky obdobných řešení.

žadatel je v technické specifikaci u parametru přístroje uveden požadavek na možnost
 přístroje, je tímto rozuměno schopnost přístroje vykonávat danou funkci v dodaném
 technickém provedení, tedy bez nutnosti dokoupení dalších komponentů, modulů, či
 úslužnosti přístroje.

předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení včetně základního
 úslužnosti a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu,
 instalace, uvedení do provozu, instruktáže a dodání příslušné dokumentace,
 úslužního servisu v délce 24 měsíců, dopravy a dále dle ostatních podmínek
 zadávací dokumentace.

Minimální technické požadavky:**ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ VYŠŠÍ TŘÍDY PRO ARO ODDĚLENÍ – 1 ks**

Popis parametru	Zadavatelem požadovaná hodnota ANO/NE	Účastníkem nabízená skutečná hodnota
Specifikace přístroje		
Moderní ultrazvukový přístroj	ANO	ANO
Střední třídy	ANO	ANO, 745 sn./s
Maximální dosažitelná obrazová frekvence až 700 snímků za sekundu	ANO	ANO
Vysoká rozlišovací schopnost	ANO	ANO
Kvalitní zobrazení ve všech režimech na všech sondách	ANO	ANO, 17" high resolution SXGA: 1280x1024 pix
TFT monitor min. 17" s vysokou rozlišovací schopností, výškově	ANO	

avitelný, s možností otáčení a lánění	ANO	ANO, 3
n. 3 aktivní sondové konektory	ANO	ANO
arevné dopplerovské mapování	ANO	ANO
nergetický doppler	ANO	ANO, CW: -15.9 - 0 a 0 - +15.9 m/sec
ysoce citlivý a kvalitní kontinuální W Doppler dosahující rychlost in. 15m/s	ANO	ANO, Extended Field of View Software
panoramatické skenování na onvexní a lineární sondě	ANO	ANO, DICOM Network communication software
Připojení na PACS v mezinárodním medicínském standardu DICOM 3	ANO	ANO
Boční chránič kabelů	ANO	ANO
Natáčení operačního panelu až o 90°	ANO	ANO
Rychlé přepínání aplikačních programů	ANO	ANO
Podsvícení aktivních kláves v závislosti na aktuálním režimu přístroje	ANO	ANO, 12-bit A/D converter, 4096 stupňů šedé
Vybavení 12 bitovým analog/digitálním převodníkem, 4096 stupňů šedi	ANO	ANO, 65 kg
Max. váha do 65 kg	ANO	ANO
Tichý chod přístroje	ANO	ANO, 900VA vč. příslušenství
Celkový příkon zařízení vč. příslušenství max. 900 VA	ANO	ANO, 43 cm
Šířka přístroje max. 43 cm	ANO	ANO
Možnost plynulé změny gainu i kontrastu i na zmraženém obraze	ANO	ANO, Steered Linear scanning, Max. +/-15°
Možnost steerování výšece barevného Dopplera u lineární sondy v rozsahu +/- 15°	ANO	
Pracovní režimy		
Černobílý 2 d obraz	ANO	ANO
Možnost přepínání dominantní frekvence ve 4 stupních na všech sondách	ANO	ANO, 4
Možnost rotace B obrazu po 90° na monitoru	ANO	ANO
Při rozdělení obrazovky B/D bude B obraz a Dopplerovská křivka vedle sebe, nikoliv nad sebou	ANO	ANO
Automatická korekce úhlu při Dopplerovském vyšetření	ANO	ANO, do 80°, přednastavitelná
Úhlová korekce v 80 °, programovatelná, přednastavitelná	ANO	ANO, Image Optimizer
Jednotlačítková automatická		

alizace pro B obraz a natická optimalizace dopplerovské křivky		
ode	ANO	ANO
omický M mode s libovolně itelnou rovinou řezu v reálném e – min. 3 roviny řezu	ANO	ANO, Free Angular M-mode function software
litní a rychlý triplexní režim (časně B obraz, color flow, ktrální doppler)	ANO	ANO
učasné zobrazení B mode s color w a živého M mode s barevným apováním a živého spektrálního dopplera	ANO	ANO
alší způsob vysoce přesného arevného dopplerovského názornění prokrvení tkáně a rgánů s eliminací šumu, zejména ro extrémně pomalé a slabé toky (ine Flow, eFlow, apod.)	ANO	ANO, Directional eFLOW mode, eFlow Mode
současně zobrazení černobílého obrazu a téhož obrazu s barevným mapováním v reálném čase DDD	ANO	ANO, DDD (Dual Dynamic Display)
Compoud zobrazení s možností sklonu 5-15 ° v intervalu 5 ti °	ANO	ANO, Spatial Compound Imaging, 5-15°, po 5°.
Software na redukci speklí a zvýrazňování rozhraní (AIP, Nano View apod.)	ANO	ANO, Adaptive Image Processing (AIP)
Zoom na živém i zmraženém obrazu s možností jeho plynulého posouvání na monitoru	ANO	ANO, Write zoom, Read zoom
Panoramatické skenování na konvexní i lineární sondě	ANO	ANO, Extended Field of View Software
45 spektrálních programů pro speciální klinické či uživatelské aplikace	ANO	ANO, 45 separátních programů nastavitelných uživatelem
Sondy	ANO	
Lineární elektronická sonda 4-13 MHz s aktivní plochou délky do 39 mm, s možností zobrazení v trapezoideálním režimu	ANO	ANO UST-5413 4-13MHz, 38mm Linear
Konvexní elektronická sonda 2-6 MHz k vyšetřování orgánů dutiny břišní a retroperitonea, přepínání dominantní frekvence ve 4 stupních jak v základním, tak i harmonickém zobrazení	ANO	ANO UST-9123 1-6 MHz, 60°, 60mmR Convex (Harmonic Echo Imaging)

nízkofrekvenční sonda pro ovávání srdce i břicha kostního přístupu, odstupu ních tepen, TCD vyšetřování ova okruhu apod.	ANO	ANO, UST-5299 1-5 MHz, 90° Phased Array (Harmonic Echo Imaging)
nny sondy musí být lehké a e uchopitelné do ruky, aby cházelo k únavě ruky lékaře	ANO	ANO
tní požadavky	ANO	
obilý videoprinter, USB disk, ní HDD	ANO	ANO
žitelný prostor na HDD pro udání obrázků nejméně 230GB	ANO	ANO, využitelný prostor na HDD = 235 GB
pojení na PACS v mezinárodním dicínském standardu DICOM 3	ANO	ANO, DICOM Network communication software
žnost přímého tisku obrázků a ortů na běžné PC tiskárně	ANO	ANO, umožňuje
žnost připojení na pracovní anici pro archivaci a tisk nogramů – xVision- SONO	ANO	ANO, umožňuje

Praze dne 8.9.2017

PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Juarezova 17, 150 00 Praha 6
DIČ: CZ26899019
Zapsaná u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 4432

Pavel Hanuš, předseda představenstva

84

Podrobná technická specifikace předmětu nabídky – technický list nabízeného přístroje / další doklady k nabízenému zboží vloženy účastníkem pod bodem e) obsahu nabídky dle požadavku zadavatele – Technické podmínky k výrobku /

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod, Purkyňova 446, 547 01 Náchod

Název veřejné zakázky: Pořízení ultrazvukového přístroje

Část veřejné zakázky: 1 – přístroj pro ARO oddělení, pracoviště Rychnov n. K.

Předmětem nabídky je dodávka nového ne-přenosného ultrazvukového systému střední třídy HITACHI F37 pro ARO oddělení, pracoviště Rychnov n. K.

Předmětem nabídky je ultrazvukový přístroj HITACHI model F37 v konfiguraci:

A F37-17	Digitální, barevný Ultrazvukový systém se 17" LCD Monitorem
	Uživatelsky přívětivý a plněfunkční a vysoce ergonomických systém s jednoduchou obsluhu a kvalitním obrazem vyšetření
	Semi-CPWG (Compound Pulse Wave Generator)
	Multi processing high-speed digital beam former
	Broadband Harmonics by Quasi Compound Impulse
	Waveform Transmission
SOP-F37-1	Extended Field of View Software – Panoramatiské skenování
SOP-F37-5	Free Angular M-mode function software – Anatomický M mode
SOP-F37-10	DICOM Network communication software
SOP-F37-22	Spatial Compound Imaging software
SOP-F37-24	AIP Software – adaptive Image Processing
MP-FX-F37-1	Upevnění monochromatické tiskárny
UST-9123	Ultrazvuková sonda: 2-6 MHz 60° 60R Convex (Harmonic Echo Imaging)
UST-5413	Ultrazvuková sonda: 4-13, MHz 38mm Linear
UST-5299	Ultrazvuková sonda: 1-5 MHz 90°
UP-X898MD	Phased Array (Harmonic Echo Imaging)
	Digital SONY B/W Printer – monochromatická termotiskárna

Nabízený přístroj splňuje a překračuje požadavky zadavatele podle technické specifikace zadávací dokumentace.

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACHI F37 svou konstrukcí a určením splňuje požadovaný medicínský účel, jedná se o přístroj nejvyšší třídy určený pro běžnou ultrasonografii a ARO.

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACHI F37 splňuje:

Specifikace přístroje:

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 je moderní ultrazvukový přístroj střední třídy. Maximální dosažitelná obrazová frekvence ultrazvukového přístroje HITACHI F37 je až 745 snímků za sekundu

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 má vysokou rozlišovací schopnost.

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 má kvalitní zobrazení ve všech režimech na všech sondách

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 má TFT monitor 17" high resolution SXGA: 1280x1024 pix, výškově stavitelný, s možností otáčení a sklánění.

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 má 3 aktivní sondové konektory.

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje Barevné dopplerovské mapování
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje Energetický doppler
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 má vysoce citlivý a kvalitní kontinuální CW
 Doppler dosahující rychlost CW: $-15.9 - 0$ a $0 - +15.9$ m/sec.
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje panoramatické skenování na
 konvexní a lineární sondě (Extended Field of View Software)
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje připojení na PACS v mezinárodním
 medicínském standardu DICOM 3 (DICOM Network communication software)
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 má boční chránič kabelů.
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje natáčení operačního panelu až o 90°
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje rychlé přepínání aplikačních
 programů
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje podsvícení aktivních kláves v
 závislosti na aktuálním režimu přístroje.
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 má 12-bit A/D converter, 4096 stupňů šedé.
 Hmotnost nabízeného ultrazvukového přístroje HITACHI F37 je 65 kg.
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 má tichý chod
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 má celkový příkon zařízení vč. příslušenství
 max. 900 VA
 Šířka nabízeného přístroje HITACHI F37 je 43 cm
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje plynulou změnu gainu i kontrastu i na
 mraženém obraze.
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje steerování výseče barevného
 Dopplera u lineární sondy v rozsahu $\pm 15^\circ$ (Steered Linear scanning, Max. $\pm 15^\circ$)

Pracovní režimy

Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje černobílý 2D obraz.
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje přepínání dominantní frekvence ve 4
 stupních na všech sondách.
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje rotaci B obrazu po 90° na monitoru.
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje zobrazení kdy při rozdělení obrazovky
 D bude B obraz a Dopplerovská křivka vedle sebe, nikoliv nad sebou.
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje Automatickou korekci úhlu při
 Dopplerovském vyšetření.
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje úhlová korekci do 80° ,
 programovatelná, přednastavitelná.
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje jednotlačítkovou automatická
 optimalizace pro B obraz a automatická optimalizaci Dopplerovské křivky (Image Optimizer)
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje zobrazení M mode
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje Anatomický M mode s libovolně
 měnitelnou rovinou řezu v reálném čase – 3 roviny řezu (Free Angular M-mode function
 software)
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje kvalitní a rychlý triplexní režim (s
 současně B obraz, color flow, spektrální doppler).
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje současné zobrazení B mode s color
 flow a živého M mode s barevným mapováním a živého spektrálního Dopplera.
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 obsahuje další způsob vysoce přesného
 barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů s eliminací šumu, zejména
 o extrémně pomalé a slabé toky (Directional eFLOW mode, eFlow Mode)
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje současné zobrazení černobílého
 obrazu a téhož obrazu s barevným mapováním v reálném čase DDD (Dual Dynamic Display)
 Nabízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje Compound zobrazení s možností
 lonu Spatial Compound Imaging, $5-15^\circ$, po 5° .

abízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 obsahuje software na redukci specklí a
 ýrazňování rozhraní - Adaptive Image Processing (AIP)
 abízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje Zoom na živém i zmraženém obraze
 možnost jeho plynulého posouvání na monitoru - Write zoom, Read zoom
 bízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje Panoramatické skenování na
 nvexní i lineární sondě - Extended Field of View Software
 bízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje nastavení až 45 separátních
 gramů nastavitelných uživatelem a 33 programů nastavených výrobcem.

dy součástí nabídky:

ární elektronická sonda 4-13 MHz s aktivní plochou délky do 39 mm, s možností
 razení v trapezoideálním režimu
UST-5413: 4-13MHz, 38mm Linear,
 stupné funkce: EFV, eFlow, SCI, Trapezoid, BbH, Needle Emphasis
 zvukové frekvence:

VI mode: 5.00/7.27/10.0/13.3 MHz
 5.00/5.71/7.27/8.00 MHz

ler a Flow:

4.44/5.00/5.71/6.15 MHz
 4.44/5.00/5.71/6.67 MHz



UST-5413

Small parts & PV

4-13 MHz

38 mm

kní elektronická sonda 2-6 MHz k vyšetřování orgánů dutiny břišní a retroperitonea,
 ání dominantní frekvence ve 4 stupních jak v základním, tak i harmonickém zobrazení
UST-9123, 1-6 MHz, 60°, 60mmR, Convex (Harmonic Echo Imaging)
 né funkce: EFV, eFlow, SCI, BbH
 ukové frekvence:

mode: 3.08 /4.00/5.00/5.71

.82/2.00/2.11/2.50MHz

, Flow:

1/2.50/ 3.08/3.64 MHz

1/2.50/ 3.08/3.64 MHz



UST-9123

Abdomen, OB/GYN

1-6 MHz

60 deg./60 mmR

ízkofrekvenční sonda pro vyšetřování srdce i břicha z interkostálního přístupu,
 enálních tepen, TCD vyšetřování Willisova okruhu apod.
UST-15, 1-5 MHz, 90°, Phased Array (Harmonic Echo Imaging)

funkce: THE, TDI, eFlow, CW, BbH


ové frekvence:

le: 2.11/2.50/3.08/3.64 MHz

: 1.82 MHz

low:

w:2.00/2.50/3.08/3.64 MHz
f: 2.00/2.50/3.08/3.64 MHz
f: 2.00 MHz



UST-5299

Cardiology

1-5 MHz

90 deg.

echny sondy jsou a dobře uchopitelné do ruky, aby nedocházelo k únavě ruky lékaře

atní požadavky

mobílí videoprinter UP-X898MD Digital SONY B/W Printer – monochromatická
notiskárna – vč.Fixture MP-FX-F37-1 je součástí nabídky.
řízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje použití USB disků,
řízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 obsahuje interní HDD
užitečný prostor na HDD pro ukládání obrázků je 235GB
řízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 umožňuje připojení na PACS v mezinárodním
dicínském standardu DICOM 3 - DICOM Network communication software
řízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 podporuje možnost přímého tisku obrázků a
ortů na běžné PC tiskárně
řízený ultrazvukový přístroj HITACH F37 podporuje možnost připojení na pracovní stanici
archivaci a tisk sonogramů – xVision- SONO.
řízený přístroj je nový, nepoužitý.

ACHI model F37 ultrazvukový přístroj:

KLADNÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU:

- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 je nepřenosný ultrazvukový systém, lehce pojízdný a manévrovatelný.
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 má jednoduchou obsluhu a snadnou dezinfekci (sond, ovládacího pultu atd.)
- Šíře ultrazvukového přístroje HITACHI F37 je 43 cm, hmotnost 65 kg
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 má 128kanálů, dynamický rozsah 210dB, je plně digitální, frekvenční rozsah 1-18 MHz
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 má 17" LCD monitor s vysokým rozlišením SXGA: 1280 X 1024 a velkým pozorovacím úhlem a poměrem stran 4:3 (bez dotykového ovládání), výškově stavitelný, s možností otáčení a sklánění
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje výměnu sond za provozu
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje současné připojení 3 ultrazvukových sond
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 má uživatelsky modifikovatelné vlastní přednastavení (presety)
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje automatickou optimalizaci obrazu pro: B-mód, PW Doppler a CW Doppler
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelný v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze, možnost celkového náhledu na scanovanou oblast
Read Zoom 16 step
Write Zoom 6 step

Image zoom

- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje měření, úpravu gain a kontrastu na živém i zmraženém obraze
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 má podsvícení aktivních kláves v aktuálních režimech zobrazení.
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje trapezoidní zobrazení na lineárních sondách.
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje steering na lineárních sondách
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje programové nastavení sond dle vyšetřované oblasti
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje uživatelská nastavení pro jednotlivé sondy
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 má dosažitelnou hloubku zobrazení 0,5-40cm

A A KONEKTIVITA

- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje připojení k síti LAN
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje export dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD)
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje export dat v běžných počítačových formátech Jpeg, AVI, MPEG4, TIFF, BMP
- Součástí nabídky je interní HDD pro archivaci dat (velikost prostoru pro obrazová data = 235 GB)
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 má interní paměťovou smyčku 12800 obr
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje upravování uložených snímků a smyček
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 má interní integrovanou patientskou databázi s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček do této patientské databáze
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje tisk obrazů a reportů na běžnou tiskárnu
- Součástí nabízeného přístroje je DICOM Network communication software

A KALKULACE

- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 obsahuje SW vybavení pro kardiologická a radiologická měření a kalkulače
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje uživatelské programovatelné kalkulače
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 zahrnuje HPRF pro měření velkých rychlostí.
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje zobrazování TCD

RAZOVACÍ MÓDY:

- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje M-mód
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje anatomický M-mód
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje barevný směrový Doppler s možností automatické optimalizace
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje výkonový Doppler s možností automatické optimalizace

- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) Dopplera, uspořádání vedle sebe/nad sebou s možností změny poměru zobrazení
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace v uspořádání vedle sebe/nad sebou s možností změny poměru zobrazení
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje kontinuální CW Doppler s možností automatické optimalizace v uspořádání vedle sebe/nad sebou s možností změny poměru zobrazení
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje harmonické zobrazení na všech sondách, THI
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje pulsní inverzní harmonické zobrazení
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje TDI
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje duplexní a triplexní mód v reálném čase
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje redukci ultrazvukových speklí
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje kompaundní zobrazení nastavitelné v několika úrovních
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 má další možnost barevného zobrazení krevního průtoku tkání a orgánů, vyšším rozlišením a obrazovou rychlostí eFlow
- ultrazvukový přístroj HITACHI F37 umožňuje bioptický mód pro lepší zobrazení kontur jehly – Needle emphasis

Předmětem nabídky je vysoce kvalitní ultrazvukový skener střední třídy, barevný, plně digitální, z produkce výrobce **Hitachi model F37**. Nabízený ultrazvukový přístroj obsahuje píčkové technologie Hitachi-Aloka: Dual Dynamic Display (DDD), Data Management, Trapezoidal Scan, Broadband Harmonics (BhH), Adaptive Image Processing (AIP), Spatial Compound Imaging (SCI), High frame rate zoom, High performance LCD monitor a je vhodný pro běžná i specializovaná vyšetření. 17" LCD monitor, 3 aktivní konektory pro připojení sond. Součástí nabídky jsou ultrazvukové sondy.

Předmětem nabídky je univerzální, mobilní UZ skener střední třídy, splňující veškeré nároky na běžné diagnostické zobrazování v radiologii, MSK, endokrinologii, gynekologii, urologii, kardiologii atd. Jedná se o malý a jednoduše ovladatelný přístroj s plnou funkční výbavou v kompaktním systému se snadnou obsluhou a vysokou ergonomií. Má jednoduché intuitivní rozložení prvků na ovládacím panelu a umožňuje získání vysoce kvalitních diagnostických obrazů pomocí jednoduchých uživatelských postupů. Uživatelské prostředí a použité technologie jsou v mnoha ohledech shodné s modely z vyšších řad UZ systémů. Všechny funkce pro zobrazení, postprocessing, měření a vyhodnocení a dokumentaci, které jsou v nabízeném systému obsaženy, jsou snadno dostupné a snadno použitelné.

Specifikace předmětu nabídky:

- jedná se o plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku
- vyniká vysokou mobilitou přístroje (lehce transportovatelný, mobilní)
- obsahuje LCD monitor s úhlopříčkou 17", výškově a stranově stavitelný
- výškově stavitelný ovládací panel
- 3 konektory pro připojení uzv snímačů
- Nabízený přístroj Hitachi F37 umožňuje zobrazení/režimy:
 - 2D (B-mód) na základních frekvencích
 - 2D na harmonických frekvencích
 - M-mód pro záznam pohybu intrakraniálních struktur či myokardu



- Úhlové (compound) zobrazení
- Trapezoidní zobrazení na lineární sondě
- Simultánní duální zobrazení 2D a 2D + CFM v reálném čase
- PW – pulsní doppler s možností stanovení velikosti vzorkovacího kurzoru
- CW – kontinuální doppler
- Barevné dopplerovské mapování (klasický CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)
- Barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku (B-Flow, Dynamic Flow) s vysokou rozlišovací schopností a obrazovou rychlostí
- Tkáňový doppler – mapování kinetiky srdečního svalu a cévních struktur
- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole i ve zmrazeném režimu
- Možnost měření v živém i ve zmrazeném režimu
- Programové vybavení pro provádění základních měření a výpočtu
- Přístroj vytváří vlastní databázi patientských a obrazových dat
- Dokumentace:
 - umožňuje uložení obrazu na HDD
 - má USB port pro připojení paměťových zařízení

Is předmětu nabídky:

azovací monitor high-res LDC 17" s nastavitelnou polohou

tivní konektory pro připojení sondy

ovní Mody:

- B-mode
- M-mode
- D-mode (PW, HPRF-PW, CW)
- Flow mode
- Power Flow mode (Directional Power Flow)
- FLOW mode, Directional eFlow mode

zovací mody: 32 zobrazovacích modů

de

de

ral Doppler: PW (Pulsed Wave) Doppler, HPRF (High Repetition Frequency) PW Doppler, CW (Continuous Doppler, Color Flow Imaging

Management: Multiple Frame i Single Frame obrazová ICOM, RGB, JPEG....

pacienta, naměřená data – zpracování a ukládání na USB, DICOM archiv

a analýzy:

standardní měření – vzdáleností, oblastí, histogram, úhel atd.

specializovaná měření pro gynekologii a porodnictví

specializovaná měření pro radiologii


měření malých částí

radio analýza

askulární analýza

specializovaná měření pro urologii

eportovací funkce



PŘÍLOHA Č. 2

CENOVÁ NABÍDKA

CENOVÁ NABÍDKA

limitní veřejné zakázce na dodávky rozdělené na části dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů

„Pořízení ultrazvukového přístroje“

ČÁST ní účastník název té ti zakázky, do které podává nabídku)	Část 1: Pořízení ultrazvukového přístroje – 1 přístroj pro ARO oddělení, pracoviště Rychnov nad Kněžnou
---	---

CENA CELKEM ZA VZ	444 100,- Kč bez DPH
DPH 21%	93 261,- Kč
vč. DPH	537 261,- Kč


mětem hodnocení bude celková nabídková cena bez DPH.

ášení o nabídkové ceně:

nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění
předmětné veřejné zakázky
nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřipustné
nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění dodavatele nutných k řádnému
splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností,
služeb a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle plnění předmětné
veřejné zakázky

tník prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré
davky uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

aze dne 8.9.2017

k razítka MEDICA PRAHA GROUP, a.s. ezova 17, 160 00 Praha 6 DIČ: CZ25099019 ná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 4492	 Pavel Hanuš, předseda představenstva Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka
--	---