

Vyřizuje: Eliška Erbenová

Dne: 22. 12. 2017, v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

k části 1 nadlimitní veřejné zakázky na dodávky dělené na 11 částí:

- „část 1: Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení – 2x Lehátko trojdílné, lymfologické, 5x Lehátko trojdílné a 2x Vojtův stůl.“

Vážení,

1 níže Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v zastoupení zadavatele **Oblastní nemocnice Náchod a.s.**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k části 1 výše uvedené veřejné zakázky na dodávky zahájené v otevřeném nadlimitním řízení děleném na 11 částí, a to na základě žádosti jednoho z uchazečů o veřejnou zakázku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 je platné pro část 1 veřejné zakázky.

1) Dotaz uchazeče:

„Vážená paní Erbenová,

jako uchazeč žádáme o zodpovězení dotazu k veřejné zakázce : „Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení – 2x Lehátko trojdílné, lymfologické, 5x Lehátko trojdílné a 2x Vojtův stůl“ pro Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Předem děkujeme za odpověď.

Dotaz č.1

V části 1 – Lehátko trojdílné, lymfologické 2ks

V zadávací dokumentaci je požadováno, aby lehátko bylo trojdílné. Jeden z dalších požadovaných parametrů ale uvádí „samostatné díly pro horní i dolní končetiny“

U lymfologického lehátka standardně vyrábíme samostatné područky pro každou ruku zvlášť. Uvádíte však, že chcete také samostatné díly pro dolní končetiny. Pokud by to tak bylo, lehátko by nebylo trojdílné, ale se součtem všech samostatných segmentů šestidílné. Hlavová část, zádová, 2x nožní části, 2 x područky.

Dotaz tedy zní, má zadavatel na mysli dělenou nožní část na dva díly, aby se dala polohovat každá noha zvlášť?“

2) Odpověď zadavatele:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena emailem kontaktní osobě zástupce zadavatele dne 20.12.2017, tedy řádně a včas ve lhůtě dle ustanovení § 98 odst. 3 ZZVZ. Níže předpokládá zadavatel odpověď na dotaz uchazeče:

„Zadavatel v části 1 veřejné zakázky „Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení“ mimo jiné poptává „Lehátko trojdílné lymfologické“, čímž se rozumí lehátko, které bude mít základní části pro hlavu, trup a nohy. V příloze č. 2_1 zadávací dokumentace – Technické podmínky stanovil zadavatel v části 1 u lehátka trojdílného lymfologického mimo jiné parametr na: „Samostatné díly pro horní i dolní končetiny.“

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zadavatel počítá se základním trojdílným lehátkem, které bude mít samostatné díly pro horní a dolní končetiny, jak tedy uvádí uchazeč - dělená nožní část na dva díly i dělená část pro obě ruce.“

3) Změna zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek:

S ohledem na výše uvedené vysvětlení zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

2

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

za: Centrum evropského projektování a.s.

Eliška Erbenová