

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

„Dodávky reagensů pro barvení imunohistochemických preparátů včetně zápůjčky barvicího automatu“

Zadavatel: Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Sídlo: Purkyňova 446, 547 69 Náchod
IČ: 26000202
DIČ: CZ699004900
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) zadavatel tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.

Znění žádosti o vysvětlení č. 1:

Účastník veřejné zakázky je povinen stanovit nabídkové ceny jednotlivých položek spotřebního materiálu v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Ze zadávací dokumentace ovšem nevyplývá, o který spotřební materiál se jedná konkrétně. Z našeho hlediska by se mělo jednat nejen o spotřební materiál, který je zapotřebí k samotnému imunohistochemickému procesu, jako jsou podložní skla či montovací médium, ale například i o materiál potřebný k údržbě stroje. Zadávací dokumentace by měla také obsahovat výčet požadovaných reagensů, především bližší požadavky na součásti detekčního systému a seznam primárních protilátek jako nejdůležitější a nejcitlivější části imunohistochemického procesu. Prosíme tedy o upřesnění požadovaných reagensů a spotřebního materiálu, ze kterých lze vypočítat cenu za test.

Znění poskytnutého vysvětlení č. 1:

Součástí dodávky mají být všechny reagensie nutné k vytvoření imunohistochemického preparátu, není pouze zahrnuta primární protilátka a podložní sklíčko. Vlastní reagensie jsou závislé na konkrétním přístroji, musí je tedy určit dodavatel. Materiál potřebný k údržbě přístroje musí také kalkulovat dodavatel s ohledem na dobu zápůjčky a je tedy součástí dodávky. Seznam primárních protilátek není nutné specifikovat, protože požadujeme otevřený systém s možností využití primárních protilátek od různých výrobců (a to RTU i koncentrátů) a tento se může v průběhu zápůjčky přístroje měnit v závislosti na potřebách laboratoře. Aktuální seznam protilátek je navíc k dispozici na webových stránkách zadavatele - <http://www.nemocnicenachod.cz/lokalita-oddeleni/nemocnice-nachod/patologie-cytologie/imunohistochemicka-laborator> .

Znění žádosti o vysvětlení č. 2:

V příloze č. 6 Technická specifikace na imunohistochemický barvicí automat uvádíte požadavek provádění protokolů s různou teplotou. Veškeré protokoly s využitím Ready-To-Use reagensů od dodavatele Dako-Agilent jsou plně a citlivě validovány a přidanou hodnotu tvoří právě dodané protokoly bez nutnosti vlastní validace laboratoří. Tyto protokoly však

vyžadují pouze laboratorní teplotu. Dako-Agilent dodává plně funkční Ready-To-Use systém, který má 100% úspěšnost imunohistochemického procesu. Mírné úpravy Ready-To-Use protokolů se dají realizovat změnou času, případně mírnou úpravou detekce. V případě používání koncentrovaných protilátek (nepožadovaný systém v zadávací dokumentaci) pak také koncentrací primární protilátky. Tyto proměnné jsou, na rozdíl od teploty, dobře aproximovatelné. Naše otázka je, zda vzhledem k požadovanému systému Ready-To-Use bude akceptován barvicí automat bez možnosti nastavení různé inkubační teploty.

Znění poskytnutého vysvětlení č. 2:

Požadujeme přístroj, který umožňuje nastavit barvicí protokoly podle požadavků laboratoře (verifikaci již výrobcem validovaných protokolů) a to včetně teploty. Důvodem je právě výše zmíněný požadavek využívání protilátek od různých výrobců (nejen od dodavatele přístroje).

Znění žádosti o vysvětlení č. 3:

V příloze č. 6 Technická specifikace na imunohistochemický barvicí automat uvádíte požadavek sušení řezů. Pokud již laboratoř má vlastní systém pro sušení preparátů, je nezbytně nutné sušení imunohistochemických řezů uvnitř barvicího automatu?

Znění poskytnutého vysvětlení č. 3:

Sušení řezů požadujeme. Plánujeme provozovat automat a redukovat tak manuální práci laborantek. Navíc tuto funkci budeme využívat i v jiných indikacích.

Znění žádosti o vysvětlení č. 4:

V příloze č. 6 Technická specifikace na imunohistochemický barvicí automat uvádíte požadavek možnosti manuální aplikace primární protilátky u méně používaných protilátek. Nerozumíme nutnosti této specifikace, pokud jsou požadovány všechny reagenty v Ready-To-Use formátu a jejichž aplikaci provádí přímo stroj. Z výše uvedeného spíše vyplývá, že se jedná o manuální aplikaci koncentrovaných primárních protilátek. Tyto koncentráty mají ale srovnatelně dlouhé doby expirace jako primární protilátky ve formátu Ready-To-Use, navíc jsou téměř vždy dražší. Koncentráty, pokud se používají málo, expirují dříve, než se vypořebují. Proto je naopak ekonomicky výhodnější použít u málo frekventovaných protilátek Ready-To-Use formát protilátek. Na základě výše uvedených námitek bychom rádi věděli, zda bude akceptován přístroj bez možnosti manuální aplikace.

Znění poskytnutého vysvětlení č. 4:

Manuální aplikaci (a tím je myšlena i možnost jednorázové aplikace malého množství protilátky do titrační zkumavky přístroje) požadujeme zejména z důvodu šetření primární protilátkou (koncentráty jsou využívány u často aplikovaných protilátek a při vhodném ředění jsou naopak většinou cenově výhodnější, není ani riziko jejich expirace). V současné době aplikujeme maximálně 100 µl protilátky na 1 sklo. Vyšší potřeba protilátky přístrojem nebude akceptována. Manuální aplikace je také nutná při zavádění nových protilátek a verifikaci barvicího protokolu.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil výše poskytnutá vysvětlení a v souvislosti s těmito vysvětleními prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel proto upravuje článek 9 a 10 zadávací dokumentace. Původní znění článku 9. Lhůta a místo pro podání nabídek a 10. Místo pro otevírání obálek se ruší a nahrazuje se novým zněním:

9. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v uzavřených obálkách označených názvem zakázky:

„NABÍDKA – Dodávky reagensů pro barvení imunohistochemických preparátů včetně zápůjčky barvicího automatu – NEOTVÍRAT“

Místo pro podání nabídky:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Pavilon A - podatelna
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Lhůta podání nabídky:

23.1.2018 do 12:00 hod.

Čas podání nabídky v pracovních dnech:

08:00 – 14:00 hod.

Nabídky je možno zaslat na adresu:

Oblastní nemocnice Náchod a. s.
Ing. Pavla Gregárková
Purkyňova 446
547 01 Náchod

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebude komise otevírat.

10 Místo pro otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **dne 23.1.2018 v 12:01** hod. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zasedací místnosti technického úseku, pod budovou rehabilitace, na adrese Purkyňova 446, 547 01 Náchod.

Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, přičemž za každého z účastníků je oprávněna se otevírání obálek zúčastnit jedna osoba. Při otevírání obálek se tito účastníci prokáží dokladem prokazujícím oprávnění jednat jménem účastníka, případně plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat jménem účastníka.

Při otevírání obálek budou kontrolovány náležitosti, a to, zda byla nabídka doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a zda byla doručena ve stanovené lhůtě.

Po kontrole náležitostí dle zákona budou přítomným účastníkům sděleny identifikační údaje a nabídkové ceny všech zúčastněných účastníků.

V Náchodě dne 12. 1. 2018



Miroslav Bůžek
Technický náměstek
ON Náchod a.s.

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s.
Purkyňova 446
547 69 NÁCHOD
55